



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/17/P/17

Bydgoszcz, dnia 18.05.2017 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust.1, 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (*Dz.U.2015 poz. 2164 z późn. zm.*) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 - dotyczy grupy 9

Czy Zamawiający dopuści endoprotezę jednoprzeczołową stawu kolanowego? Endoproteza kłykciowa stawu kolanowego, 3-elementowa, modułarna, stosowana do przedziału bocznego i przyśrodkowego. Element udowy anatomiczny (prawy, lewy) wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego, w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron. Taca piszczelowa wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego w min. 5 rozmiarach dla każdej ze stron. Wkładka piszczelowa z polietylenu o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i oksydacyjnej w min. 4 grubościach dla każdego z rozmiarów, mocowana zatrzaskowo w tacy piszczelowej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów opisanych dla w/w grupy w SIWZ tj. pod warunkiem:

użyczenia instrumentarium do zakładania w/w implantów i jego serwisowania w czasie trwania umowy lub do chwili wykorzystania przedmiotu dostawy oraz przeszkolenia w zakresie poprawnego zakładania implantów. Wykonawca jest zobowiązany do wymiany instrumentów zużytych lub uszkodzonych w trakcie użytkowania instrumentarium. Wykonawca jest zobowiązany do utworzenia depozytu w ilości po min. 1kpl w całym zakresie wymaganych rozmiarów. Zamawiający wymaga przedstawienia wyceny kompletnej endoprotezy, a także podania cen poszczególnych elementów wchodzących w jej skład.

Zamawiający