



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



SZPITAL
AKREDYTOWANY

Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/18/D/18

Bydgoszcz, dnia 06.06.2018 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę myjni do basenów i kaczek

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wprowadza następujące zmiany.

I. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział XI – Miejsce i termin składania ofert

w zdaniu po treści tekstu

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Kancelarii Szpitala lok nr 46A .

skreśla się zapis:

Oferty należy złożyć do dnia 08.06.2018 r. do godziny 10:00.

i wprowadza się zapis:

Oferty należy złożyć do dnia 13.06.2018 r. do godziny 10:00.

2. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdział XVI - Otwarcie ofert

w zdaniu po treści tekstu

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, lok. Nr 018 /– niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy.

skreśla się zapis:

w dniu 08.06.2018 r. o godzinie 11:00.

i wprowadza się zapis:

w dniu 13.06.2018 r. o godzinie 11:00.

3. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział VII – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Zamawiający zmienia kryteria oceny ofert i w całości wykreśla zapisy w pkt 3. - Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

i w zamian wprowadza zapisy o następującej treści

3. Przy wyborze i ocenie złożonych ofert, Zamawiający kierować się będzie następującymi kryteriami:

Nazwa kryterium	Waga kryterium
Cena	50% .
Dodatkowa gwarancja	10%
Parametry techniczne	40%

Sposób oceniania ofert:

A) - Kryterium: cena – wskaźnik C – obliczony będzie według wzoru:

$$C = (C_n / C_b) \times 50$$

Gdzie:

C_n - cena brutto najtańszej oferty.

C_b - cena brutto badanej oferty.

B) - Kryterium: dodatkowa gwarancja – wskaźnik G – obliczony będzie według wzoru

$$G = (G_p / G_{max}) \times 10$$

Gdzie:

G_p – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę.

G_{max} – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium dodatkowa gwarancja.

G_{max} = 24 pkt. (maksymalna ilość punktów do otrzymania).

W przypadku zaoferowania okresu gwarancji 24 miesiące wykonawca otrzymuje 0 pkt.

Opis oceniany w ramach kryterium - dodatkowa gwarancja szczegółowo został określony w załączniku nr 1 do SIWZ

C) – Kryterium: parametry techniczne – wskaźnik P – obliczony będzie według wzoru:

$$P = (P_p / P_{max}) \times 40$$

Gdzie:

P_p – ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę.

P_{max} – maksymalna ilość punktów do otrzymania w ramach kryterium parametry techniczne:

P_{max} = się odpowiednio dla:

Zadania 1 = 50 pkt.

Zadania 2 = 50 pkt.

Ilość punktów przyznawanych w ramach kryterium

Sposób przyznawania punktów – parametry techniczne szczegółowo został określony w załączniku nr 1 do SIWZ pn: „Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika” w kolumnie „Punktacja”, odpowiednio dla danego zadania.

D) - Ocena oferty – wskaźnik O obliczony będzie według wzoru:

$$O = C + G + P$$

Gdzie:

O - wskaźnik ocena oferty.

C - wskaźnik cena.

G - wskaźnik dodatkowa gwarancja

P - wskaźnik parametry techniczne

Uwaga:

Wszystkie wyżej wymienione kryteria oceny ofert we wszystkich zadaniach będą obliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania liczb, tj: jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie równa 5 lub więcej to zostanie zaokrąglona w górę, jeżeli trzecia cyfra po przecinku będzie mniejsza niż 5 to zostanie zaokrąglona w dół. Właściwe zaokrąglenie liczb, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nastąpi po dokonaniu wszystkich czynności matematycznych określonych wzorem, czyli po obliczeniu wyniku końcowego danego kryterium.

II. W załączniku nr 1 do SIWZ pn. Przedmiot zamówienia

- w załączniku nr 1 do SIWZ pn. *Przedmiot zamówienia - zadanie nr 1, w tabeli , pkt 9* (Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika).

Zamawiający dodaje ppkt. 7,8,9,10 o następującej treści

Nr ppkt.	OPIS PARAMETRÓW	Punktacja	Parametry oferowane (podać)
7.	Szerokość zewnętrzna urządzenia nie większa niż 520 mm.	Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.	
8.	Wydajność pompy myjącej nie mniejsza niż 400 l/min.	Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.	

Nr ppkt.	OPIS PARAMETRÓW	Punktacja	Parametry oferowane (podać)
9.	Komora myjąca wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż PN EN 10088/1.4401.	Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.	
10.	System co najmniej 13 dysz strumieniowych i rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych, zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej (w tym teleskopowa dysza rotacyjna lub centralna dysza rotacyjna).	Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.	

- w załączniku nr 1 do SIWZ pn. **Przedmiot zamówienia - zadanie nr 2**, w tabeli w pkt 9 (Walory techniczno-eksploatacyjne punktowane przez użytkownika).

Zamawiający dodaje ppkt. 7,8,9,10 o następującej treści

Nr ppkt.	OPIS PARAMETRÓW	Punktacja	Parametry oferowane (podać)
7.	Szerokość modułu myjni z komorą myjącą nie większa niż 600 mm.	Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.	
8.	Wydajność pompy myjącej nie mniejsza niż 400 l/min.	Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.	
9.	Komora myjąca wykonana ze stali kwasoodpornej nie gorszej niż PN EN 10088/1.4401.	Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.	
10.	System co najmniej 13 dysz strumieniowych i rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych, zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej (w tym teleskopowa dysza rotacyjna lub centralna dysza rotacyjna).	Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt.	

Zmodyfikowany załącznik nr 1 pn „Przedmiot zamówienia” stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji SIWZ i jest obowiązującym w powyższym postępowaniu. W załączeniu ujednolicony przedmiot zamówienia.

III. W treści SIWZ, załącznik nr 2 Formularz oferty w zapisie „VIII. Informacja dotycząca obowiązku podatkowego”:

skreśla się :

VIII.

Wprowadza się:

VII.

IV. W treści SIWZ, po Rozdziale XXIX dodaje się zapisy:

Rozdział XXIX.A Dodatkowe postanowienia SIWZ

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr J. Bizuela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz, tel: 52/36 55 799, e-mail: kancelaria@biziel.pl, strona internetowa: www.biziel.umk.pl,
 - inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr J. Bizuela w Bydgoszczy, ul. Ujejskiego 75 jest Pani Joanna Maciejewska, e-mail: inspektor.od@biziel.pl, tel: 52 / 36 55 136,
 - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, sprawa nr NZZ/18/D/18,
 - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹,
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²,
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

¹ **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

² **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

V. W treści SIWZ, załącznik nr 2 Formularz oferty, po pkt. VII dodaje się zapisy:

VIII. Oświadczenie wykonawcy - RODO

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO¹⁾ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu²⁾

¹⁾ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

²⁾ W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Zmodyfikowany załącznik nr 2 pn „Formularz oferty” stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji SIWZ i jest obowiązującym w powyższym postępowaniu. W załączeniu ujednolicony formularz oferty.

Zamawiający