



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. DR JANA BIZIEŁA**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 052/371-16-00 fax 052/370-05-31

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel.052/36-55-296 fax 052/36-55-752

NZZ/16/P/08

Bydgoszcz, dnia 24.07.2008 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury na okres 12 miesięcy
(Nr sprawy: NZZ/16/P/08)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie 1:

Dotyczy Załącznika nr 1, Grupa II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie oznaczenia Prokalcytoniny w zewnętrznym laboratorium ? Oferent poniesie koszty transportu próbek oraz dostarczenia wyników do laboratorium zgodnie z potrzebami zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie oznaczenia prokalcytoniny w zewnętrznym laboratorium pod warunkiem zapewnienia przez oferenta całodobowej możliwości zlecenia tzn. natychmiastowego transportu, natychmiastowego wykonania, natychmiastowego dostarczenia wyniku. Metoda oznaczania ilościowa, formularz wyniku spełniający wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 roku.

Zapytanie 2

Dotyczy Załącznika nr 1, Grupa II

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oznaczenia Przeciwciała anty-Toxoplasma gondi IgM przez najbliższych kilka miesięcy na analizator będący własnością Zamawiającego, do momentu wprowadzenia tego testu na oferowany analizator ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Zapytanie 3:

Dotyczy załącznika nr 1, Grupa II, Warunki graniczne dla odczynników

Zgodnie z punktem 4 tabeli Zamawiający wymaga, aby ilość opakowań była dostosowana do ilości wykonywanych oznaczeń oraz trwałości odczynnika na pokładzie analizatora przy założeniu, że wszystkie oznaczenia wykonuje się na bieżąco. Czy zamawiający zgodzi się, żeby dla oznaczeń w ilości ≤ 800 na 1 rok ilość opakowań była dostosowana do czasu ważności odczynnika ?
Znając budowę analizatorów immunochemicznych będących na rynku, niemożliwe będzie przechowywanie wszystkich 36 odczynników na pokładzie analizatora jednocześnie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 4:

Dotyczy załącznika nr 1, Grupa II, warunki graniczne dla analizatorów:

Punkt 1 tabeli: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oznaczenia Troponiny przez najbliższych kilka miesięcy na analizator będący własnością Zamawiającego, do momentu wprowadzenia tego testu na oferowany analizator kompatybilny z analizatorem podstawowym ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.

Zapytanie 5:

Dotyczy załącznika nr 1, Grupa II, warunki graniczne dla analizatorów

Czy z uwagi na liczne menu testów (36), zamawiający wymaga aby karuzela odczynnikowa mogła pomieścić co najmniej 20 odczynników na pokładzie analizatora ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wymaga, aby karuzela odczynnikowa pomieściła co najmniej 20 odczynników na pokładzie analizatora.

Zamawiający