



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521
Fax. 052/36-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/69/P/08

Bydgoszcz dnia 04.02.2009 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie 1

Dotyczy grupy 5 – Dostawa odczynników wraz z materiałami eksploatacyjnymi do oznaczeń glukozy na analizator Ebio basic (będący własnością Zamawiającego) na okres 24 miesięcy, lub dostawa odczynników z dzierżawą analizatora do oznaczania glukozy w krwi włośniczkowej;

Tabela - Wymagania graniczne – punkt 3 – Gwarancja techniczna przez cały okres obowiązywania umowy, czas reakcji – przyjazdu serwisu w przypadku awarii max. 24 godz. Od momentu zgłoszenia usterki, Oferent w ofercie przedstawi harmonogram przeglądów okresowych – Czy Zamawiający wymaga gwarancji technicznej tylko dla aparatu oferowanego w ramach dzierżawy z dostawą odczynników, czy również dla aparatu który jest własnością Zamawiającego przy składaniu oferty na dostawę odczynników?

Jeśli Zamawiający wymaga gwarancji technicznej dla aparatu Ebio Basic, będącego własnością Szpitala, to jakie usługi mają wejść w zakres tej gwarancji, czy tylko usuwanie usterek, wymiana części i przeglądy okresowe? Jakiej ilości przeglądów okresowych rocznie wymaga Zamawiający?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji technicznej na aparat Ebio basic będący własnością Zamawiającego tylko wtedy, gdy oferta dotyczy dostawy odczynników, a w przypadku oferty dzierżawy aparatu gwarancji technicznej tylko na oferowany analizator (czyli gwarancja techniczna dotyczy tylko jednego analizatora).

Gwarancja techniczna ma zapewnić Zamawiającemu ciągłość w wykonywaniu oznaczeń glukozy, a przeglądy okresowe mają też temu służyć. Ich liczba zależy od Oferenta.

Zamawiający w przypadku aparatu oferowanego w ramach dzierżawy będzie ponosił koszty tylko tych materiałów zużywalnych, które zostaną przedstawione w ofercie. Dla analizatora będącego własnością Zamawiającego materiały zużywalne zostały przedstawione w SIWZ.

Zapytanie 2

Dotyczy Grupy 3. Dostawa odczynników laboratoryjnych z dzierżawą analizatora – Dostawa odczynników z dzierżawą analizatora do oznaczeń opartych o rozdział elektroforetyczny na okres 24 miesięcy.

Warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego wykazania, że Wykonawca wykonał co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia (Grupa 3 – minimalna kwota dostawy: 120 000,00 zł). Prosimy o zaakceptowanie referencji na zakup aparatu do elektroforezy wraz z dostawą żeli i materiałów zużywalnych, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia (referencja dotyczy aparatu opartego o tą samą technologię i pracującego na tych samych żelach i materiałach zużywalnych, które chcielibyśmy zaoferować w niniejszym postępowaniu)?

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 3

Dotyczy Grupy 3. Wymagania granicznego dla aparatu do rozdziału elektroforetycznego z densytometrem (lub skanerem z oprogramowaniem do analizy żeli) – czy Zamawiający wymaga zestawu/aparatu do rozdziału elektroforetycznego fabrycznie nowego (nierekondycjonowanego), czy też dopuszcza aparat używany? W przypadku zgody na aparat używany, prosimy o określenie akceptowanej daty produkcji (nie starszy niż.....). Niniejsza informacja jest niezbędna dla prawidłowego przygotowania oferty.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, w związku z tym dopuszcza aparat nowy fabrycznie jak i aparat używany pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań granicznych.

Zapytanie 4

Dotyczy Grupy 3. Poz. 6 „Wymagań granicznych dla aparatu do rozdzielu elektroforetycznego z densytometrem” – prosimy o ograniczenie wymogu przedstawienia w ofercie zakresów wartości referencyjnych tylko do proteinogramów z poz. 1.

Odpowiedź

W związku ze specyfikacją badań wchodzących w skład grupy 3 Zamawiający podania wartości referencyjnych oczekuje tylko dla testów ilościowych – proteinogramów, dla testów jakościowych, czy półilościowych wynik podaje się przecież poprzez porównanie z rozdziałem materiału biologicznego normalnego lub kontrolą.

Zapytanie 5

Dotyczy Grupy 3. Poz. 6 „Wymagań granicznych dla aparatu do rozdzielu elektroforetycznego z densytometrem”- czy Zamawiający zaakceptuje dostępne dane dotyczące zakresu referencyjnego podanego przez producenta żeli dla oferowanej aparatury w metodyce zestawu (załącznik do zapytania).

Odpowiedź

Zamawiający wyraża zgodę i akceptuje dane dotyczące zakresu wartości referencyjnych podane przez producenta w metodyce zestawów odczynnikowych.

Zamawiający