



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521
Fax. 052/376-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/69/P/08

Bydgoszcz, dnia 12.01.2009 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy
(nr sprawy: NZZ/69/P/08)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie 1:

Dotyczy: grupy nr 6 - immunochemia

Dotyczy p. 1 parametrów granicznych dla analizatorów: czy Zamawiający dopuści złożenie oferty bez testów DHEA-S i Prokalcytonina ? Lub wykonywanie tych oznaczeń na zewnątrz, przy czy koszt wykonania tych oznaczeń zostanie skalkulowany w formularzu cenowym ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonywanie DHEA-S i PCT w zewnętrznym laboratorium pod warunkiem zapewnienia przez Oferenta całodobowej możliwości zlecenia PCT przez Zamawiającego tzn. Oferent zapewni natychmiastowy transport, natychmiastowe wykonanie i natychmiastowe dostarczenie wyniku. Oferent zapewni także metodę ilościową oznaczenia i formularz wyniku spełniający wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 roku.

Zapytanie 2:

Dotyczy: grupy nr 6 - immunochemia

Dotyczy p. 5 parametrów granicznych dla odczynników: Jakich cech Zamawiający oczekuje od testu PTH drugiej lub trzeciej generacji ?

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymóg graniczny dla metody oznaczania PTH jako drugiej lub trzeciej generacji z tego względu, że metody pierwszej generacji mają niską czułość analityczną oraz u wielu pacjentów stężenie jest zawyżone i nie koreluje ze stanem klinicznym (jak podaje literatura). Dlatego Zamawiający dopuszcza testy intact PTH i whole PTH.

Zamawiający