



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521
Fax. 052/36-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/69/P/08

Bydgoszcz, dnia 19.01.2009 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy (nr sprawy: NZZ/69/P/08)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanyymi przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie 1

Dotyczy Grupy 6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie oznaczenia Przeciwciała anty-Toxoplasma gondi IgM przez najbliższych kilka miesięcy na analizator będący własnością Zamawiającego, do momentu wprowadzenia tego testu na oferowany analizator ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań granicznych dla odczynników i analizatora.

Zapytanie 2

Dotyczy Grupy 6:

Zgodnie z pkt. 4 tabeli Zamawiający wymaga, aby ilość opakowań była dostosowana do ilości wykonywanych oznaczeń oraz trwałości odczynnika na pokładzie analizatora przy założeniu, że wszystkie oznaczenia wykonuje się na bieżąco. Czy Zamawiający zgodzi się, żeby dla oznaczeń w ilości ≤ 1600 na 2 lata ilość opakowań była dostosowana do czasu ważności odczynnika (odczynniki przechowywane na zmianę w aparacie i lodówce) ? Znając budowę analizatorów immunochemicznych będących na rynku, niemożliwe będzie przechowywanie wszystkich 36 odczynników na pokładzie analizatora jednocześnie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 3

Dotyczy Grupy 6:

Czy z uwagi na liczne menu testów (36), zamawiający wymaga aby karuzela odczynnikowa mogła pomieścić co najmniej 20 odczynników na pokładzie analizatora? Umożliwi to ciągłą pracę aparatu bez konieczności bardzo częstej wymiany odczynników w aparacie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wprowadza dodatkowego wymogu odnośnie wielkości karuzeli odczynnikowej.

Zapytanie 4

Dotyczy Grupy 6:

Czy w przypadku oznaczania kortyzolu za pomocą tego samego zestawu odczynnikowego (w oparciu o tę samą krzywą kalibracyjną) zarówno w surowicy jak i w moczu Zamawiający wyrazi zgodę, żeby dostarczyć jeden materiał kontroli międzynarodowej do tego odczynnika ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 5

Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej ?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu
- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
- przedmiotowym/produkt zamienny
- sposobu konfekcjonowania

- liczby opakowań
 - wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:
wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/udoskonalony
 - wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową.
- Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a warunki i okoliczności tych zmian zostaną wprowadzone w drodze modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty materiałów dotyczących przedmiotu zamówienia, zgodnie z pkt. 2.1 Rozdział III SIWZ w osobnym segregatorze, podpisane wyłącznie na pierwszej stronie ?

Uzasadnienie: informacje dotyczące jednego produktu mają średnio 15 stron.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na załączenie materiałów dotyczących przedmiotu zamówienia w osobnym segregatorze , ale wymaga podpisu osoby upoważnionej na każdej stronie.

Zapytanie 7

Dot. Grupy 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana ilość materiałów zużywalnych i akcesoriów (takich jak np. elektrody ISE) była zgodna z zapisami w ulotkach dotyczących tych produktów odnośnie ich terminów stabilności, trwałości w analizatorze ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowane ilości materiałów zużywalnych i akcesoriów były zgodne ze stanem faktycznym. Zamawiający będzie ponosił koszty tylko tych materiałów, które zostaną przedstawione w ofercie. Jeśli brak zgodności między ulotką informacyjną , a stanem faktycznym to należy tę niezgodność wskazać i poprawić – konieczny podpis osoby upoważnionej.

Zamawiający