



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521
Fax. 052/36-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/69/P/08

Bydgoszcz, dnia 30.01.2009 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy (nr sprawy: NZZ/69/P/08)

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie 1

Prosimy o modyfikację § 7 Projektu umowy, Załącznik nr 3, poprzez dodanie punktu o brzmieniu: „W przypadku opóźnień w płatnościach Zamawiającego o okres przekraczający 60 dni od daty wymagalności Wykonawca uprawniony jest do cesji wierzytelności, pod warunkiem poinformowania Zamawiającego o zamiarze dokonania cesji, co najmniej na 14 dni przed dokonaniem cesji wierzytelności”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 2

Prosimy o modyfikację § 4 pkt. 11 , Projektu umowy, Załącznik nr 3, poprzez wstawienie znaku interpunkcyjnego, tak by przyjął on brzmienie:

„W przypadku niedostarczenia przedmiotu umowy w terminie określonym w ust. 2 lub niedostarczenia przedmiotu dostawy spełniającego wymogi określone w niniejszej umowie , w miejsce niespełniającego, w terminie określonym w ust. 9, Dzierżawca-Zamawiający ma prawo (...)”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 3

Grupa 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu odczynnikowego do oznaczania CRP pracującego w zakresie 0,1-20 mg/L z automatycznym rozcieńczaniem próbki badanej w przypadku przekroczenia zakresu liniowości testu ze współczynnikiem 1:15, czyli oferując zakres oznaczeń w zakresie 0,1 -300 mg/L ? – *dot. Pkt. 5 Wymagania graniczne dla odczynników.*

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem uwzględnienia przez Oferenta konieczności wykonywania dodatkowych rozcieńczeń w ilości oferowanych testów. Ilość wyników w przedziale 20-80mg/L stanowi u Zamawiającego średnio 30%. W związku z tym ilość wymaganych testów dla pacjentów wzrosłaby z 33400 do 43420 i taką ilość winien zaoferować Oferent, który dysponuje odczynnikami do oznaczania CRP w zakresie liniowości 0,1-20 mg/L.

Zapytanie 4

Grupa 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatorów korzystających z interfejsu operatorskiego w języku angielskim ? –*dot. pkt. 13 Wymagania graniczne dla 2 analizatorów*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie 5

Grupa 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dla oznaczenia HCV-Ab ilość opakowań dostosowana była do trwałości odczynnika po otwarciu i przechowywaniu w lodówce ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, aby ilość opakowań odczynnika HCV-Ab była dostosowana do trwałości odczynnika po otwarciu i zamiennym przechowywaniu na pokładzie analizatora i w lodówce przy założeniu, że wszystkie oznaczenia wykonuje się na bieżąco (zgodnie z SIWZ), czyli odczynnik w ciągu doby może kilka razy znaleźć się w analizatorze.

Zapytanie 6

Grupa 7

Prosimy o sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez sformułowanie: „zestaw komputerowy” – parametry komputera ? – dot. pkt. 8 *Wymagania graniczne dla automatycznego czytnika pasków.*

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem „zestaw komputerowy z monitorem LCD 17” rozumie:

- komputer o parametrach umożliwiających podłączenie aparatu do LIS i pracę w sieci

- monitor LCD 17

- klawiaturę

- myszkę

Pozostałe elementy wymagalnego wyposażenia zgodnie z SIWZ to:

- drukarka laserowa min. HP laser Jet 1320

- czytnik kodów kreskowych MS 6226 Pulsar

- drukarka kodów kreskowych Zebra LP2824

Zapytanie 7

Grupa 7

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania takiego mianowanego materiału kontrolnego , dla którego z uwagi na specyfikę badania, wartości zawarte w metryczce nie są dedykowane żadnemu analizatorowi? – dotyczy pkt. 4 *Wymagania graniczne dla automatycznego czytnika pasków.*

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zamawiający