



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521
Fax. 052/376-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/71/P/08

Bydgoszcz, dnia 15.01.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do angiografii oraz protez naczyniowych, nr sprawy NZZ/71/P/08.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie czy wyrażą Państwo zgodę na następujące zmiany w projekcie umowy:

- a. na **dopisanie w § 2** – W przypadku, gdy Zamawiający nie zamówi w okresie obowiązywania niniejszej umowy, 80% ilości towarów określonej, w niniejszej umowie, okres obowiązywania umowy automatycznie przedłuży się do dnia zrealizowania przez Wykonawcę umowy w takim (80%) zakresie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

- b. na **dopisanie w § 7 ust.1** - W przypadku trzykrotnego opóźnienia Zamawiającego w zapłacie należności z tytułu niniejszej umowy Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy przedmiotu zamówienia

Zapytanie 2

Pakiet 5 - prosimy o możliwość zaoferowania protez o dł. 70cm w pozycji 1 i 2.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 3

Pakiet 5, 6 i 9 - prosimy o możliwość zaoferowania protez poliestrowych uszczelnionych kolagenem.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 4

pakiet 9 - prosimy o możliwość zaoferowania protez impregnowanych solami srebra o dł. 70 cm zamiast 60 cm, oraz 50cm zamiast 40cm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający