



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521

Fax. 052/376-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/04/D/09

Bydgoszcz dnia 02.03.2009 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Dostawa urządzeń medycznych oraz innego sprzętu.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z zapytaniami zadany przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Dotyczy ZADANIA 3 – Lampa statywowa do fototerapii noworodka:

Zapytanie

Parametr w pkt. 6, 7 i 8: Czy Zamawiający dopuści lampę w której można nastawić natężenie światła w 9 zakresach od 20-100% natężenia nominalnego, których wybór dokonywany jest dwoma przyciskami (zmniejszenie wartości, zwiększenie wartości)?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji i nie wyraża zgody.

Zapytanie

Parametr w pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści lampę o powierzchni naświetlania 40x30 cm?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji i nie wyraża zgody.

Zapytanie

Parametr w pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością o doposażenie lampy w optyczny miernik natężenia promieniowania, który może spełniać rolę wskaźnika naprowadzającego umożliwiającego ustawienie lampy centralnie nad dzieckiem?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji i nie wyraża zgody.

Zapytanie

Parametr w pkt. 17: Czy Zamawiający dopuści lampę o regulowanej wysokości 1,10-1,50 m?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji i nie wyraża zgody.

Dotyczy ZADANIA 9 pozycja 6

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewożenia chorych z regulacją pozycji Trendelenburga wynoszącą 12°? Powyższy parametr nie odbiega znacząco od parametru zadanego w SIWZ i wg. wszystkich standardów jest to wystarczający kąt nachylenia wózka w sytuacji interwencyjnej(np. wstrząsu).

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji i nie wyraża zgody.

Zamawiający