



SZPITAL UNIERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521
Fax. 052/376-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/12/D/09

Bydgoszcz, dnia 09.04.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych, nr sprawy NZZ/12/D/09.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapytanie 1 – dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin gwarancji urządzenia minimum 12 miesięcy ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 2 – dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin gwarancji produkcji części zamiennych minimum 5 lat ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 3 – dotyczy zadania 1

Ze względu na specyfikę sprzętu prosimy o zmianę terminu określonego w § 4 pkt. 5 oraz pkt. 10 wzoru umowy na 14 dni roboczych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 4

dot. §4 pkt. 5b „Projektu Umowy” - Prosimy o zmianę zapisu niniejszego paragrafu i obniżenie wysokości kary umownej do 0,2% wartości brutto za każdy dzień zwłoki w przypadku nieterminowego wykonania umowy, z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Określenie kary umownej w wysokości 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jest wartością przewyższającą standardową wysokość kary umownej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 5

Dot. pkt. 22 zał. nr 1 – zadanie nr 2 – Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat ze zintegrowanym napędem DVD±RW, zapisujący płyty o pojemności maksymalnie do 4,7 GB ? Aparat echokardiograficzny jest urządzeniem medycznym i jak do tej pory nie są znane nagrywarki i płyty DVD typu Dual Layer i Blu-ray, spełniające wymogi archiwizacji dla obrazów medycznych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający