



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521  
Fax. 052/36-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/53/D/09

Bydgoszcz, dnia 27.11.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzenia do suchego rozmrażania preparatów osocza , nr sprawy NZZ/53/D/09.

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Zapytanie 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do suchego rozmrażania, w którym czynnikiem rozmrażającym jest woda hermetycznie zamknięta w workach wykonanych z tworzywa odpornego na temperaturę oraz uszkodzenia mechaniczne ?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zapytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do suchego rozmrażania, w którym rynienka (taca) wykonana jest z wysokogatunkowego, odpornego na zarysowania tworzywa sztucznego umożliwiającego łatwe czyszczenie w przypadku pęknięcia rozmrażanej jednostki? Urządzenie proponowane przez nas posiada jasne, łatwo zmywalna powierzchnia dzięki zaokrągleniu krawędzi i rogów, a biały, wchłaniający papier ułatwia wykrywanie jakichkolwiek pozostałości zabezpieczając użytkownika i urządzenie przed ewentualnym zanieczyszczeniem. Ponadto urządzenie wyposażone jest w unikalną kontrola wycieków, która wyłącza urządzenie i sygnalizuje wyciek co zgodnie z przepisami transfuzjologicznymi eliminuje ryzyko zainfekowania pacjenta.

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Zamawiający**