



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W
BYDGOSZCZY**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521

Fax. 052/36-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/43/P/09

Bydgoszcz, dnia 16.12.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów kregosłupowych, kardiowerterów-defibrylatorów i stymulatorów.
(nr sprawy NZZ/43/P/09)

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie 1

Dotyczy Grupa 16 Przedmiot zamówienia pkt. 11

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod do defibrylacji o średnicy 8,2F oraz 8,6 F. Parametry te tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 2

Dotyczy Grupa 17 Przedmiot zamówienia pkt. 11

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie elektrod do defibrylacji o średnicy 8,2F oraz 8,6F. Parametry te tylko nieznacznie odbiegają od wymaganych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 3

Dotyczy Grupa 16 Przedmiot zamówienia pkt. 4

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie defibrylatora-kardiowertera o stymulacji bipolarnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 4

Dotyczy Zadania 17 Parametry graniczne pkt. 4

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie defibrylatora-kardiowertera o stymulacji bipolarnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 5

Dotyczy Grupa 16 Przedmiot zamówienia pkt. 5

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie defibrylatora-kardiowertera o czułości bipolarnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 6

Dotyczy Grupa 17 Przedmiot zamówienia pkt. 5

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie defibrylatora-kardiowertera o czułości bipolarnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 7

Dotyczy Grupa 16,17,18,19

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zakupu programatora i analizatora na rzecz dostarczenia jednego programatora i analizatora do ww. pakietów na podstawie umowy o bezpłatnym użyczeniu.

Bezpłatne Użyczenie jest rozwiązaniem niewątpliwie tańszym w eksploatacji i jak również rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego. Wykonawca jako właściciel programatora sprawuje bezpłatną opiekę serwisową oraz ponosi koszty uaktualniania oprogramowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający