



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W  
BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521

Fax. 052/36-55-752

**ISO 9001: 2000**

---

NZZ/43/P/09

Bydgoszcz, dnia 22.12.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów kregoslupowych, kardiowerterów-defibrylatorów i stymulatorów.  
( nr sprawy NZZ/43/P/09)

**Wszyscy Wykonawcy**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie 1

Dotyczy Pakiet 16,17

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator z aktywną obudową, oraz automatyczną zmianą polarności szoku ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 2

Dotyczy Pakiet 16,17

Czy Zamawiający dopuści kardiowerter-defibrylator z czułością komorową w zakresie 0,5-2,5mV, oraz z rozszerzonymi parametrami wyczuwania ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 3

Dotyczy Pakietu 18,19

Czy Zamawiający dopuści elektrody stymulujące w izolacji silikonowej ?

Parametr nieznacznie różni się od wymagań SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający