



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W  
BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521

Fax. 052/36-55-752

**ISO 9001: 2000**

---

NZZ/51/P/09

Bydgoszcz, dnia 30.12.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy  
( nr sprawy NZZ/51/P/09)

**Wszyscy Wykonawcy**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela odpowiedzi

Zapytanie 1

Dot. Grupy 1

Czy Zamawiający, w przypadku dostawy samych odczynników do analizatora AxSYM będącego własnością Zamawiającego, wyrazi zgodę na brak konieczności oferowania drukarki i UPSa, ponieważ są one na wyposażeniu wymienionego analizatora w laboratorium Zamawiającego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 2

Dot. Grupy 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie oznaczeń Troponiny i BNP z warunku zapewnienia udziału laboratorium w pełnych cyklach Programu Zewnętrznej Oceny Jakości Badań Laboratoryjnych – kontroli zewnątrzlaboratoryjnej dla tych parametrów ? Rutynowe wykonywanie tych oznaczeń odbywa się na innym analizatorze i materiał do wykonywania kontroli zewnętrznej dla tych oznaczeń laboratorium ma już zapewnione. Dublowanie kosztownego materiału może jedynie spowodować niepotrzebne podniesienie wartości oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 3

Dot. Grupy 1

Czy Zamawiający, w przypadku dostawy samych odczynników do analizatora AxSYM będącego własnością Zamawiającego, wyrazi zgodę na brak konieczności zapewnienia podłączenia aparatu do istniejącej sieci komputerowej laboratorium, ponieważ aparat AxSYM jest już do tej sieci podłączony?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający