



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W
BYDGOSZCZY**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521

Fax. 052/36-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/17/P/10

Bydgoszcz, dnia 08.07.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego
(nr sprawy NZZ/17/P/10)

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zapytanie 1

Dotyczy pakietu nr 24

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści prowadnicę o rozmiarze 2,0 mm zamiast 2,2 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 2

Dotyczy pakietu nr 30

Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga, aby igły były z opcjonalnie zdejmowanymi „skrzydełkami” ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 3

Dotyczy pakietu nr 47

Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga, aby zestaw zawierał zatrzaskowy system mocowania cewnika do skóry pacjenta ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 4

Dotyczy pakietu nr 47

Ponieważ w pozycji 1 nie zostały określone rozmiary zestawów, zatem czy Zamawiający wymaga standardowych rozmiarów używanych wcześniej przez Zamawiającego 18G/8cm i 16G/8cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga rozmiaru 18G i 16G w przedziale 8-10cm.

Zapytanie 5

Dotyczy pakietu nr 49

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści cewniki o wymiarach 24Ga/16cm lub 20Ga/16 cm spełniających pozostałe parametry ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 6**Dotyczy pakietu nr 49**

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści cewniki o wymiarach 24Ga/20 cm lub 20Ga/20 cm spełniających pozostałe parametry ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 7**Dotyczy pakietu nr 49**

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści cewniki o wymiarach 20Ga/16cm spełniających pozostałe parametry ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 8**Dotyczy pakietu nr 49**

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści cewniki o wymiarach 18Ga/16 cm spełniających pozostałe parametry ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający