



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W
BYDGOSZCZY**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521

Fax. 052/36-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/17/P/10

Bydgoszcz, dnia 01.07.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego (nr sprawy NZZ/17/P/10)

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Dotyczy grupy 7

Czy Zamawiający oczekuje rękawic chirurgicznych bezpudrowych z mankietem prostym i opaską przylepną, która uniemożliwia zsunięcie lub zrolowanie rękawicy ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje lecz dopuszcza również takie rozwiązanie.

Dotyczy grupy 8

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o poziomie protein < 125 ug/g.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy grupy 53

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic o powierzchni teksturowanej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również rękawice o powierzchni teksturowanej.

Zamawiający