



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. DR JANA BIZIELA**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 052/371-16-00 fax 052/370-05-31

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel.052/36-55-352 fax. 052/36-55-752

Nr sprawy: NZZ/48/P/08

Bydgoszcz dnia 04.11.2008 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb szpitala.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z zapytaniem zadany przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie

Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia § 4 ust. 5 projektu umowy w ten sposób, że zmieni: W przypadku nie dostarczenia Towaru w ustalonym terminie albo dostarczenia Towaru nie spełniającego wymagań określonych w ofercie przetargowej lub w § 1 ust. 4 niniejszej umowy lub Towaru obciążonego innymi wadami i nie dostarczenia Towaru wolnego od wad w terminie określonym w ustępie poprzedzającym, Zamawiający po pisemnym wezwaniu do należytego wykonania umowy w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę będzie miał prawo, według swojego wyboru:

- a. bądź odstąpić od umowy i dokonać zakupu u innego kontrahenta, a w przypadku wyższej ceny zakupu różnicą obciążyć Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, jak również obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 2 % wartości niedostarczonego lub wadliwego Towaru określonej w formularzu oferty,
- b. bądź żądać wykonania umowy i dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego lub wadliwego Towaru za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po dniu określonym w § 4 ust. 3 do dnia dostawy Towaru bez wad.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie

Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia § 4 ust. 6 projektu umowy w ten sposób, że zmieni:

W przypadku dostarczenia, a nie dokonania montażu i uruchomienia Towaru przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zlecić wykonania czynności, bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji, innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego i dochodzić zapłaty kary umownej w wysokości 0,2 % wartości Towaru niezamontowanego lub nieuruchomionego Towaru, określonej w formularzu oferty cenowej lub zażądać wykonania umowy w tym zakresie i zażądać zapłaty kary umownej na zasadach, o których mowa w ust. 5b/, stosowanych odpowiednio.

Odpowiedź

Zamawiający zmodyfikuje postanowienie projektu umowy w następujący sposób:

„W przypadku dostarczenia, a nie dokonania montażu i uruchomienia Towaru przez Wykonawcę w terminie określonym w ustępie 3 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie miał prawo żądać wykonania umowy i zapłaty kary umownej na zasadach określonych w ust. 5 lit. b. stosowanym odpowiednio. W przypadku gdy montaż i uruchomienie Towaru nie zostaną dokonane w terminie 10 dni od terminu określonego w ustępie 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji, innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Zamawiającego i może dochodzić zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości niezamontowanego i/lub nieuruchomionego Towaru”

Zmiany zostaną wprowadzone odpowiednio do SIWZ

Zapytanie

Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia § 4 ust. 11 projektu umowy w ten sposób, że zmieni:

W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wady lub niedostarczenia nowego Towaru w miejsce wadliwego:

- a. Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wady innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji jak również obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,5 % wartości Towaru określonej w formularzu ofert cenowej, lub
- b. Zamawiający może żądać usunięcia wady lub dostarczenia Towaru wolnego od wad i dochodzić zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % Towaru określonej w formularzu oferty cenowej za każdy dzień następujący po terminie wyznaczonym do usunięcia wady lub dostarczenia Towaru niewadliwego, określonego w ust. 10.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie

Czy Zamawiający zmodyfikuje postanowienia § 4 ust. 10 projektu umowy w ten sposób, że zmieni:

Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionej wady Towaru w terminie 6 dni od chwili zgłoszenia?

Odpowiedź

Zamawiający wydłuży termin do 14 dni. Zmiany zostaną wprowadzone odpowiednio do SIWZ

Zapytanie

RTG z ramieniem C, Specyfikacja Istotnych Warunków Techniczno-Eksploatacyjnych, pkt. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG z ramieniem C w którym Zakres ruchu pionowego ramienia C wynosi 43 cm? Proponowana przez nas wartość jest jedynie nieznacznie mniejsza od wymaganej przez Zamawiającego i jest ona ogólnie stosowana w tej klasie zabiegowych aparatów RTG. Według naszej wiedzy aparaty RTG o ruchu pionowym ramienia C wynoszącym 47 cm ma w swojej ofercie tylko jeden producent!

W aparatach RTG z ramieniem C tej klasy większość renomowanych producentów oferuje ruch pionowy w zakresie 40-43 cm.

Odpowiedź

Zamawiający zna 4 typy aparatów różnych firm posiadających ruch pionowy w zakresie 50 cm. W związku z tym podtrzymuje ten zapis.

Zapytanie

RTG z ramieniem C, Specyfikacja Istotnych Warunków Techniczno-Eksploatacyjnych, pkt. 26

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG z ramieniem C w którym pojemność cieplna lampy RTG wynosi 46 kHU natomiast szybkość chłodzenia jest prawie dwukrotnie wyższa od zamawianej i wynosi 48 kHU/min?

Odpowiedź

Nie

Zapytanie

RTG z ramieniem C, Specyfikacja Istotnych Warunków Techniczno-Eksploatacyjnych, pkt. 27

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG z ramieniem C w którym pojemność cieplna kółka lampy RTG wynosi 953 kHU? Jest to wartość ogólnie stosowana w tej klasie zabiegowych aparatów RTG. Zapewnia ona prawidłową pracę aparatu bez przestojów oraz zachowanie pełnej funkcjonalności nawet przy prześwietlaniu obiektów o dużej gęstości radiologicznej.

Odpowiedź

Nie

Zapytanie

RTG z ramieniem C, Specyfikacja Istotnych Warunków Techniczno-Eksploatacyjnych, pkt. 42

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG z ramieniem C bez tej funkcjonalności? W oferowanym przez nas aparacie parametry monitora zostały dobrane fabrycznie w taki sposób aby zapewnić jak najlepszą jakość obrazu w warunkach oświetlenia jakie panują na bloku operacyjnym.

Odpowiedź

Nie. Wg Zamawiającego na sali operacyjnej panują bardzo zróżnicowane warunki oświetleniowe zależne od okoliczności lub etapu zabiegu, od prawie pełnego zaciemnienia, poprzez oświetlenie ogólne całej sali do silnego oświetlenia pola operacyjnego.

Zapytanie

RTG z ramieniem C, Specyfikacja Istotnych Warunków Techniczno-Eksploatacyjnych, pkt. 47 i 51

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG z ramieniem C bez funkcjonalności w postaci zapisu pętli obrazowych otrzymywanych podczas pracy w trybach fluoroskopii (tzw. CINE)? Funkcjonalność taka nie jest w praktyce wykorzystywana w tym segmencie aparatów z ramieniem C, jedynie powoduje iż większość wykonawców musi zaoferować aparaty z segmentu angiograficznego.

Odpowiedź

Nie

Zapytanie

RTG z ramieniem C, Specyfikacja Istotnych Warunków Techniczno-Eksploatacyjnych, pkt. 57

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG z ramieniem C w którym ilość obrazów widoczna jednocześnie na ekranie monitora wynosi 12? Proponowana przez nas rozwiązanie polega na wyświetlaniu jednego rzędu obrazów mniej i nie ma wpływu w żaden sposób na funkcjonalność aparatu.

Odpowiedź

Nie

Zapytanie

RTG z ramieniem C, Specyfikacja Istotnych Warunków Techniczno-Eksploatacyjnych, pkt. 60

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu RTG z ramieniem C wyposażonego w funkcję archiwizacji obrazów na nośnikach zewnętrznych typu DVD-R/RW i Pen-Drive w standardzie DICOM bez dodatkowego oprogramowania do odczytu na standardowym PC? Dodatkowe oprogramowanie do odczytu w standardzie PC służy głównie wydobywaniu obrazów do prezentacji w formatach PC. Pełna archiwizacja obrazów medycznych następuje poprzez interfejs DICOM Store do posiadanego przez Zamawiającego systemu PACS.

Odpowiedź

Nie

Zapytanie

RTG z ramieniem C, Specyfikacja Istotnych Warunków Techniczno-Eksploatacyjnych, pkt. 65

Czy poprzez „miernik wielkości ekspozycji (rejestrator dawki)” Zamawiający rozumie wyposażenie aparatu w komory jonizacyjne zintegrowane w głowicy aparatu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie techniczne.

Zadanie 40

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny 6 segmentowy czyli stół składający się z podglówka, płyty plecowej górnej, płyty plecowej dolnej, segmentu siedzeniowego i dzielonego podnóżka?

Odpowiedź

Tak

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z regulacją wysokości w zakresie 700 – 1100 mm?

Odpowiedź

Tak

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z regulacją płyty plecowej -40/+ 80 stopni?

Odpowiedź

Tak.

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z regulacją podglówka +/- 55?

Odpowiedź

Tak

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z regulacją Trendelenburga 30 stopni?

Odpowiedź

Tak

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z regulacją Antytrendelenburga 35 stopni?

Odpowiedź

Tak

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z regulacją płyty -90/+ 90 stopni?

Odpowiedź

Tak

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z kolumną wyposażoną w inteligentny system informacji przedstawiany na panelu kolumny za pomocą świecącej diody informujący o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu stołu i informujący o konieczności wezwania serwisu?

Odpowiedź

Tak

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z dostępnością ramienia C aparatu RTG na 100 % powierzchni blatu stołu poprzez funkcję przesuwu wzdłużnego 270 mm? Przesuw wzdłużny w większości uzależniony jest od szerokości kolumny stołu operacyjnego, im szersza kolumna tym musi być większy przesuw aby ją ominąć.

Odpowiedź

Tak

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny bez dźwiękowego sygnału braku hamulca centralnego stołu z możliwością świadomego wyłączenia przez obsługującego?

Odpowiedź

Tak.

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z łatwą regulacją mechaniczną górnej płyty plecowej?

Odpowiedź

Tak

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z mechaniczną regulacją segmentu wypiętrzenia klatki piersiowej?

Odpowiedź

Tak

Zadanie 41

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z materacami o szerokości 580 mm?

Odpowiedź

Tak

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z regulacją wysokości od 760 mm?

Odpowiedź

Tak

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z regulacją podglówka +/- 55 stopni?

Odpowiedź

Tak.

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z dostępnością ramienia C aparatu RTG na 100 % powierzchni blatu stołu poprzez funkcję przesuwu wzdłużnego 250 mm? Przesuw wzdłużny w większości uzależniony jest od szerokości kolumny stołu operacyjnego, im szersza kolumna tym musi być większy przesuw aby ją ominąć.

Odpowiedź

Tak

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny przejezdny- mobilny na kółkach o średnicy 15 cm z systemem blokowania za pomocą dźwigni nożnej?

Odpowiedź

Tak

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z regulacją elektromechaniczną funkcji : wysokość, przechyły boczne, przechyły wzdłużne, i mechaniczną pozostałych funkcji : płyty plecowej, ławeczki nerkowej, wypiętrzenia klatki piersiowej oraz centralnej blokady podwozia ?

Odpowiedź

Tak

Zadanie 42**Zapytanie**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z materacami o szerokości 580 mm ?

Odpowiedź

Tak

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z regulacją wysokości od 760 mm?

Odpowiedź

Tak

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z regulacją podglówka +/- 55 stopni?

Odpowiedź

Tak

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z dostępnością ramienia C aparatu RTG na 100 % powierzchni blatu stołu poprzez funkcję przesuwu wzdłużnego 250 mm? Przesuw wzdłużny w większości uzależniony jest od szerokości kolumny stołu operacyjnego, im szersza kolumna tym musi być większy przesuw aby ją ominąć.

Odpowiedź

Tak.

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny przejezdny- mobilny na kółkach o średnicy 15 cm z systemem blokowania za pomocą dźwigni nożnej?

Odpowiedź

Tak.

Zapytanie

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania nowoczesny stół operacyjny z regulacją elektromechaniczną funkcji : wysokość, przechyły boczne, przechyły wzdłużne, i mechaniczną pozostałych funkcji : płyty plecowej, ławeczki nerkowej, wypiętrzenia klatki piersiowej oraz centralnej blokady podwozia ?

Odpowiedź

Tak

Zapytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu gwarancji produkcji części zamiennych z 10 lat na 4 lata?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu zrealizowania przedmiotu zamówienia do 60 dni od dnia udzielenia zamówienia(zawarcia umowy)?

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający