



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. DR JANA BIZIELA**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 052/371-16-00 fax 052/370-05-31

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel.052/36-55-352 fax. 052/36-55-752

Nr sprawy: NZZ/48/P/08

Bydgoszcz dnia 07.11.2008 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb szpitala.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z zapytaniem zadanym przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Dotyczy zadania nr 53 – materac grzewczy

Zapytanie

Prosimy o dopuszczenie materaca o wymiarach 107x53,5 cm

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie

Prosimy o odstąpienie od wymogu sterylizacji określonego w pkt. 7.1.5 wymogów technicznych i dopuszczenie materaca przeznaczonego do dezynfekcji za pomocą środków stosownych do dezynfekcji stołu operacyjnego.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie

Prosimy o dopuszczenie zasilacza umożliwiającego regulację temperatury materaca w zakresie od 37 do 40°C.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie

Prosimy o odstąpienie od alarmu zaniku zasilania i dopuszczenia urządzenia z alarmem niskiej i wysokiej temperatury oraz alarmem uszkodzenia materaca.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również urządzenie z alarmem niskiej i wysokiej temperatury oraz alarmem uszkodzenia materaca.

Zapytanie

Prosimy o dopuszczenie urządzenia wyświetlającego zadaną temperaturę i status jej osiągnięcia.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby system grzewczy funkcjonował pomimo uszkodzenia mechanicznego materaca podczas przeprowadzonych procedur np. przecięcia skalpelem oraz że ewentualne uszkodzenie w żaden sposób nie może wpłynąć na przebieg zabiegu?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie techniczne.

Zapytanie

Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający wymaga aby system grzewczy w użytkowaniu nie wymagał stosowania dodatkowych akcesoriów lub materiałów zużywalnych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie techniczne.

Dotyczy zadania nr 56 – Urządzenie ogrzewające pacjenta powietrzem z filtrem Hepa z kocykiem

Zapytanie

Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego 6 zakresów temperatur: pokojowa, 34°C, 37°C, 40°C, 43°C, 46°C.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach 40x29x22 cm

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie

Prosimy o dopuszczenie przewodu grzewczego bez specjalnego zaczełu chroniącego go przed zaginaniem, ale wykonanego z tworzywa uniemożliwiającego zagięcie mogące wpłynąć na pracę systemu.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie

Prosimy o dopuszczenie przewodu grzewczego o długości 1,5 m, który jest wystarczający dla prawidłowej pracy systemu.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie

Prosimy o dopuszczenie urządzenia posiadającego prędkość przepływu na poziomie 1076 l/min.

Odpowiedź

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o poziomie hałasu max. 55dB.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy zadania 36 Aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych.

Zapytanie

Prosimy o dopuszczenie regulacji temperatury w zakresie 37°C - 41°C co 0,5°C.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wydajności ogrzewania krwi do 2500ml/h i płynów do 4500ml/h. która jest wystarczająca w większości sytuacji klinicznych.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie

Prosimy o odstąpienie od wymogów określonych w pkt. 7.1.3,4,5,6,10 i dopuszczenie prostszego urządzenia wykorzystującego tanie materiały eksploatacyjne – przedłużacze o długości 460cm, których koszt kształtuje się na poziomie około 3 zł/szt. W przypadku utrzymania ww. wymogów Zamawiający naraża się na konieczność stosowania drogich materiałów eksploatacyjnych – cena około 50zł/szt., ponieważ ww. parametry spełnia tylko jedno urządzenie tj. Warmflo firmy Covidien.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający