



**Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel. 052/36-55-352 fax 052/36-55-752**

Nr sprawy: NZZ/48/P/08

Bydgoszcz dnia 19.11.2008 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Dostawa, montaż, uruchomienie urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb szpitala.

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wprowadza następujące zmiany:

1. W rozdziale I pkt 4 SIWZ, krótki opis przedmiotu zamówienia: „ Zadanie 1 - Medyczna aparatura oddechowa – Respirator neonatologiczny – 5 kpl. – CPV 33157400-9” - liczbę 5 kpl zastępuje się liczbą **4 kpl.**

2. W rozdziale V pkt 1 SIWZ, „Zadanie 1 - Medyczna aparatura oddechowa – Respirator neonatologiczny – 5 kpl. ” - liczbę 5 kpl. zastępuje się liczbą **4 kpl.**

3. Rozdział II pkt 2 SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu dla warunku „Wykonawca musi wykazać się, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością, dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia - minimum dla poniższych zadań – netto w PLN: Zadanie 1 – skreśla się zapis „**330 000,00**” , w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie **264 000,00.**

4. Rozdział II pkt 2 SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu dla warunku „Wykonawca powinien posiadać dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż odpowiednio dla poniższych zadań: Zadanie 1 – skreśla się zapis „**330 000,00**” , w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie: **264 000,00.**

5. Rozdział X pkt. 1 SIWZ. po zdaniu - „ ... Wadium dla poszczególnych zadań: Zadanie 1 – skreśla się zapis „**8 220,00 PLN**” , w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie: **6 576,00 PLN.**

6. Załącznik nr 1 do SIWZ zadanie 1 skreśla się zapis „**Zamawiana ilość – 5 kpl.**”, w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie, „**Zamawiana ilość – 4 kpl.**”.

7. Rozdział I pkt. 4 SIWZ, krótki opis przedmiotu zamówienia, ... po zadaniu 56 dodaje się następujący zapis: „ **zadanie 57. Medyczna aparatura oddechowa – Respirator neonatologiczny – respirator do wentylacji wysoką częstotliwością - 1 kpl. – CPV 33157400-9**”

8.W rozdziale V pkt 1 SIWZ, „ .. po zadaniu 56 dodaje się następujący zapis: „ **zadanie 57. Medyczna aparatura oddechowa – Respirator neonatologiczny – respirator do wentylacji wysoką częstotliwością - 1 kpl.**

9.Rozdział II pkt 2 SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu dla warunku „Wykonawca musi wykazać się, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością, dostawie stanowiącej przedmiot zamówienia - minimum dla poniższych zadań – netto w PLN: ... po zadaniu 56 wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie: **Zadanie 57 – 66 000,00.**

10.Rozdział II pkt 2 SIWZ. Warunki udziału w postępowaniu dla warunku „Wykonawca powinien posiadać dostęp do środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż odpowiednio dla poniższych zadań: po zadaniu 56 wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie: **Zadanie 57 – 66 000,00.**

11. Rozdział III pkt. 1, ppkt. 1.7 SIWZ, ... po liczbie 56, dodaje się **liczbę 57.**

12. Rozdział VII pkt. 3, ppkt. 3.1 SIWZ, – dla zadań ... po liczbie 56, dodaje się **liczbę 57.**

13. Rozdział X pkt. 1 SIWZ. po zdaniu - „ ... Wadium dla poszczególnych zadań, po zadaniu 56 wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie **zadanie 57 – 1 644,00 PLN.**

14.W załączniku nr 1 do SIWZ - przedmiot zamówienia dodaje się zadanie 57 i zapisy specyfikacji istotnych warunków techniczno – eksploatacyjnych – w załączeniu do niniejszej modyfikacji Zadanie 57 wraz z określeniem przedmiotu przetargu.

15. Rozdział X pkt. 5 SIWZ , skreśla się zapis „Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego:” w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje następujące brzmienie - **Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:**

16.W załączniku nr 1 - ZADANIE 46 - RTG z ramieniem C, pkt 7. – walory techniczne wymagane przez użytkownika – tabela, kolumna pn. opis parametrów – skreśla się zapisy w całości dla pkt. – 25,29,39,40,.

W zamian wprowadza się nowe zapisy które otrzymują brzmienie:

Lp	Opis parametrów
25.	Wymiar małego ogniska Max. 0,6 mm
29	Automatyczne zabezpieczenie lampy przed przegrzaniem
39	Kąt widzenia pionowy/poziomy Min. 170⁰
40	Jasność świecenia monitora Min. 500 cd/m²

17.W załączniku nr 1 - ZADANIE 34 - Ssak elektryczny, pkt 7. – walory techniczne wymagane przez użytkownika – tabela, kolumna pn. opis parametrów – skreśla się zapis w całości dla pkt. – 4

W zamian wprowadza się nowy zapis który otrzymują brzmienie: **Maksymalne podciśnienie do nie mniej niż 90 mbar**

18. W załączniku nr 3 do SIWZ – projekt umowy skreśla się w całości zapis par. 4 ust. 6 i w prowadzi się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:

„W przypadku dostarczenia, a nie dokonania montażu i uruchomienia Towaru przez Wykonawcę w terminie określonym w ustępie 3 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie miał prawo żądać wykonania umowy i zapłaty kary umownej na zasadach określonych w ust. 5 lit. b. stosowanym odpowiednio. W przypadku gdy montaż i uruchomienie Towaru nie zostaną dokonane w terminie 10 dni od terminu określonego w ustępie 3 niniejszego paragrafu, Zamawiający może zlecić wykonanie tych czynności bez utraty uprawnień wynikających z rękojmi i gwarancji, innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Zamawiającego i może dochodzić zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości niezamontowanego i/lub nieuruchomionego Towaru”

19. W załączniku nr 3 do SIWZ – projekt umowy par. 4 ust. 10 liczbę 3 zastępuje się liczbą **14.**

20. W załączniku nr 1 - ZADANIE 37 - Łóżko do intensywnej terapii, pkt 7. – walory techniczne wymagane przez użytkownika – tabela, kolumna pn. opis parametrów do obowiązujących zapisów dodaje się następujące zapisy:

- w pkt.13 - lub regulacja pozycji Trendelenburga 15°
- w pkt. 16 - lub przechyły boczne, w których system sterowania unosi łóżko do pozycji, w której można wykonać przechył boczny bez obaw, że nastąpi kolizja poręczy bocznych z podstawą, ale nie do pozycji najniższej leża
- w pkt. 24 - lub jedynie kątowy wskaźnik nachylenia pleców

21. W załączniku nr 1 - ZADANIE 40 - Stół operacyjny ogólny - chirurgiczny, pkt 7. – walory techniczne wymagane przez użytkownika – tabela, kolumna pn. opis parametrów do obowiązujących zapisów dodaje się następujące zapisy:

- w pkt. 3 - lub min 6 segmentowym blatem,
- w pkt. 6 - lub z zakresem regulacji minimum 400 mm,
- w pkt. 7 - lub nie gorsza niż od - 40° do +80°,
- w pkt. 9 – lub z zakresem regulacji podglówka co najmniej od - 20° do +50°
- w pkt. 10 – lub z zakresem regulacji pozycji Trendelenburga - minimum 30°
- w pkt. 11 – lub z zakresem regulacji pozycji anty Trendelenburga - minimum 30°
- w pkt. 12 – lub z zakresem regulacji przechyłów - min 20°
- w pkt. 24 – lub bez dźwiękowego sygnału braku hamulca centralnego stołu z możliwością świadomego wyłączenia przez obsługującego

22. W załączniku nr 1 - ZADANIE 41 - Stół operacyjny urologiczny, pkt 7. – walory techniczne wymagane przez użytkownika – tabela, kolumna pn. opis parametrów do obowiązujących zapisów dodaje się następujące zapisy:

- w pkt. 3 - lub nie posiada wypiętrzenia klatki piersiowej i wypiętrzenia ławeczki, a posiadają jedynie wypiętrzenie ławeczki nerkowej.
- w pkt. 4 – lub o długości min 2180 mm,
- w pkt. 5 – lub o szerokości blatu 635 mm

23. W załączniku nr 1 - ZADANIE 42 - Stół operacyjny ogólny - chirurgiczny, pkt 7. – walory techniczne wymagane przez użytkownika – tabela, kolumna pn. opis parametrów do obowiązujących zapisów dodaje się następujące zapisy:

- w pkt. 3 – lub nie posiada wypiętrzenia klatki piersiowej i wypiętrzenia ławeczki, a posiadają jedynie wypiętrzenie ławeczki nerkowej.
- w pkt. 4 lub o długości min 2180 mm,
- w pkt. 5 – lub o szerokości blatu 635 mm

24. W załączniku nr 2 do SIWZ - Formularz oferty, wprowadza się następujące zmiany:
- W punkcie II - Przedmiot zamówienia; Nazwa i nr zadania do którego Wykonawca przystępuje” - dodaje się zapis o następującej treści:
„57
 - W punkcie III - Cena - dodaje się zapis o następującej treści:

1.Cena zadania 57:

- a) netto.....
 - b) brutto.....
 - c) wartość VAT.....
- W punkcie IV - Termin płatności - dodaje się zapis o następującej treści:
57
 - W punkcie V - Okres wykonania umowy/zamówienia - dodaje się zapis o następującej treści:
57
 - W punkcie VI – Okres gwarancji - dodaje się zapis o następującej treści:
57

Zamawiający