



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-521, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-296

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



SZPITAL  
KREDYTOWANY



Szpital  
bez bólu

Fax 52/36-55-752

NZZ/23/P/17

Bydgoszcz, dnia 24.05.2017 r.

Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu do zabiegów wewnątrznaczyniowych w zakresie kardiologii inwazyjnej, angiologii i neuroradiologii

**Wszyscy Wykonawcy**

### **MODYFIKACJA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zamawiający dokonuje modyfikacji udzielonych odpowiedzi na zapytanie w dniu 23.05.2017 r.:

***Zamawiający dokonuje modyfikacji udzielonych odpowiedzi na pytania z dnia 23.05.2017 r.***

#### **1. dotyczy pytania nr 5**

##### **Grupa 1**

Czy Zamawiający dopuści stenty w zakresie średnic 4,5mm-7,0mm; bez systemu umożliwiającego zmniejszenie przyjmowanej przez pacjenta dawki promieniowania ?

***skreśla się treść odpowiedzi o brzmieniu:***

„Z zapisów SIWZ nie wynika obowiązek posiadania przez przedmiot zamówienia w/w systemu. Posiadanie systemu stanowi kryterium które podlegać będzie ocenie. W przypadku przedmiotu zamówienia nie posiadającego powyższego systemu, Zamawiający przyzna 0 ( zero ) punktów”.

***i wprowadza się w zamian następujący zapis:***

„Z zapisów SIWZ nie wynika obowiązek posiadania przez przedmiot zamówienia w/w systemu. Posiadanie systemu stanowi kryterium które podlegać będzie ocenie. W przypadku przedmiotu zamówienia nie posiadającego powyższego systemu, Zamawiający przyzna 0 ( zero ) punktów.

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie w zakresie średnic 4,5mm-7,0mm”.

#### **2. dotyczy pytania nr 11**

##### **Grupa 38**

Czy zamawiający dopuści balony w zakresie długości 40mm,80mm i 120mm; bez systemu umożliwiającego zmniejszenie przyjmowanej przez pacjenta dawki promieniowania; spełniające pozostałe kryteria?

***skreśla się treść odpowiedzi o brzmieniu:***

„Z zapisów SIWZ nie wynika obowiązek posiadania przez przedmiot zamówienia w/w systemu. Posiadanie systemu stanowi kryterium które podlegać będzie ocenie. W przypadku przedmiotu zamówienia nie posiadającego powyższego systemu, Zamawiający przyzna 0 ( zero ) punktów”.

***i wprowadza się w zamian następujący zapis:***

„Z zapisów SIWZ nie wynika obowiązek posiadania przez przedmiot zamówienia w/w systemu. Posiadanie systemu stanowi kryterium które podlegać będzie ocenie. W przypadku przedmiotu zamówienia nie posiadającego powyższego systemu, Zamawiający przyzna 0 ( zero ) punktów”.

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie w zakresie długości 40mm,80mm i 120mm”.

**Zamawiający**