



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521

Fax. 052/376-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/65/P/08

Bydgoszcz, 20.01.2009 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę endoprotez i materiałów do ich zakładania (Nr sprawy: NZZ/65/P/08)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie 1

Pakiet 2

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania również trzpienia uniwersalnego, nieanatomicznego ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 2

Pakiet nr 11

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania endoprotezy stawu kolanowego z powłoką ceramiczną również w wersji bezcementowej ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 3

Pakiet nr 15

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cementu kostnego z gentamycyną 40g wraz z systemem do mieszania i podawania próżniowego cementu, wymagającego użycia pompy próżniowej użyczonej Zamawiającemu bezpłatnie na czas trwania umowy ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 4

Pakiet nr 5

Czy Zamawiający może doprecyzować opis panewki cementowanej – czy Zamawiający wymaga zaoferowania panewki wykonanej z polietylenu czy też czasza panewki ma być wykonana z tytanu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 5

Dotyczy pakietów: 4,12,14

Czy Zamawiający dopuści użyczenie instrumentarium na zasadzie „Loaner Set” – każdorazowo do zabiegu po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 6

Dotyczy pakietu 12

Czy zamawiający dopuści komponent puszczelowy wykonany ze stopu CoCr z bolcem przystosowanym do ruchomej wkładki puszczelowej Mobile Bearing bez możliwości mocowania wkładek w komponencie ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający