



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521

Fax. 052/36-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/69/P/08

Bydgoszcz, dnia 23.01.2009 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatury na okres 24 miesięcy ( nr sprawy: NZZ/69/P/08)

**Wszyscy Wykonawcy**

### **ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

#### Zapytanie 1

Dotyczy Grupy 3

Czy Zamawiający dopuści, zamiast densytometru, zestaw komputerowy ze skanerem i specjalistycznym oprogramowaniem w języku polskim umożliwiającym interpretację żeli wraz z ich archiwizacją oraz prowadzenie kontroli jakości ?

#### Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań granicznych dla odczynników i aparatury.

#### Zapytanie 2

Dotyczy Grupy 3

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować wymaganą ilość testów lub ilość rzeczywistych dni roboczych i tygodni w roku, gdyż biorąc pod uwagę podany przez Zamawiającego harmonogram wykonywania badań (pkt. 3 wymagań granicznych dla odczynników) otrzymuje się wyższą ilość badań niż to podano w SIWZ. Przykładowo dla proteinogramów przyjmując 15 testów wykonywanych przez 253 dni robocze w roku, w okresie 24 miesięcy otrzymuje się ilość 7 590, a nie 7 000 testów. Również dla pozostałych badań przyjęcie 52 tygodni w roku i harmonogramu wykonywanych badań otrzymuje się wyższą liczbę oznaczeń niż podana w SIWZ.

#### Odpowiedź:

Zamawiający podał ilości testów na okres 2 lat i harmonogram ich wykonywania. Dzieląc ilość sumaryczną testów przez ilość próbek na dany przedział czasowy otrzymujemy ilość dni roboczych, czy tygodni, w których będą wykonywane badania przez Zamawiającego (Zamawiający uwzględnił wszystkie dni, w których będzie wykonywał badania biorąc pod uwagę dni wolne i rozkład dni roboczych)

I tak dla proteinogramów surowicy łącznie 467 dni roboczych

proteinogramy moczu	łącznie 100 tygodni
immunofiksacja	łącznie 100 tygodni
białko Bence Jonesa	łącznie 100 tygodni
lipidogram	łącznie 50 okresów dwutygodniowych
prążki oligoklonalne	łącznie 100 tygodni

#### Zapytanie 3

Dotyczy Grupy 3

Czy Zamawiający wymaga metody izoelektroogniskowania bez immunoblotingu?

#### Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, w których określił metodę wykonywania prążków oligoklonalnych i ją podtrzymuje

#### Zapytanie 4

Dotyczy Grupy 3

Dotyczy prążków oligoklonalnych – ile próbek jednocześnie ma być poddawane rozdziałowi ?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ podał harmonogram wykonywania prążków oligoklonalnych i go podtrzymuje. W związku z tym Zamawiający będzie wykonywał 3 próbki 1 raz w tygodniu, tyleż próbek musi być jednocześnie poddanych rozdziałowi.

#### Zapytanie 5

Dotyczy Grupy 3

Czy oferowany aparat ma być z pojedynczym czy z podwójnym systemem aplikacji próbek ?

Odpowiedź:

Zamawiający w SIWZ nie określił systemu aplikacji próbek, w związku z tym dopuszcza w tym względzie różne rozwiązania.

#### Zapytanie 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ponowne udzielenie odpowiedzi na zapytanie (dotyczy Grupy 1): „Czy Zamawiający wymaga, aby zaoferowana ilość materiałów zużywalnych i akcesoriów (takich jak np. elektrody ISE) była zgodna z zapisami w ulotkach dotyczących tych produktów odnośnie ich terminów stabilności, trwałości w analizatorze ?”.

Odpowiedź z dnia 19.01. br, jakiej udzielił Zamawiający jest niezrozumiała i niejednoznaczna, co uniemożliwia zrozumienie przedstawionego w pytaniu problemu.

Nadto wnioskujemy, żeby Zamawiający wprowadził w odpowiedzi wprost obowiązek zaoferowania takiej ilości materiałów zużywalnych, o jakiej jest mowa w ulotkach dołączanych do oferty (np. dotyczy to elektrod ISE). W przeciwnym wypadku umożliwia to manipulację przez wykonawców – ceną oferty, którzy w ten sposób zaniżają wartość oferty i powodują, że oferty są nieporównywalne, a tym samym całe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego obciążone jest wadą.

Odpowiedź:

Intencją Zamawiającego udzielając odpowiedzi o treści: „Zamawiający wymaga, aby zaoferowane ilości materiałów zużywalnych i akcesoriów były zgodne ze stanem faktycznym. Zamawiający będzie ponosił koszty tylko tych materiałów, które zostaną przedstawione w ofercie. Jeśli brak zgodności między ulotką informacyjną, a stanem faktycznym to należy tę niezgodność wskazać i poprawić – konieczny podpis osoby upoważnionej” była dbałość o interes ekonomiczny szpitala. W związku z tym, że Zamawiający oceny ofert dokona tylko na podstawie złożonej dokumentacji podpisanej przez osobę upoważnioną (brak okresu próbnego na testowanie) Zamawiający nie może zakładać, że osoba upoważniona z ramienia Oferenta wprowadzając jakiegokolwiek zmiany w ulotkach informacyjnych będzie manipulowała tendencyjnie ceną oferty, bo jest to sprzeczne z prawem.

#### Zapytanie 7

Dotyczy Grupy 7

Czy Zamawiający w grupie 7 dopuści przystąpienie do przetargu z czytnikiem bez automatycznej korekcji pomiaru ciężaru właściwego dla moczu o odczynie silnie zasadowym ?

Cecha ta jest ogólnym ograniczeniem metody paskowej, dotyczy ona ogólnie pasków do moczu różnych firm i automatyczna korekcja tego w aparacie powoduje automatyczne powiększenie każdej wartości ciężaru na pasku w przypadku moczu zasadowych. Z drugiej strony obniżenie wartości ciężaru w przypadku moczu zasadowych może nastąpić i z reguły występuje, natomiast nie występuje w każdym moczu o odczynie zasadowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

#### Zapytanie 8

Dotyczy Grupy 7

Czy w przypadku wymaganej czułości analitycznej dot. Białka Zamawiający dopuszcza paski o czułości dot. Białka < 22 mg/dl, gdyż wymieniona czułość jest zgodna z Europejską Dyrektywą dot. Badania Moczu ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający