



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31**

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

NZZ/46/D/19

Bydgoszcz, dnia 25.07.2019 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników do wykonywania badań z zakresu diagnostyki alergologicznej, chorób o podłożu autoimmunologicznym w tym celiakii wraz z najmem aparatu, nr sprawy NZZ/46/D/19.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnienia:

Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy zaokrąglić liczbę opakowań odczynników zawartych w załączniku nr 1 do SIWZ w podpunkcie – kontrole, kalibratory i odczynniki konieczne do przeprowadzenia wszystkich wymienionych testów (w klasie IgE, IgG, IgM i IgA oraz tryptazy) oraz części zużywalne tym środki do konserwacji aparatury. Ze względu na fakt, iż producent nie prowadzi sprzedaży niepełnych opakowań, nie jesteśmy w stanie zaoferować dokładnie 110% w/w produktów.

Odpowiedź

Należy zaokrąglić do pełnych opakowań w górę w powyższym zakresie.

**Zamawiający**



SZPITAL  
AKREDYTOWANY