



ISO 9001  
ISO 14001  
PN-N 18001  
ISO 27001

NZZ/22/D/19

Bydgoszcz, dnia 29.10.2019 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

*Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – dostawa rejestratorów do elektronicznego systemu testowania ETS , środków do dezynfekcji, opakowań do żywności, opakowań do sterylizacji oraz środków chemicznych na potrzeby stacji demineralizacji*

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust. 1, 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 - dotyczy grupy 12

Czy Zamawiający dopuści preparat zawierający w swoim składzie QAV?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie dopuszcza preparatu zawierającego w swoim składzie QAV

Pytanie nr 2 - dotyczy grupy 5 - Rejestrator danych

Czy Zamawiający dopuści Rejestrator danych posiadający 2 czujniki temperatur: wewnętrzny i zewnętrzny oraz w którym parametry pracy widoczne są na wykresie monitora laptopa? Laptop dołączany jest do pierwszego rejestratora jako wyposażenie startowe?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ

Pytanie nr 3 - dotyczy grupy 5

Czy w miejsce certyfikatu jednostki notyfikowanej Zamawiający dopuści dla oferowanych rejestratorów poświadczenie wydane przez producenta o zgodności wyrobu z normą referencyjną EN ISO 11140-4 oraz poświadczenie certyfikowanej jednostki notyfikowanej o spełnianiu norm jakościowych ISO 9001 oraz EN ISO 13485 przy wytwarzaniu rejestratorów danych do sterylizatorów parowych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza produkt, który spełnia normę EN ISO 11140-4 lub równoważny. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie zamiennie innych dokumentów poza wymienionymi w SIWZ – rozdział III pkt 2 ppkt 2.2.5

**Zamawiający**



SZPITAL  
AKREDYTOWANY