



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

NZZ/01/D/20

Bydgoszcz, dnia 31.01.2020 r.

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – dostawa gazów medycznych i technicznych oraz najem zbiorników i butli

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust. 1, 2, 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (*Dz.U.2018 poz. 1986 z późn. zm.*) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie nr 1 - dotyczy Pakietu nr 5

Czy fabrycznie oryginalny (bez dodatkowych modyfikacji i przeróbek) zawór dozujący ze wszystkim elementami składowymi w/w zaworu dozującego, niezbędnymi do prawidłowego działania do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O₂ i 50% N₂O), ma być jednoelementowy, nierozkręcalny tzn. nie będzie w nim, żadnych elementów które pacjent może samowolnie usunąć i stworzyć dla siebie potencjalne zagrożenie i może skutkować ryzykiem powstania nieszczelności całego układu do podawania mieszaniny ? Jakakolwiek możliwość rozmontowania zaworu (w tym również przez personel medyczny) może spowodować również jego przypadkowe uszkodzenie, a niewłaściwy montaż może doprowadzić do obniżenia jego wydajności, utraty i/lub związanych z tym kosztów naprawy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza proponowane rozwiązanie techniczne.

Pytanie nr 2 - dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia zaworu dozującego do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O₂ i 50% N₂O), którego wewnątrz (tzw. strefa bezdotykowa) nie wymaga dezynfekcji (w sytuacjach wskazanych lub zalecanych przez Producenta), poprzedzonej koniecznością rozłożenia zaworu dozującego oraz wyczyszczeniem jego elementów składowych, zgodnie z zaleceniami producenta (instrukcja obsługi) ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza proponowane rozwiązanie techniczne.

Pytanie nr 3 - dotyczy Pakietu nr 5

Czy zawór dozujący do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O₂ i 50% N₂O), ma posiadać taką konstrukcję, która do podawania tejże mieszaniny gazów wymaga zastosowania dodatkowego filtra lub zaworu wydechowego? Taki wybór zniweluje konieczność kontroli, czy zawór mógł zostać zanieczyszczony, w trakcie przypadkowego lub celowego użytkowania zaworu dozującego bez jakichkolwiek środków zabezpieczających przed kontaminacją (np. filtra lub zaworu wydechowego).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza proponowane rozwiązanie techniczne.

Pytanie nr 4- dotyczy Pakietu nr 5

Czy pracownik wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za szkolenie personelu z zakresu obsługi systemu podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O₂ i 50% N₂O) ma posiadać odpowiednią wiedzę i umiejętności w tym zakresie, potwierdzone stosownym imiennym certyfikatem wydanym przez producenta systemów dostarczania gazu? Czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiającego wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w do złożenia w wyznaczonym terminie do złożenia wymienionego powyżej certyfikatu?



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymogów w tym zakresie, poza obowiązującymi wymogami wynikającymi wprost z przepisów prawa, do których zobowiązany jest stosować się Wykonawca.

Pytanie nr 5- dotyczy Pakietu nr 5

Czy związku z zapisem aby ustniki i zawory dozujące były wolne od ftalanów Zamawiający wymaga również aby wszystkie potencjalne elementy składowe systemu do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O₂ i 50% N₂O), tj. (zawór dozujący/ustniki/maski/zawory wydechowe, dodatkowe filtry) mają być wolne są od BPA? BPA (Bisfenol A) – związek chemiczny z grupy fenoli, stosowany do produkcji tworzyw sztucznych, który działa niekorzystnie na wiele aspektów zdrowotnych. Doniesienia literaturowe wskazują, że BPA może zaburzać różnicowanie płci, dojrzewanie, rozród, wpływać na pracę tarczycy a także skutkować rozwojem nowotworów złośliwych, w tym raka piersi i prostaty. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, oferenci zobowiązani będą do przedłożenia wraz z ofertą certyfikatów Producentów, potwierdzających brak BPA w ich produktach, przeznaczonych do podania mieszaniny tlenu i podtlenku azotu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie.

Pytanie nr 6 - dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający pod pojęciem ustniki jednorazowe do podawania mieszaniny ma na myśli jednorazowy zawór wydechowy wraz z jednorazowym ustnikiem umożliwiającym podanie mieszaniny gazów tlen medyczny 50% / podtlenek azotu medyczny 50% bezpośrednio z butli ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający pod pojęciem ustniki jednorazowe do podawania mieszaniny ma na myśli jednorazowy ustnik. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązania zespolonego czyli jednorazowy ustnik umożliwiający podanie mieszaniny gazów z jednorazowym zaworem wydechowym.

Pytanie nr 7 - dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający w związku z zastosowanym kryterium oceny ofert (**termin dostarczenia przedmiotu zamówienia**) wymaga dostarczenia mieszaniny gazów: tlen medyczny 50% / podtlenek azotu medyczny 50%, gotowej od użycia zaraz po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego, bez konieczności zastosowania dodatkowych czynności i procedur mających na celu przygotowanie do bezpiecznego i zgodnego z zalecaniami zawartymi w Charakterystyce Produktu Leczniczego podania w/w mieszaniny. (Z wyłączeniem sytuacji gdy w związku z właściwościami fizycznymi mieszaniny gazów tlen medyczny 50% / podtlenek azotu medyczny 50%, dochodzi do wywołania niestabilności leku [zmniejszenie działania znieczulającego/ryzyko hipoksji] – tj. w warunkach transportu poniżej -5 o C)

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, gazu medycznego 50% tlenu i 50% podtlenku azotu, który oprócz wskazania do stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiada wskazania do stosowania i w określony sposób podawania w położnictwie. Należy zaproponować termin dostawy zgodny z wymogiem SIWZ.

Pytanie nr 8- dotyczy Pakietu nr 5

Czy w celu zachowania pełnej kompatybilności oraz bezpieczeństwa terapii, Zamawiający wymaga aby zaoferowany zawór dozujący do podawania mieszaniny gazów gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O₂ i 50% N₂O) oraz pozostałe części składowe systemu np maski, filtry, jednorazowe zawory wydechowe z ustnikiem, pochodziły od jednego producenta? lub w przypadku gdy pochodzą od innych producentów Zamawiający będzie wymagał dostarczenia oświadczenia wytwórcy zaworu dozującego o kompatybilności z zaoferowanym osprzętem jednorazowym.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie stawia wymogów w tym zakresie, jednocześnie przypomina o prawnej odpowiedzialności dostawcy za system



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 9 - dotyczy Pakietu nr 5

Czy Zamawiający przewiduje stosowanie mieszaniny podtlenu azotu (N₂O) i tlenu (O₂) w takich procedurach medycznych gdzie konieczne będzie stałe podawanie w/w mieszaniny, a nie tylko w sytuacji gdzie podawanie mieszaniny jest regulowane oddechem pacjenta (na żądanie) – np. :

- urologia;
- gastroenterologia / badania endoskopowe (gastroskopia, kolonoskopia);
- ginekologia zabiegowa, estetyczna;
- leczenie oparzeń;
- inne

Czy w przypadku potwierdzenia sytuacji mającej miejsce powyżej Zamawiający wymaga aby możliwe było stałe podawanie leku (mieszaniny gazów, podtlenu azotu 50% i tlenu 50%) do 6 godzin bez konieczności kontrolowania morfologii krwi w oparciu o odpowiednie zapisy zamieszczone w Charakterystyce Produktu Leczniczego? Zapis w CHPL mówiący o braku konieczności wykonania badań krwi powoduje że odpowiedzialność za działania niepożądane spoczywa na producencie leku. Czy, w celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona w do złożenia w wyznaczonym terminie Charakterystyki produktu leczniczego oferowanej mieszaniny gazów?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga zaoferowania produktu leczniczego, gazu medycznego 50% tlenu i 50% podtlenu azotu, który oprócz wskazania do stosowania w krótkotrwałych, bolesnych procedurach medycznych, posiada wskazania do stosowania i w określony sposób podawania w położnictwie. Karty Charakterystyki należy dostarczać zgodnie z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 10 - dotyczy Pakietu nr 7

Prosimy Zamawiającego o wskazanie rzeczywistej ilości wyspecyfikowanej ilości tlenu azotu w butlach 2 litry, ilości przewidywany dostaw oraz rzeczywiste zapotrzebowanie dzierżawionych butli – Ilości wskazane w Szczegółowy formularzu cenowy odbiegają od ilości zawartego w Opisie przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający modyfikuje SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY - zał. nr 2a - Gazy medyczne. Zamawiający poprawia wartość pola „F84” z 730 na 1095 - zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” w poniższy sposób:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	
1	SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ CENOWY - Gazy medyczne - zał. nr 2a											
2												
3												
4												
5	Lp.	Przedmiot oferty	Nazwa towaru jaka pojawi się na fakturze (podać)	Producent (podać)	Nr kat. producenta (podać)	Ilość	J. m.	Cena jednostk. netto [PLN] (podać)	VAT [%] (podać)	Wartość NETTO [PLN] (podać)	Wartość VAT [PLN] (podać)	Wartość BRUTTO [PLN] (podać)
6	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79								Razem PAKIET nr 6		0,00	0,00	0,00
80												
81		PAKIET nr 7 Tlenek azotu medyczny butle 2 litry (ilość substancji czynnej) NO wciągnię 12 miesięcy 491-200										
82	1	Tlenek azotu medyczny o stężeniu 400, 450 lub 800 ppm Wpisać ilości właściwe dla oferowanego produktu				5	szt.		8%	0,00	0,00	0,00
		Cena dostawy od 1 do Zamawiającego w dzień roboczy oraz w sobotę (przewidywana ilość dostaw)*				5	dost.		8%	0,00	0,00	0,00
83	2	Wpisać ilości właściwe dla oferowanego produktu				1095	butlodzi		8%	0,00	0,00	0,00
84	3	Cena za dzierżawę 1 butli / 1 dzień Wpisać ilości właściwe dla oferowanego produktu										
85		Razem:										
86		Razem PAKIET nr 7										

Zmodyfikowany Szczegółowy formularz oferty (zał. 2a) stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji SIWZ i jest obowiązującym w powyższym postępowaniu

Pytanie nr 11 - dotyczy Pakietu nr 8

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania dwutlenku węgla medycznego w powszechnie stosowanych butla 7,5 kg.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu w butlach 7,5 kG , z odpowiednim przeliczeniem na ilości wymagane przez Zamawiającego, jednocześnie Zamawiający zezwala wyłącznie na zaoferowanie odpowiedniej ilości z zaokrągleniem w górę – co nie będzie miało wpływu na wybór oferty. Przy obliczaniu punktacji wg



SZPITAL
AKREDYTOWANY



ISO 9001
ISO 14001
PN-N 18001
ISO 27001

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

wzoru opisanego w SIWZ, będą brane pod uwagę ceny za poszczególne grupy wpisane w formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SIWZ

Udzielając wyjaśnień Zamawiający jednocześnie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert przetargowych oraz modyfikuje załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie:

- *rozdział XI – Miejsce i termin składania ofert*

Zamawiający w zdaniu po treści tekstu

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Kancelarii Szpitala lok nr 46A.

skreśla zapis:

Oferty należy złożyć do dnia 04.02.2020 r. do godziny 10:00.

i w zamian wprowadza zapis:

Oferty należy złożyć do dnia 05.02.2020 r. do godziny 10:00.

- *rozdział XVI - Otwarcie ofert*

Zamawiający w zdaniu po treści tekstu

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, lok. Nr 018 – niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziele w Bydgoszczy.

skreśla zapis:

w dniu 04.02.2020 r. o godzinie 11:00.

i w zamian wprowadza zapis:

w dniu 05.02.2020 r. o godzinie 11:00.

- *załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH -*

Zamawiający modyfikuje opis przedmiot zamówienia dla pakietu 5- Mieszanka gazów o działaniu przeciwbólowym dokonując zmian w części dotyczącej Ustników aplikujących z filtrem

Zamawiający wykreśla zapisy:

ustniki aplikujące z filtrem, (wymaga się zaoferowania jednorazowych wyrobów medycznych: ustników z filtrem kierunkowym o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999% i potwierdzenia tego parametru oświadczeniem producenta lub kartą produktu) (Pakiet nr 5 poz. 6 zał. nr 2a do SIWZ)

i w zamian wprowadza zapisy o treści:

ustniki aplikujące z filtrem, (wymaga się zaoferowania jednorazowych wyrobów medycznych: ustników z filtrem kierunkowym o określonej skuteczności filtracji bakteryjnej oraz filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999% (Pakiet nr 5 poz. 6 zał. nr 2a do SIWZ)

Wykonawca wraz z pierwszą dostawą przedłoży Zamawiającemu w formie pisemnej kartę produktu lub oświadczenie producenta / Wykonawcy, z którego będzie wynikał fakt, iż dostarczone ustniki posiadają parametr filtracji wirusowej nie mniejszej niż 99,999%.

Zmodyfikowany - OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOSTAWA GAZÓW MEDYCZNYCH -

załącznik nr 1 do SIWZ stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji SIWZ i jest obowiązującym w powyższym postępowaniu

Zamawiający



SZPITAL
AKREDYTOWANY