



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W
BYDGOSZCZY**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521

Fax. 052/36-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/52/D/09

Bydgoszcz, dnia 27.11.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę videokolonoskopu (nr sprawy NZZ/52/D/09)

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie 1 dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania videokolonoskop o kanale roboczym 3,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 2 dot. pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania endoskop z 3 programowalnymi przyciskami endoskopowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 3 dot. pkt. 12

Czy Zamawiający z zapisu „obrotowy wtyk do procesora” i dopuści inne równoważne rozwiązania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 4 dot. pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie własnego procesora obrazu o parametrach nie gorszych niż procesor wideo EPK-100P kompatybilnego z monitorem posiadanym przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający