



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W
BYDGOSZCZY**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521

Fax. 052/36-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/43/P/09

Bydgoszcz, dnia 10.12.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów kręgosłupowych, kardiowerterów-defibrylatorów i stymulatorów.
(nr sprawy NZZ/43/P/09)

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniem zadany przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie 1

Czy Zamawiający dopuści w grupie 16 i 17 w pozycji 11 elektrody o rozmiarze 8,12 F współpracujące z introducerami nieco większymi niż 8F (np. 8,5F – 9,0F) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający