

## **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest remont kapitalny jednego sterylizatora firmy Getinge GE 6612 w siedzibie Zamawiającego - w Dziale Centralnej Sterylizacji.

2. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy użyciu własnych materiałów, części, narzędzi, urządzeń i zasobów ludzkich.

3. W ramach remontu kapitalnego Wykonawca wymienić następujące materiały i części:

1. Wentylator odśrodkowy nad komorą wraz z węzami przyłączeniowymi - 1 kpl.

2. Cylinder drzwi - 2 szt.

3. Zawór pływakowy 1 szt.

4. Odwadniacz 1/2 angel - 3 szt.

5. Elektrozawór podwójny wody - 1 szt.

6. Outlet - spust chłodzący - 1 szt.

7. Wyłącznik krańcowy - 2 szt.

8. Wąż łączący - 2 szt.

9. Elektrozawór 1 / 8 blid - 1 szt.

10. Elektrozawór 1 / 4 - 1 szt.

11. Termostat B 3 - 1 szt.

12. Termostat B 2 - 1 szt.

13. Elektrozawór 6 el. - 1 szt.

14. Elektrozawór 2 el. - 1 szt.

15. Zawór zwrotny 3 / 8 - 4 szt.

16. Rygiel pneumatyczny - 2 szt.

17. Silencer - 1 szt.

18. Zawór gumowy - 1 szt.

19. Dysza parowa - 2 szt.

20. Zawór pneumatyczny 1 / 2 GW - 3 szt.

21. Zawór pneumatyczny 3 / 4 GW - 1 szt.

22. Uszczelka drzwi - 2 szt.

23. Elektrozawór 24 - 2 szt.

24. Zbiornik wody - 1 szt.

25. Kondenser - 1 szt.

26. Filtr 1" - 1 szt.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania remontu przy użyciu części i materiałów nowych nie regenerowanych.

5. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu atesty, dokumenty gwarancyjne i dokumenty dopuszczenia producentów na użyte w trakcie remontu materiały i części.

6. Wykonawca w celu dopuszczenia urządzenia do użytkowania przeprowadzi testy sprawdzające skuteczność sterylizacji.

7. Wykonawca udzieli na wykonany remont sterylizatora okres gwarancji minimum 6 miesięcy licząc od dnia, w którym nastąpi uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji wyremontowanego urządzenia( gwarancja obejmuje wymienione materiały i części oraz wykonaną pracę).