



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W  
BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521

Fax. 052/36-55-752

**ISO 9001: 2000**

NZZ/17/P/10

Bydgoszcz, dnia 29.06.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego  
( nr sprawy NZZ/17/P/10)

**Wszyscy Wykonawcy**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Zapytanie 1:

Czy Zamawiający w grupie 10 ma na myśli tzw. Wąsy tlenowe ?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia w grupie 10 jest dwudrożny przyrząd do podawania tlenu, który można określić również nazwą - wąsy tlenowe.

Zapytanie 2

Czy Zamawiający w grupie 32 ma na myśli urządzenie typu „mankiet infuzyjny do szybkich przetoczeń” ?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia w grupie 32 jest przyrząd do szybkiego przetaczania płynów.

Zapytanie 3

Czy Zamawiający w pakiecie 44 dopuści filtry p/bakteryjne, elektrostatyczne mikrobiologiczne czyste ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 4

Pakiet 9, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz bursztynowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 5

Pakiet 10, pozycja 1

Czy Zamawiający ma na myśli cewnik do podawania tlenu przez nos tzw „wąsy” ?

Odpowiedź:

Przedmiotem zamówienia w grupie 10 jest dwudrożny przyrząd do podawania tlenu, który można określić również nazwą - wąsy.

Zapytanie 6

Pakiet 14, pozycja 1-16

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zakończenia oliwką?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 7

Pakiet 21, pozycja 1-6

Ze względu na fakt, że każdy producent sam ustala przypisanie rozmiaru do odpowiedniej długości rurki prosimy

o dopuszczenie następujących rozmiarów rurek:

Rozmiar 000/40 mm

Rozmiar 00/50 mm

Rozmiar 0/60 mm

Rozmiar 1/70 mm

Rozmiar 2/80 mm

Rozmiar 3/90 mm

Rozmiar 4/100 mm

Rozmiar 5/110 mm

Rozmiar 6/120 mm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

#### Zapytanie 8

Pakiet 22, pozycja 1-9

Czy Zamawiający dopuści rurki ze znacznikami głębokości co 2 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Zapytanie 9

Pakiet 22, pozycja 1-9

Czy Zamawiający dopuści rurki z oznaczeniem średnicy wewnętrznej na korpusie i zewnętrznej na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Zapytanie 10

Pakiet 23, pozycja 1-9

Czy Zamawiający dopuści rurki ze znacznikami głębokości co 2 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Zapytanie 11

Pakiet 23, pozycja 1-9

Czy Zamawiający dopuści rurki z oznaczeniem średnicy wewnętrznej na korpusie i na baloniku i zewnętrznej na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Zapytanie 12

Pakiet 23, pozycja 1-9

Czy Zamawiający dopuści rurki z przewodem w kolorze przezroczystym?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

#### Zapytanie 13

Pakiet 24, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę 2,0 (6FR) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

#### Zapytanie 14

Pakiet 24, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę 3,3 (10FR) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

#### Zapytanie 15

Pakiet 24, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przewodnicę 4,7 (14FR) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 16

Pakiet 25, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści igłę 1,20 x 88 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 17

Pakiet 30, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści igłę x 92 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 18

Pakiet 31, pozycja 1-3

Prosimy o sprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli pisząc w każdej pozycji „różne kształty, różne wysokości?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania pojemników o różnych kształtach, dowolnej wysokości, szerokości, lecz pojemności zgodnej ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 19

Pakiet 31, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści pojemnik 1,4 l?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 20

Pakiet 35, pozycja 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie pojemników 200 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 21

Pakiet 36, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie = 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 22

Pakiet 38, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie = 80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 23

Pakiet 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści złożenie próbki z jednego dowolnego rozmiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 24

Pakiet 40, pozycja 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zaciskaczy mikrobiologicznie czystych Karasińskiego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający