



ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004  
ISO 27001:2005

**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

**SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA**  
**POSTĘPOWANIE NR 09/AAT/PP/2016**

**POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30 TYŚ EURO PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGOWYM (POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 TYŚ EURO)**  
**(DO POSTĘPOWANIA NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA PRZEPISY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH)**

**I. Opis przedmiotu zamówienia**

**Roczna dzierżawa wstrzykiwacza kontrastu o następujących parametrach:**

PARAMETRY WYMAGANE	
1	3- kanałowy bezwkładowy wstrzykiwacz kontrastu do posiadanego przez Szpital tomografu komputerowego Light Speed GE VCT SELECT (nr ser: 15814YC7).
2	Zasilanie elektryczne 230VAC, 50 Hz.
3	Strzykawka umieszczona na statywie jezdnym.
4	Możliwość nastawienia 24 faz.
5	Możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl.
6	Minimalne natężenie przepływu nie większe niż - 0,5 ml/s.
7	Maksymalne natężenie przepływu nie mniejsze niż 9,9 ml/s.
8	Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów nie mniejsze niż 9,1 bar.
9	Automatyczne wypełnianie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl.
10	System wykrywania pęcherzyka powietrza.
11	Podgrzewanie utrzymujące temperaturę kontrastu.
12	Pobieranie środka kontrastowego bezpośrednio z oryginalnych butelek (zakres pojemności nie gorszy niż 50- 100 ml) różnych producentów (bez konieczności przelewania do specjalistycznych wkładów).
13	Możliwość stosowania opakowań wszystkich dostępnych jodowych środków kontrastowych.

PARAMETRY OCENIANE	
1.	Dwa identyczne panele sterujące wstrzykiwaczem: jeden przy wstrzykiwaczu oraz jeden w pomieszczeniu obsługi wyświetlające parametry i funkcje strzykawki z możliwością dokonywania zmian i ustawień.
2.	Interface z funkcją pomocy głosowej oraz video w języku polskim
3.	Izolatory butelek utrzymujące temperaturę wstępnie podgrzanego środka kontrastowego.
4.	Wybór z menu rozmiaru wkłucia indywidualnie dla każdego pacjenta w celu zminimalizowania ryzyka potencjalnego wynaczynienia w trakcie podania kontrastu.



ISO 9001:2008  
ISO 14001:2004  
PN-N 18001:2004  
ISO 27001:2005

**II. Wymagania dotyczące oferty:**

**1. Oferta powinna zawierać co najmniej:**

- A. imię, nazwisko oraz adres oferenta lub nazwę i siedzibę firmy
- B. datę sporządzenia oferty
- C. wypełniony załącznik nr 1- formularz oferty
- D. wymagane dokumenty wyszczególnione w punkcie II.4.

2. Oferent uzna ofertę za ważną tylko wówczas gdy oferent potwierdzi zaoferowanie wszystkich parametrów wymaganych wstrzykiwacza. Wymagania stawiane przez zamawiającego stanowią integralną część formularza oferty.

**3. Informację na temat składania oferty:**

- A. Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia **28.07.2016r.** roku do godziny 10-ej formie papierowej w siedzibie Szpitala przy ulicy Ujejskiego 75, kancelaria pok. 46A.
- B. Oferta należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem w tytule **OFERTA NA DZIERŻAWĘ WSTRZYKIWACZA DO KONTRASTU.**
- C. Miejsce i termin podania do publicznej wiadomości informacji zawartych w złożonych ofertach oraz kwoty brutto w PLN jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – określi w dniu **28.07.2016.** o godzinie 11.30 w Dziale Administracyjno – Technicznym pokój 048.
- D. Zamawiający wybierze wykonawcę, który spełni wszystkie wymogi i warunki stawiane Wykonawcy.
- E. **Kryterium wyboru oferty** zgodnie z pkt. III.
- F. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do Wykonawcy o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści dokumentów/oferty.
- G. Zamawiający informuje, iż zawrze umowę po wyborze najkorzystniejszej oferty i przeprowadzi z wykonawcą negocjacje nt. projektu przyszłej umowy. Umowa musi zawierać istotne postanowienia zawarte w niniejszej specyfikacji jak i formularzu oferty. Wybrany Wykonawca przedstawi w ciągu 2 dni od daty ogłoszenia wyników wzór proponowanej umowy (w wersji edytowalnej). Umowa musi zapewnić równość stron.
- H. Osobami upoważnionymi do kontaktów w zakresie niniejszego postępowania są: Cezary Kobziakowski 52 -365 55 00 –Kierownik Działu Administracyjno Technicznego.
- I. **Termin rozstrzygnięcia postępowania: do 5 dni od upływu terminu składania ofert. W szczególnych przypadkach Zamawiający może przesunąć termin rozstrzygnięcia postępowania.**  
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zajdzie którakolwiek z następujących okoliczności:
  - o udzielenie zamówienia lub zawarcie umowy na warunkach określonych w najkorzystniejszej ze złożonych ofert nie leży w interesie Zamawiającego.
  - o w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu
  - o w postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu
  - o cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, która przeznaczona została na sfinansowanie zadanie.

Zamawiający może unieważnić postępowanie również bez podania przyczyny.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest wg Regulaminu postępowania do udzielania zamówień do 30 tys. euro obowiązującego u Zamawiającego i nie stosuje do niego Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**4. Wymagane dokumenty:**

- a). Certyfikat CE i/lub Deklaracja Zgodności
- b) Foldery / broszury dotyczące oferowanego urządzenia (potwierdzające zaoferowane parametry)



5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wystąpienia do wykonawcy o uzupełnienie lub wyjaśnienie treści dokumentów/oferty.
7. Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa (informacje takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione).
8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

### III. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Wartość oferty obliczana jest na podstawie danych wpisanych w formularzu oferty stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji zamówienia.

#### Algorytm obliczania wartości oferty:

$$W_o = [(C_{min}/C_r) * 0,8 + (P_r/P_{max}) * 0,2] * 100\%$$

Gdzie:

$W_o$  - Wartość oferty [%]

$C_{min}$  - Najniższa zaoferowana cena [PLN brutto]

$C_r$  - Cena rozpatrywanej oferty [PLN brutto]

$P_r$  - Ilość punktów za technologię rozpatrywanej oferty

$P_{max}$  - Maksymalna możliwa liczba punktów do zdobycia za technologię

**Za najkorzystniejszą uważa się ofertę, która uzyska największą wartość  $W_o$  [%]**

- IV. Brak odpowiedzi na ofertę oraz podjęcie negocjacji nie oznacza przyjęcia oferty.
- V. Do zawarcia umowy wymagane jest pisemne oświadczenie/informacja Zamawiającego o wyborze oferty.
- VI. Istotne postanowienia umowy:

1. Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone urządzenie w okresie jego dzierżawy.
2. Koszty dostawy i montaż sprzętu pokrywa Wykonawca
3. Wykonawca zapewni fabrycznie nowe urządzenie w czasie trwania dzierżawy spełniające wszystkie wymagania stawiane Wykonawcy. Dostarczy Instrukcję obsługi w języku polskim.
4. Termin płatności 30 dni (płatność co miesiąc)

VII. Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia do swojej siedziby w terminie maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku – piątku w godzinach od 9:00 – 14:30.

### VIII. Załączniki

Załącznik 1- Formularz oferty

DYREKTOR  
Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2  
im. dr. Jana Biziele w Bydgoszczy  
*Wanda Korzycka-Wilińska*  
19.07.16r. Zamawiający