



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752

NZZ/35/P/16

Bydgoszcz 22.08.2016 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego i narzędzi operacyjnych do zabiegów neurochirurgicznych, osprzętu do neuronawigacji, implantów ortopedycznych oraz rękawic i innych materiałów medycznych jednorazowego użytku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ustawy ust. 1, 2, 4 z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanyymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień i dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

Pytanie 1

Dotyczy pakiet 14 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zastawkę typu Pudenz z osobno podłączanym mechanizmem antysyfonowym, z drenem komorowym o długości 23 cm oraz drenem otrzewnowym o otwartym końcu o długości 110cm

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy pakiet 14 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści zastawkę typu Hakim bez plastikowej prowadnicy podskórnej, spełniającą pozostałe parametry ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy pakiet 14 pozycja 3 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu komorowego z linią pacjenta o długości 185cm, wyskalowanym zbiornikiem na płyn o pojemności 100ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i drenem wylotowym, workiem do upuszczania płynu o pojemności 700ml oraz z drenem komorowym o długości 30cm z trokarem i łącznikiem Luer, z jednym przewodnikiem drenu komorowego?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy pakiet 14 pozycja 4 – Czy Zamawiający dopuści zestaw do drenażu lędźwiowego z linią pacjenta o długości 185cm, wyskalowanym zbiornikiem na płyn o pojemności 100ml z zastawką jednokierunkową, portem do próbkowania płynu i drenem wylotowym, workiem do upuszczania płynu o pojemności 700ml, spełniający pozostałe parametry?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów opisanych w SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy pakiet 14 pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści dren komorowy o długości 23 cm ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pytanie 6

Dotyczy pakiet 14 pozycja 6 – Czy Zamawiający dopuści dren dootrzewnowy z otwarty końcem, o długości 110 cm ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie

Pytanie 7

Dotyczy pakiet 14 pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści koszulki do przewodników wielorazowych o długości 45 i 65cm ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie i dopuszcza dostarczenie przewodników wielorazowych o długości 45 i 65cm w zakresie grupy 14 , poz. 11 kompatybilnych z przewodnikami wymaganymi w zakresie grupy 14 w ramach użyczenia na czas trwania umowy pod warunkiem dostarczenia przedmiotu zamówienia na Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii w terminie zgodnym z zał. 3B – projekt umowy.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu utworzenia depozytu/ komisju dla asortymentu wchodzącego w zakres zadania nr 12 i 15 ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Zamawiający