



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



**SZPITAL
AKREDYTOWANY**



Fax. 52/36-55-752

NZZ/49/D/16

Bydgoszcz, dnia 02.08.2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę laryngologicznych implantów magnetycznych, nr sprawy NZZ/49/D/16.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnienia:

Zapytanie 1 – dotyczy zadania nr 1 (Implant z procesorem o mocy 45 dB HL-4 szt.)

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowanie w zadaniu nr 1 dwóch procesorów o wzmacnieniu 45 dB HL i 55 dB HL w zależności od zapotrzebowania.

Uzasadnienie: Możliwość zaoferowania procesora o wzmacnieniu 55 dB HL umożliwi dostępność systemu implantu dla większej ilości pacjentów, dla których wzmacnienie 45 dB HL jest niewystarczające.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również wyżej proponowane rozwiązanie.

Zapytanie 2

Czy zamawiający jako przedmiot użyczenia ma na myśli instrumentarium wraz z wiertarką niezbędny do przeprowadzenia zabiegu? W projekcie umowy w par. 1 ust. 1 pkt. 2. mowa jest o przedmiocie użyczenia o parametrach określonych w załączniku 1 do SIWZ. Załącznik ten jednak nie zawiera wyszczególnienia dotyczącego przedmiot użyczenia.

Odpowiedź

Zamawiający dnia 01.08.2016 r., dokonał w powyższym zakresie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający