



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



**SZPITAL
AKREDYTOWANY**



Fax. 52/36-55-752

NZZ/50/P/17

Bydgoszcz, dnia 31.08.2017 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Bizuela w Bydgoszczy, nr sprawy NZZ/50/P/17.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015 poz. 2164 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnienia:

Zapytanie 1 – dot. zadania nr 1: Aparatura Rentgenowska – Cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy 1 kpl.

Zamawiający w pkt. 23 wymaga „Minimalna odległość ogniska lampy od kolumny < 60 cm.”. prosimy o dopuszczenie aparatu o parametrze min. odległości ogniska lampy od kolumny równe 70,2 cm

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również wyżej proponowane rozwiązanie.

Zapytanie 2 – dot. zadania nr 1: Aparatura Rentgenowska – Cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy 1 kpl.

Zamawiający w pkt. 30 wymaga „ Filtry dodatkowe wbudowane w kolimator i zmieniane za pomocą przycisku.”. Prosimy o dopuszczenie rozwiązania z mechanizmem zmiany filtrów w postaci przesuwanego koła z oznaczeniem wybranego filtra.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również wyżej proponowane rozwiązanie.

Zapytanie 3 – dot. zadania nr 1: Aparatura Rentgenowska – Cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy 1 kpl.

Zamawiający w pkt. 90 wymaga „Funkcjonalność wpisywania do systemu danych o parametrach ekspozycji (kV, mAs)”. prosimy o wykreślenie tego zapisu. Funkcjonalność ta dot. urządzeń typu CR. W przypadku aparatów DR parametry ekspozycji zapisywane i wysyłane do systemu są automatycznie.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również aparaty z automatycznym zapisywaniem i wysyłaniem informacji o parametrach ekspozycji.

Zapytanie 4 – dot. zadania nr 1: Aparatura Rentgenowska – Cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy 1 kpl.

Dot. umowa paragraf 3 ust.10,11,12. Prosimy o potwierdzenie, że poprzez sformułowanie ‘dni robocze’ Zamawiający ma na myśli dni od poniedziałku do piątku w z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź

Poprzez sformułowanie „dni robocze”, Zamawiający ma na myśli dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zapytanie 5 – dot. zadania nr 1: Aparatura Rentgenowska – Cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy 1 kpl.

W umowie paragraf 3 pkt. 12 Zamawiający wymaga wstawienia sprzętu zastępczego na czas naprawy niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu naprawy, po przekroczeniu, którego Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu zastępczego, do 5 dni roboczych? Wniosek ten motywujemy faktem, iż proces dostawy sprzętu zastępczego szczególnie w przypadku aparatu RTG jest dosyć skomplikowany logistycznie i zajmuje dużo czasu, a po dostawie musi sprzęt być jeszcze rozpakowany, skonfigurowany i skalibrowany, co zajmuje dodatkowy czas.

Odpowiedź

W przypadku zadania 1, Zamawiający dopuszcza termin 5 dni roboczych w sytuacji określonej w §3 ust. 12.

Zapytanie 6 – dot. zadania nr 1: Aparatura Rentgenowska – Cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy 1 kpl., „Generator”pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści mobilny aparat RTG o mocy generator wynoszącej 30 kW?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 7 – dot. zadania nr 1: Aparatura Rentgenowska – Cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy 1 kpl., „Generator”pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego napięcia wynosi 50-125 kV?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 8 – dot. zadania nr 1: Aparatura Rentgenowska – Cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy 1 kpl., „Generator”pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego obciążenie prądowo-czasowe wynosi: 0,2-630 mAs?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również wyżej proponowane rozwiązanie.

Zapytanie 9 – dot. zadania nr 1: Aparatura Rentgenowska – Cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy 1 kpl., „Generator” pkt. 7

Czy zamawiający dopuści aparat, którego najkrótszy czas ekspozycji wynosi 0,004 s?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 10 – dot. zadania nr 1: Aparatura Rentgenowska – Cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy 1 kpl., „Lampa RTG” pkt. 14
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego pojemność cieplna anody wynosi 140 kHU?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 11 – dot. zadania nr 1: Aparatura Rentgenowska – Cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy 1 kpl., „Kolumna” pkt. 20
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego wysokość złożonej kolumny wynosi 193,2 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 12 – dot. zadania nr 1: Aparatura Rentgenowska – Cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy 1 kpl., „Kolumna” pkt. 21
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego minimalna wysokość ognisko lampy od podłogi wynosi 65 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 13 – dot. zadania nr 1: Aparatura Rentgenowska – Cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy 1 kpl., „Kolumna” pkt. 28
Czy Zamawiający dopuści aparat RTG, którego zasięg ramienia wynosi 111,4 cm ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 14 – dot. zadania nr 1: Aparatura Rentgenowska – Cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy 1 kpl., „Kolumna” pkt. 30
Czy Zamawiający dopuści kolimator bez automatycznego wyboru filtrów o wymaganej grubości – filtry manualne?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 15 – dot. zadania nr 1: Aparatura Rentgenowska – Cyfrowy aparat rentgenowski przyłóżkowy 1 kpl., „Cyfrowy panel detekcyjny” 32, 34, 36, 39, 40

Czy zamawiający dopuści niezabudowane detektory cyfrowe nieznacznie różniące się parametrami technicznymi tzn.: rozmiarem detektora 41x41 cm, rozmiarem piksela 200 µm, wagą 4,5 kg, maksymalną rozdzielczością obrazowania wynoszącą 2,5 lp/mm oraz rozdzielczością detektora równą 4 Mpix zapewniające bardzo wysoką jakość obrazowania porównywalną z detektorem opisanym w parametrach technicznych?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 16 – dot. zadania nr 10 Urządzenia używane na salach operacyjnych, Morcelator – 1 kpl.

Czy Zamawiający wymaga by zaoferowany sprzęt był kompatybilny z już posiadanym przez Zamawiającego? Jeśli tak prosimy o podanie modelu i producenta sprzętu.

Odpowiedź

Tak, wymagana jest kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem kontrolnym MORCE POWER PLUS, z przyciskiem nożnym produkcji firmy WOLF.

Zapytanie 17 – dot. zadania nr 8 Monitory - Monitor medyczny do zabiegów endoskopowych – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści monitor medyczny 27” do zabiegów endoskopowych, równoważny do opisanego w SIWZ w pkt. 1-15:

- Monitor Medyczny:
- Matryca 27" LED
- Format obrazu 16:9
- Maks. rozdzielczość 1920 x 1080 (FHD)
- Jasność maks. 800 cd/m²
- Kontrast 1000:1
- Czas reakcji plamki: 14 ms
- Kąty patrzenia w stopniach: G/D: 178, L/P" 178
- Waga: 8.2 Kg
- Vesa: 100 x 100, 200 x 100
- Wejścia: 2 x DVI-D, 1x VGA, 1x SD/HD/3G-SDI (BNC), 1x C-Video (BNC), 2x S-Video (Y/C), 1 x Component
- Wyjścia: 1x DVI-D, 1x SD/HD/3G-SDI (BNC)
- Ilość wys. kolorów: 16.7 miliona

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 18 – dot. zadania nr 2: Aparaty ultrasonografy - Aparat USG - 1 kpl., pkt. 4

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat w wielu punktach przewyższający wymagane parametry, z monitorem 21,3 cala i rozdzielczości 1600x1200 ?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 19 – dot. zadania nr 2: Aparaty ultrasonografy - Aparat USG - 1 kpl., pkt. 38

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat w wielu punktach przewyższający wymagane parametry z automatycznym pomiarem NT bez IT?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 20 – dot. zadania nr 2: Aparaty ultrasonografy - Aparat USG - 1 kpl., pkt. 39

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez automatycznego pomiaru BPD, HC

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 21 – dot. zadania nr 2: Aparaty ultrasonografy - Aparat USG - 1 kpl., pkt. 40

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez automatycznego pomiaru AC, FL, HL?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 22 – dot. zadania nr 2: Aparaty ultrasonografy - Aparat USG - 1 kpl., pkt. 41

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez pomiaru IOTA?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 23 – dot. zadania nr 2: Aparaty ultrasonografy - Aparat USG - 1 kpl., pkt. 42

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat bez pomiaru Z-SCORE?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 24 – dot. zadania nr 2: Aparaty ultrasonografy - Aparat USG - 1 kpl., pkt. 51

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat w wielu punktach przewyższający wymagane parametry z głowicą Convex o kącie skanowania 75 stopni?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 25 – dot. zadania nr 13: Lampy - Promiennik ciepła – 1 kpl., pkt. 8, ppkt. 1

Zamawiający w przetargu wymaga promiennika montowanego na stałe na ścianie, co ma sens tylko wówczas tylko gdy będzie zamontowany nad przewijakiem / stanowiskiem do pielęgnacji noworodka. Czy w związku z zamierzonym zamontowaniem promiennika ciepła nad stolikiem do pielęgnacji zamawiający będzie wymagał promiennika montowanego równoległe do ściany?

Zamawiający nie określił tego parametru, natomiast z przyczyn użytkowych wskazać należy, że rozwiązanie z ogrzewaczem zamontowanym równoległe do ściany jest znacznie korzystniejsze, niż z ogrzewaczem montowanym prostopadłe do ściany. W oczywisty sposób, promiennik ciepła jest przeznaczony do zamontowania nad przewijakiem / stanowiskiem do pielęgnacji noworodka. Opierając się na znajomości rynku możemy stwierdzić, że standardowa głębokość przewijaka / stanowiska do pielęgnacji niemowląt to około 60 cm.

Na rynku funkcjonują natomiast 2 rozwiązania co do montażu promienników:

- ze źródłem ciepła zamontowanym równoległe do ściany (wówczas głębokość promiennika czyli maksymalna odległość od ściany nie przekracza 55 cm)
- ze źródłem ciepła zamontowanym prostopadłe do ściany (wówczas głębokość promiennika czyli maksymalna odległość od ściany to około 75 cm).

Jeżeli zamawiający nie określi o jakie rozwiązanie chodzi, może dojść do sytuacji, kiedy zamontowany promiennik będzie wystawał 10-15 cm poza przewijak / stanowisko do pielęgnacji. Rozwiązanie takie utrudni pracę pracowników Szpitala, ograniczając dostęp do noworodka, wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych, ważenie itd. W praktyce takie rozwiązanie spowoduje, że nie będzie możliwe włączenie promiennika w trakcie zabiegów z dzieckiem, ponieważ w trakcie jakichkolwiek zabiegów z udziałem lekarza lub pielęgniarki, czy choćby matki dziecka, promiennik ogrzewałby z bardzo bliskiej odległości, bardzo wysoką temperaturą głowę takiej osoby. Promiennik zamontowany równoległe do ściany eliminuje wspomniane utrudnienia, umożliwiając równoczesne ogrzewanie noworodka i wykonywanie czynności przez personel szpitala.

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również wyżej proponowane rozwiązanie.

Zapytanie 26 – dot. zadania nr 13: Lampy - Promiennik ciepła – 1 kpl. 1 kpl., pkt. 8

Zamawiający wprowadza dodatkowo dodatkowe punktowne kryteria za dokładność sterowania i wyświetlania temperatury lepszą niż 0,1 °C. Czy zamawiający zrezygnuje z tego warunku? Należy wskazać, że na rynku nie istnieją urządzenia spełniające zadane kryterium.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 27 – dot. zadania nr 9: Monitory - Monitor parametrów hemodynamicznych - 1

Czy Zamawiający wymaga by monitor parametrów hemodynamicznych w przypadku pacjentów pediatrycznych był walidowany od masy ciała 0,5 kg?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również wyżej proponowane rozwiązanie.

Zapytanie 28 – dot. zadania nr 9: Monitory - Monitor parametrów hemodynamicznych - 1

Czy Zamawiający wymaga braku potrzeby stosowania dedykowanych akcesoriów - urządzenie zgodne z ogólnodostępnymi przetwornikami ciśnienia, pasujące do wszystkich dostępnych na rynku cewników tętniczych?

Odpowiedź

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również wyżej proponowane rozwiązanie.

Dotyczy projektu umowy

Zapytanie 29 – dot. § 3 ust. 6

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 30 – dot. § 3 ust. 7

Zwracamy się z prośbą o obniżenie wysokości kary umownej, wskazanej w par. 3 ust. 7 do poziomu 1% wartości brutto przedmiotu umowy.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 31 – dot. § 3 ust. 12

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu udostępnienia urządzenia zastępczego, określonego odniesieniu do aparatu z Zadania 1. Takie rozwiązania nie są stosowane przy tego typu urządzeniach.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 32 – dot. § 3 ust. 13, lit. a

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 1% % wartości przedmiotu umowy. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 33 – dot. § 3 ust. 13, lit. b

W naszej opinii zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Przyjęło się, że na rynku wyrobów medycznych wynosi ona ok. 0,1- 0,2 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. W związku z tym proponujemy, aby obniżyć karę umowną do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 34 – dot. § 3 ust. 13, lit. c

Prosimy o rezygnację z wymogu, określonego w par. 3 ust. 13 lit. c

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 35 – dot. § 4 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia tego punktu na następujący: „Termin gwarancji dla przedmiotu zamówienia biegnie na nowo od chwili jego wymiany na nowy z przyczyn określonych w par. 3 ust. 4. W przypadku wymiany elementu przedmiotu zamówienia gwarancja na wymieniony element kończy się wraz z końcem gwarancji na przedmiot zamówienia”.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zapytanie 36 – dot. § 4 ust. 3

Prosimy o rezygnację z wymogu, określonego w par. 4 ust. 3

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający