



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-521, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-296

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



SZPITAL
KREDYTOWANY



Fax 52/36-55-752

NZZ/43/P/17

Bydgoszcz, dnia 07.09.2017 r.

Dotyczy: postępowania na dostawę sprzętu do sprzętu do zabiegów neurochirurgicznych, materiałów jednorazowych do procedur operacyjnych oraz materiałów ortopedycznych

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ.:

Pytanie 1

Grupa 7 Zestawy do drenażu komorowego poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zastawkę typu Pudenz z osobno podłączanym mechanizmem antysyfonowym spełniającą pozostałe parametry ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

Dotyczy Grupa 12 Smoczki dla noworodków

Czy Zamawiający w Grupie 12, w pozycji 1 i 2 dopuści sterylne smoczki anatomiczne wykonane z naturalnego lateksu, z jednootworowym przepływem dostosowanym dla noworodków przedwcześnie urodzonych i donoszonych, spełniające pozostałe cechy zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Dotyczy Grupa 12 Smoczki dla noworodków

Czy Zamawiający w Grupie 12 w pozycjach 1 i 2 dopuści sterylne smoczki anatomiczne, wykonane z termoplastycznego elastomeru, z jednootworowym przepływem dostosowanym dla noworodków przedwcześnie urodzonych i donoszonych, spełniające pozostałe cechy zawarte w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Dotyczy grupy 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści smoczki z dwoma otworami przepływowymi, spełniające wszystkie pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 5

Dotyczy grupy 12 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści smoczki o długości użytkowej mniejszej niż 3,5 cm i różniące się wielkością od smoczków dla noworodków donoszonych ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie. Jednocześnie Zamawiający modyfikuje SIWZ – wykreśla się z Załącznika nr 1 do SIWZ grupa 12 poz. 2 następujący zapis „Smoczki dla wcześniaków muszą nie różnić się wielkością od smoczków dla noworodków donoszonych”.

Pytanie 6

dotyczy Grupy 22 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 22 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

Zestaw operacyjny do zabiegów na kończynie zawierający: obłożenie na stolik narzędziowy 150x190 cm 2szt, serweta operacyjna z otworem na kończynę, elastycznym, samouszczelniającym się, wymiary 230x300cm 1szt; osłona na kończynę 22x75cm 1szt; serwety do rąk 4szt; taśma samoprzylepna 2szt, serweta na stół Mayo 1szt.

Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, trójwarstwowa, gramatura 75 g/m² z dodatkową warstwą chłonną o gramaturze 80g/m², niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Włóknina z której wykonane jest obłożenie na tyle miękka, że obłożenie przylega do pacjenta. Wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hypoalergiczny, repozycjonowalny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 7

dotyczy Grupy 22 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 22 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

Zestaw do chirurgii dłoni/stopy zawierający: obłożenie na stolik narzędziowy 150x190cm 1szt, serweta operacyjna z otworem na kończynę, elastycznym i samouszczelniającym się, wymiary 230X300 cm 1szt; serweta na stół Mayo 1szt.

Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, trójwarstwowa, gramatura 75 g/m², z dodatkową warstwą chłonną o gramaturze 80gm², niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Włóknina z której wykonane jest obłożenie na tyle miękka, że obłożenie przylega do pacjenta. Wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hypoalergiczny, repozycjonowalny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 8

dotyczy Grupy 22 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 22 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

Zestaw operacyjny do chirurgii biodra zawierający: obłożenie na stolik naorzędziowy z dodatkową warstwą chłonną 150x190 mm 2szt, osłona na stolik Mayo złożona w sposób ułatwiający założenie z zachowaniem zasad aseptyki wymiarach 78x145cm z dodatkową warstwą chłonną, samoprzylepna serweta operacyjna z wycięciem „U” wymiary 230x260cm 1szt, wycięcie „U” 20x100cm, samoprzylepna serweta 150x240cm 1szt; serweta samoprzylepna 180x180cm; osłona na kończynę 36x120 cm 1szt; serwety do rąk 4szt; taśma samoprzylepna 3szt, serwety przylepne 75x90cm 2 szt, bandaż elastyczny 12cm x 6m

Włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, wytrzymała na rozdarcia, trójwarstwowa, gramatura 75 g/m², z dodatkową warstwą chłonną o gramaturze 80gm², niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego. Włóknina z której wykonane jest obłożenie na tyle miękka, że obłożenie przylega do pacjenta. Wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hypoalergiczny, repozycjonowalny, dający możliwość wielokrotnego przeklejania bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia. Opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 9

dotyczy Grupy nr 22 poz. 4 i 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w grupie 22 poz. 4 i 5 kieszeni o wymiarach wys.30cm x szer.40cm, spełniających pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10

Grupa 14, poz. 6

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 14 pozycji 6- fartuchy ochronne i utworzenie oddzielnego pakietu na tą pozycję oraz dopuszczenie fartuchów o nieznacznie różniącej się gramaturze min. 24 g/m², umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11

Grupa 17, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie ubrania chirurgicznego posiadającego na bluzie 3 kieszenie. Pozostałe parametry zgodne z wymogami siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 12

Grupa 21, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie prześcieradła o gramaturze min. 25 g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13

Grupa 21, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie prześcieradła w rozmiarze 80x160cm o gramaturze min. 37 g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 14

Grupa 21, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie prześcieradła o gramaturze min. 25 g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 15

Grupa 21, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie prześcieradła podfoliowanego w rozmiarze 150x200cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 16

Grupa 21, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie prześcieradła o gramaturze min. 20 g/m²

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17

Grupa 21, poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie prześcieradła podfoliowanego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 18

Grupa 22, poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu operacyjnego do zabiegów na kończynie wykonanego z pełnobarierowej włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 62g/m², wzmocnionej dodatkowo trzecią warstwą w obszarze krytycznym o gramaturze 70g/m². Zestaw posiada etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu zawierającą numer serii, skład, datę ważności, oraz dwie odklejane etykiety do wklejenia w dokumentację pacjenta zawierające numer serii, datę ważności, numer katalogowy oraz dane importera. Skład zestawu:

- 1 osłona na stół Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x320cm z elastometrycznym (samouszczelniającym się) owalnym otworem 5x7cm otoczonym wzmocnieniem na powierzchni 105x150cm oraz uchwytem do mocowania kabli i drenów 2,5x25cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 osłona na kończynę 25x80cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 19

Grupa 22, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu operacyjnego do chirurgii dłoni/stopy wykonanego z pełnobarierowej włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 62g/m², wzmocnionej dodatkowo trzecią warstwą w obszarze krytycznym o gramaturze 70g/m². Zestaw posiada etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu zawierającą numer serii, skład, datę ważności, oraz dwie odklejane etykiety do wklejenia w dokumentację pacjenta zawierające numer serii, datę ważności, numer katalogowy oraz dane importera. Skład zestawu:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta przylepna główna - minimalne wymiary 220x320cm posiadająca elastometryczne (o zmiennej średnicy) okno \varnothing 3cm na kończynę otoczone wzmocnieniem na powierzchni min. 150x150cm
- 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 20

Grupa 22, poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zestawu operacyjnego do chirurgii biodra wykonanego z pełnobarierowej włókniny dwuwarstwowej o gramaturze 62g/m², wzmocnionej dodatkowo trzecią warstwą w obszarze krytycznym o gramaturze 70g/m². Zestaw posiada etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu zawierającą numer serii, skład, datę ważności, oraz dwie odklejane etykiety do wklejenia w dokumentację pacjenta zawierające numer serii, datę ważności, numer katalogowy oraz dane importera. Skład zestawu:

- 1 czerwona osłona na stół Mayo 80x145cm,
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm,
- 1 serweta główna o minimalnych wymiarach 200x260cm z samoprzylepnym wycięciem w kształcie "U" o min. wym. 7x95cm, wzmocniona na powierzchni min. 150x160cm
- 1 nieprzylepna serweta 150x150cm,
- 1 nieprzylepna serweta 75x90cm,
- 1 serweta przylepna 170x300cm,
- 1 osłona na kończynę 35x120cm,
- 1 kieszeń dwukomorowa na instrumenty chirurgiczne 30x40cm,
- 2 włókninowe taśmy samoprzylepne 9x50cm,
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 21

Grupa 22, poz. 4, 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kieszeni w rozmiarze 30 cm x 40 cm, posiadającą odklejaną etykietę z numerem serii, numerem referencyjnym oraz datą ważności.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 22

dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Grupie nr 17 :

Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści ubranka chirurgiczne **wykonane z trójwarstwowej nieprześwitującej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m² , w których bluza posiada wykończenie w kształcie U** przy zachowaniu pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 23

do pozycji 1 pakiet 19:

Proszę o dopuszczenie poniższego zestawu do protezy biodra w składzie:

1. Serweta z przylepcem min. 240 x150cm- 1szt → odporność na przenikanie cieczy min 100cmH₂O

2. Samoprzylepna serweta operacyjna z wycięciem „U” minimalne wymiary 200x250cm - 1szt, wycięcie „U” 7x102cm → odporność na przenikanie cieczy min 840 cmH20
3. Serweta wymiary min. 175x 150cm- 1szt → odporność na przenikanie cieczy min 100cmH20
4. Obłożenie na stół narzędziowy 190 x150cm-2 szt → odporność na przenikanie cieczy min 100cmH20
5. Osłona na kończynę min. 32x100 cm -1szt
6. Taśma samoprzylepna- 3szt.
7. Osłona na stół Mayo ze wzmocnieniem min. 145 x 79cm-2szt
8. Gaziki 10 x 10cm- 30szt
100% bawełny, gaza 17 nitkowa, 12 warstwowa, z nitką radiacyjną.
9. Serweta gazowa 45 x 45cm- 10szt
z nitką radiacyjną oraz tasiemką, 100% bawełny , gaza 20 nitkowa, 6 warstwowa.
10. Dren nelatona 8F-1szt
11. Blister(miska plastikowa) do mycia pola operacyjnego -1szt
12. Ostrze 20- 3 szt
13. Uchwyt elektroda czynnej, monopolarnej, przyciski cieciece/koagulacja , wtyk trójpinowy, długość przewodu 3,2m -1x
14. Dren jednorazowy ortopedyczny do odsysania pola operacyjnego z filtrem i wymiennymi końcówkami-1komplet
15. Czyścik do elektronarzędzi - 1szt
16. Serwety do rąk- 4szt;

Folia operacyjna z czynnikiem bakteriobójczym wym. części lepnej 60x45cm – 1szt

Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, z włókniny trójwarstwowej w strefie krytycznej i gramatura ma nie mniej niż 73 g/m2, niepyląca. Całość zgodna z normą EN 13795 1,2 i 3 dla wymagań wysokich na powierzchni obszaru krytycznego

Chłonność min. 800%

Wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość przeklejenia obłożenia bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia.

Całość w jednym opakowaniu zaopatrzonym w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, w tym odklejana etykieta umożliwiająca identyfikację zestawu z datą ważności

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 24

do pozycji 2 pakiet 19:

Proszę o dopuszczenie poniższego zestawu do protezy kolana w składzie:

1. Serweta operacyjna z otworem na kończynę, elastycznym, samouszczelniającym się, minimalne wymiary 200x300cm - 1szt → odporność na przenikanie cieczy min. 840 cmH20
2. Osłona na kończynę min. 22x75cm -1szt
3. Samoprzylepna serweta minimalne wymiary 150x240cm 1szt; → odporność na przenikanie cieczy min 100cmH20
4. Serweta nieprzylepna, minimalne wymiary 95x95cm -1szt → 2-warstwowa odporność na przenikanie cieczy min 140cmH20
5. Taśma samoprzylepna - 3szt
6. Obłożenie na stół narzędziowy min. 190 x 150cm- 2szt → odporność na przenikanie cieczy min 100cmH20
7. Osłona na stół Mayo wzmocniona min. 145 x 79cm -2szt
8. Serweta gazowa 45 x 45cm -10 szt
z nitką radiacyjną oraz tasiemką, 100% bawełny , gaza 20 nitkowa, 6 warstwowa.
9. Gaziki 10 x 10- 30 szt (wiązane po 10szt)
100% bawełny, gaza 17 nitkowa, 12 warstwowa, z nitką radiacyjną
10. Dren do odsysania pola operacyjnego ortopedyczny z filtrem i wymiennymi końcówkami- 1komplet
11. Ostrze 10-3szt
12. Blister(miska plastikowa) do mycia pola operacyjnego -1sz
13. Uchwyt elektroda czynnej, monopolarnej, przyciski cieciece/koagulacja , wtyk trójpinowy, długość przewodu 3,2m -1x
14. Folia operacyjna z czynnikiem bakteriobójczym wym. części lepnej 60x45cm – 1szt
15. Serwety do rąk- 4szt
16. Czyścik do elektronarzędzi- 1szt
17. Otulina 15cm- 1szt
18. Bandaż elastyczny 15cm-1szt

Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, włóknina trójwarstwowa w strefie krytycznej, gdzie gramatura ma nie mniej niż 73 g/m2 niepyląca. Całość zgodna z normą EN 13795 1,2 i 3 dla wymagań wysokich na powierzchni obszaru krytycznego

Chłonność min. 800%

Wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość przeklejenia obłożenia bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia.

Całość w jednym opakowaniu zaopatrzoną w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, w tym odklejana etykieta umożliwiająca identyfikację zestawu z datą ważności

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 25

do pozycji 3 pakiet 19:

Proszę o dopuszczenie poniższego zestawu z serwetą pionową do izolacji w składzie:

1. Obłożenie na stół narzędziowy min. 190 x 150cm- 1szt
2. Pionowa serweta izolacyjna przezroczysta min. 230x320 cm; z otworem wypełnionym folią chirurgiczną min. 25x70cm; z torbą zbierającą płyny, z kieszeniami po obu stronach otworu, z uchwytami na kable i drenaże po obu stronach otworu;
3. Serweta gazowa 45 x 45cm -5 szt
z nitką radiacyjną oraz tasiemką, 100% bawełny, gaza 20 nitkowa, 6 warstwowa.
4. Gaziki 10 x 10- 30 szt (wiązane po 10szt)
100% bawełny, gaza 17 nitkowa, 12 warstwowa, z nitką radiacyjną
5. Ostrze 20-2szt
6. Blister(miska plastikowa) do mycia pola operacyjnego -1sz
7. Uchwyt elektroda czynnej, monopolarnej, przyciski ciecienia/koagulacja, wtyk trójpinowy, długość przewodu 3,2m -1x
8. Fartuchy wzmacnione XL -2 szt
9. Fartuch standard L -1szt
10. serwety do rąk -3szt
11. osłona na aparaturę, okrągła ściągnięta gumką min.120cm-1szt

Serweta izolacyjna wykonana z mocnej przezroczystej folii, zaopatrzone w taśmy lepne umożliwiające umocowanie obłożenia.

Włóknina serwety będącej obłożeniem stołu pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, całość zgodna z normą EN 13795 1,2 i 3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obszaru krytycznego.

Fartuch chirurgiczny składany w taki sposób, aby umożliwić zachowanie sterylności podczas zakładania, rękawy zakończone elastycznymi mankietami, wiązany w pasie troki zaopatrzone w kartonik umożliwiający aseptyczne założenie fartucha i zapewnienie sterylnego tyłu fartucha, wykonany z hydrofobowej włókniny SMS gramatura min 35g/m². Fartuch wzmacniony w przedniej części i na rękawach z wstawkami zapobiegającymi przemakaniu. Gramatura laminatu na wzmacnieniu min. 40g/m².

Całość w jednym opakowaniu zaopatrzoną w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, w tym odklejana etykieta umożliwiająca identyfikację zestawu z datą ważności

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 26

do pozycji 4 pakiet 19:

Proszę o dopuszczenie poniższego zestawu do laparotomii w składzie:

1. Serweta na stół min. 200 x 150cm- 1szt
2. Serwety boczne z przylepcem min. 90x 75cm-2 szt → odporność na przenikanie cieczy min 100cmH₂O
3. Serweta dolna z przylepcem min. 175x175 cm - 1szt; → odporność na przenikanie cieczy min 100cmH₂O
4. Serweta górna z przylepcem min.200 x 150cm → odporność na przenikanie cieczy min 100cmH₂O
-1szt
5. Organizator przewodów typu rzep min. 2x25cm-1szt
6. Osłona na stół Mayo wzmacniona min. 145 x 79cm -1szt
7. Serweta gazowa 45 x 45cm -10 szt
z nitką radiacyjną oraz tasiemką, 100% bawełny, gaza 20 nitkowa, 6 warstwowa.
8. Gaziki 10 x 10- 30 szt (wiązane po 10szt)
100% bawełny, gaza 17 nitkowa, 12 warstwowa, z nitką radiacyjną
9. Drenaż do odsysania pola operacyjnego - 1szt
10. Końcówka do odsysania pola operacyjnego- 1szt
11. Ostrze 20-1szt
12. Ostrze 11-1szt
13. Blister(miska plastikowa) do mycia pola operacyjnego -1sz
14. Uchwyt elektroda czynnej, monopolarnej, przyciski ciecienia/koagulacja, wtyk trójpinowy, długość przewodu 3,2m -1x
15. Serwety do rąk- 4szt
16. Czyścik do elektronarzędzi- 1szt

Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, włóknina trójwarstwowa w strefie krytycznej, gdzie gramatura ma nie mniej niż 73 g/m², niepyląca. Całość zgodna z normą EN 13795 1,2 i 3 dla wymagań wysokich na powierzchni obszaru krytycznego.

Chłonność min. 800%

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 27

do pozycji 5 pakiet 19:

Prosimy o włączenie tej pozycji z pakietu 19 oraz umieszczenie tego asortymentu w oddzielnym pakiecie. Podział pakietu nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 28

do pozycji 5 pakiet 19:

Ile sztuk i jakie igły Zamawiający ma na myśli w pozycji 7.

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli igłę 1,2 w ilości 1 sztuka.

Pytanie 29

do pozycji 5 pakiet 19:

Ze względu na kilkukrotne wymienianie ilości ostrz prosimy o doprecyzowanie jakie ostrza i w jakich ilościach Zamawiający ma na myśli.

Poz. 8 - Ostrze 11 – 1 szt.

Poz. 9 – Ostrze 10 – 1 szt.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ poprzez wykreślenie poz. 15,16 odrębnym pismem.

Pytanie 30

do pozycji 5 pakiet 19:

Proszę o dopuszczenie poniższego zestawu do udrożniania tętnicy szyjnej w składzie:

1. Serweta na stół narzędziowy min. 200 x 150cm- 1szt

1. Serweta dolna min. 200x200 cm z przylepcem - 1szt; → odporność na przenikanie cieczy min. 197 cmH₂O

2. Serweta górna z przylepcem min.240 x 150cm z wycięciem „U” na dłuższym boku, wym. wycięcia 20x55-65cm → odporność na przenikanie cieczy min. 100cmH₂O

-1szt

3. Ośłona na stół Mayo wzmocniona min. 145 x 79cm -1szt

4. Kompresy gazowe 7,5x7,5cm z nitką Rtg 16 warstwowe 17 nitkowe gramatura min. 2g -20szt (wiązane po 10szt)

5. Płytki gazowe 10x20cm z nitką Rtg -10szt

6. Strzykawka 20ml -2szt

7. Igła jednorazowa 1,2 szt

8. Ostrze nr 11 -1szt

9. Ostrze nr 10 -1szt

10. Dren jednorazowy do ssaka- 1szt

Dł. 210 CH24, z obu stron łącznik w kształcie lejka

11. Końcówka do ssaka jednorazowa tępo zakończona CH24 dł. min 25cm , bez kontroli ssania -1szt

12.Dren redona 14 F dł 50cm, znacznik Rtg-1szt

13. Pojemnik do odsysania ran 200ml-1szt

14. Cewnik Nelatona 8 F-1szt

15.Ostrze 20-1szt

16. Ostrze 11-1szt

17. Blister(miska plastikowa) do mycia pola operacyjnego -1szt

18. Oznaczniki naczyniowe silikonowe dł. 76 cm szer. 2,4mm- 2 szt

19..Uchwyt elektroda czynnej, monopolarnej, przyciski ciecic/koagulacja , wtyk trójpinowy, długość przewodu 3,2m -1x

20. Czyścik do elektronarzędzi- 1szt

21. Taśma typu rzep do przypięcia przewodów-1szt

22. opatrunek na ranę z wkładem chłonnym 10x20 cm (+/-2 cm) -1szt

23. Kieszeń na narzędzia samoprzylepna wym. min. 35x35cm-1szt

24. folia operacyjna warstwa lepna min 15x26 cm 1 szt

Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, włóknina min. dwuwarstwowa gramatura nie mniej niż 54 g/m² g/m² niepyląca. Całość zgodna z normą EN 13795 1,2 i 3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obszaru krytycznego.

Chłonność min. 570%

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego składającego się z osobno pakowanych spodni i osobno pakowanej bluzy dzięki czemu istnieje możliwość indywidualnego doboru rozmiaru ubrań chirurgicznych do potrzeb personelu medycznego.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 32

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie minimum jednego koloru ubrań chirurgicznych i zmianę kryterium oceny oferty poprzez przyznawanie maksymalnej ilości punktów przy zaoferowaniu trzech kolorów ubrań. Państwa zgoda umożliwi większej ilości Wykonawców przystąpić do postępowania i złożyć konkurencyjną cenowo ofertę w zakresie grupy 17.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 33

Grupa 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrania chirurgicznego składającego się z osobno pakowanych spodni (w kartonie zbiorczym zawierającym 4 worki foliowe, 25 sztuk w jednym worku foliowym) i osobno pakowanej bluzy (w kartonie zbiorczym zawierającym 4 worki foliowe, 25 sztuk w jednym worku foliowym), co pozwala na elastyczny dobór rozmiarów spodni i bluzy odpowiednio do typu budowy ciała użytkownika.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 34

Grupa 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej wysokochłonnej serwety ochronnej na stół operacyjny, przeciwdroźnowej, 5-cio warstwowej, zintegrowanej wielopunktowo na całej powierzchni chłonnej, bez przeszyć, samowygładzającej się, zapobiegającej przesuwaniu się warstwy zewnętrznej względem rdzenia; wykonana z włókniny polipropylenowej, wysokochłonnej polimerowej warstwy środkowej i spodniej pełnobarierowej teksturowanej folii polietylenowej, zabezpieczającej przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni. Chłonność min. 35ml/100cm²; wymiary: min. 100 x 225cm ±5cm, rdzeń chłonny o długości co najmniej 51x205+/-3 cm zakończony dodatkowymi marginesami z nieprzeziernego laminatu o szerokości nie większej niż 10 +/-3 cm po obu stronach na całej szerokości podkładu; odprowadzanie wilgoci min. 45 mm w czasie 60s, wskaźnik chłonności min. 2650 %.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 35

Grupa 18

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga aby podkład produkowany był w warunkach spełniających wymagania ISO 9001, ISO 13485 oraz ISO 14001 (potwierdzone certyfikatem).

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 36

Grupa 18

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga aby podkład wyposażony był w spodnią antypoślizgową warstwę zabezpieczającą przed przesuwaniem się i ślizganiem podkładu po powierzchni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 37

Grupa 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podkładu o wymiarze min. 100 cm x 220 cm (+/- 2 cm) i o wymiarze rdzenia chłonnego min. 50 cm x 180 cm (+/-2 cm)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 38

Grupa 18

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego podkładu ochronnego na stół operacyjny z absorbcyjną warstwą środkową (wysokochłonną) z wkładem żelowym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 39

Grupa 22, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn, Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stół Mayo min. 80 x 145 cm
- 1 x serweta 145 x 193 cm, pełnobarierowa
- 1 x stokineta 23x122 cm, 2-warstwowa, elastyczna, antypoślizgowa
- 3 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 221x326 cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, zintegrowanych 6 podwójnych organizatorów przewodów.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu 3-warstwowego na całej powierzchni (polipropylen, polietylen, polipropylen) bez zawartości pyłających i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66g/m², gramatura w obszarze wzmocnienia min. 140 g/m². Dwucentymetrowa nieprzelepną końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 40

Grupa 22, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn, Skład zestawu:

- 2 x serweta na stół narzędziowy 152 x 190 cm z folii PE o grubości 50µm ze wzmocnieniem 74x190cm
- 1 x serweta na stół Mayo 142x80 cm z grubej folii PE 70µm ze wzmocnieniem 88x55cm składana rewersowo.
- 1 x ręczniki chłonne 30x20 cm
- 1 x osłona na kończynę 55x37,5 cm
- 2 x taśma przylepna 9 x 50 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 221x295x335 cm w kształcie litery T (z obłożeniem ramion stołu), z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6 cm, ze wzmocnieniem 77 x 114 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów, wykonana z chłonnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze 58g/m² i odporności na penetrację płynów powyżej 200 cmH₂O. Gramatura materiału w obszarze krytycznym min. 110 g/m². Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 41

Grupa 22, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy min. 152x190 cm
- 1 x serweta na stół Mayo min. 80x145 cm
- 1 x taśma lepna 10x50 cm
- 1 x serweta do operacji kończyny 221x328 cm, z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 4 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 67x140 wokół otworu, 4 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMMMS o gramaturze 43g/m², w strefie krytycznej ze wzmocnieniem chłonnym z laminatu, o łącznej gramaturze min.115 g/m², serweta dobrze układająca się na pacjencie, w części niekrytycznej „oddychająca”, paroprzepuszczalna. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 42

Grupa 22, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji kończyn. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190cm 50µ (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta nieprzelepną 91x150 cm z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m²
- 1 x uchwyt na przewody typu rzep 2,5x13cm
- 1x serweta do operacji kończyn 242x300cm z elastycznym, samouszczelniającym się otworem Φ 5cm wykonana w części w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66g/m² pozbawiona pyłających i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy. Odporność na penetrację płynów powyżej. 200 cmH₂O. Zestaw zgodny z normą EN 13795-1,2,3 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada

3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 43

Grupa 22, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy min. 140x190 cm z folii PE ze wzmocnieniem chłonnym 74x190 +/-1cm
- 1 x serweta na stolik Mayo, 80x145 cm ze wzmocnieniem chłonnym 75x100cm +/-1cm
- 5 x taśma przylepna, przezroczysta 8x40 cm
- 1 x osłona na kończyne 30x120cm 2-warstwowa, z warstwą chłonną od wewnętrznej strony
- 1 x serweta dolna 190x190 cm, przylepna, długość przylepca 85 cm
- 1 x serweta górna 300x221cm przylepna, długość przylepca 130 cm
- 1 x serweta do operacji biodra 230x305 cm ze wzmocnieniem chłonnym 70x100 +/- 1cm cm , z wycięciem U 15x117 cm zaopatrzonym w taśmy lepne, które obejmują precyzyjnie zaokrąglenia wycięcia U jednocześnie umożliwiają trójstopniową aplikację na pacjencie.

Serwety okrywające pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze 58g/m2 odpornego na penetrację płynów, o niskim współczynniku. Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiającą mocowanie serwet na pacjencie, klej repositionowalny. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia bez zawartości celulozy lub wiskozy, Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 44

Grupa 22, pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego zestawu do operacji biodra. Skład zestawu:

- 2 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm.
- 1 x serweta ortopedyczna na stolik Mayo 80x145 cm z folii PE 70 µ, ze wzmocnieniem 100x75cm,
- 1 x serweta dolna 196x305 cm z przylepnym wycięciem U 15x117 cm, ze wzmocnieniem chłonnym 77x119 cm, ze zintegrowanymi dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. Część lepna obejmuje precyzyjnie wycięcie „U” łącznie z zaokrągleniami.
- 1 x serweta górna 183x254 cm przylepna, ze wzmocnieniem chłonnym 67x39cm, zintegrowany 1 podwójny organizator przewodów
- 1 x serweta nieprzylepna 98x98 cm, pełnobarierowa
- 1 x stokineta 30x122 cm, elastyczna, 2-warstwowa, antypoślizgowa
- 2 x taśma przylepna 9x50 cm
- 2 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze 66 g/m2 , pozbawionego pyłających i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy, dobrze układającego się na pacjencie. Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 140g/m2. W celu ułatwienia aplikacji dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną, klej repositionowalny. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 45

Grupa 22, pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieszeni w rozmiarze 33 cm x 41 cm w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kieszeń w podanym rozmiarze pod warunkiem, że 33 cm-to szerokość kieszeni, a 41 cm -to wysokość kieszeni.

Pytanie 46

Grupa 22, pozycja 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kieszeni w rozmiarze 33 cm x 41 cm w pozostałym zakresie zgodnej z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 47

Dotyczy grupy 7 pozycji 3:

„Zastawka programowana 8 stopni ustawienia ciśnienia...” może być zaoferowana tylko przez jedną firmę. Takie brzmienie grupy 7 uniemożliwia konkurencję i złożenie kilku ofert jak to miało miejsce w poprzednich postępowaniach.

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ w tym zakresie odrębnym pismem.

Pytanie 48

Dotyczy grupy 4:

Czy Zamawiający dopuści matrycę kolagenową do regeneracji opony twardej i działającej jako bariera zapobiegająca zrostom pooperacyjnym o następujących cechach:

- * materiał ulegający wchłonięciu (biodegradacji) w ściśle zaprojektowanym czasie,
- * matryca zapewniająca szybką i skuteczną wodoszczelność,
- * matryca zewnątrzkomórkowa posiadająca strukturę porowatą, z otwartymi porami o określonej wielkości umożliwiającą szybkie tworzenie skrzepu i proces regeneracji opony twardej,
- * materiał posiadający właściwości hemostatyczne,
- * materiał posiadający właściwości adhezyjne,
- * materiał nie wymagający szycia,
- * materiał zapobiegający zrostom i bliznowaceniu,
- * materiał wykonany z czystego, 100% kolagenu bydlęcego typu I pozyskanego ze ścięgien Achillesa o rozmiarach odpowiednio:

Pozycja 1: 5 x 5cm

Pozycja 2: 7,5 x 7,5cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 49

Grupa 20:

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o długości min. 200 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 50

Grupa 20:

Poz.2

1.Prosimy o dopuszczenie zaoferowania końcówki do odsysania pola operacyjnego w rozmiarze 20ch (średnicy wew 4,6 i zewn 6,5mm) i długości końcówki ssącej 155mm (długości razem z rączką 220mm), spełniającą pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 51

Grupa 20:

Poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania, z długością końcówki ssącej min. 20 cm, średnica wewnętrzna 5mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 52

Grupa 20:

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania końcówki do odsysania pola operacyjnego, zakończonej kulką z 6 otworami, w rozmiarze 20ch (średnicy wew 4,6 i zewn 6,5mm) i długości końcówki ssącej 155mm (długości razem z rączką 220mm), spełniającą pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 53

Grupa 20:

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie końcówki do odsysania zakończonych kulką, z 4 otworami bocznymi, z długością końcówki ssącej min. 20 cm, średnica wewnętrzna 5mm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 54

Grupa 20:

Poz.4:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie opisu SIWZ, czy ze względów praktycznych tj, zapewnienia właściwego i optymalnego zasięgu poszczególnych końcówek ssących w polu operacyjnym powinny one posiadać długości odpowiednio: końcówki zagięte 155mm +/- 5mm i 235 mm +/- 5mm oraz prosta 275mm +/- 5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 55

Grupa 20:

Poz.4:

Czy Zamawiający oczekuje, aby dren znajdujący się w zestawie do odsysania posiadał od strony ssaka uniwersalną docinaną końcówkę, umożliwiającą co najmniej 2-krotną korekcję średnicy pasującego złącza ssaka? Nadmieniamy, że jest to niezbędne rozwiązanie eliminujące skutecznie problemy wynikające ze współpracy drenów z różnymi typami ssakami, gdyż ich złącza nie są w żaden sposób wystandaryzowane.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 56

Grupa 20:

Poz.5:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenu wykonanego z medycznego PCV, z perforacją na długości 14 cm od dystalnego końca.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 57

Grupa 20:

Poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów Kehra wykonanych z lateksu, w rozmiarach: 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 Ch, o wymiarach: 80x5x5cm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 58

Grupa 20:

Poz.7:

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania cewników Pezzer, w rozmiarach 10-34Ch, z 4 otworami bocznymi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 59

Grupa 23:

Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy oferowane rozmiary mają uwzględniać rozmiar 11P?

Odpowiedź:

Oferowane rozmiary nie mają uwzględniać rozmiaru 11P.

Pytanie 60

Grupa 23:

Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie skalpela nr 3 o długości 15 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 61

Grupa 23:

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Uchwyt skalpela do mikrochirurgii, autoklawowalny, prosty dł. 105 mm, z okrągłą, częściowo ryflowaną rękojeścią i okrągłą częścią roboczą,

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 62

Grupa 23:

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Uchwyt skalpela do mikrochirurgii, autoklawowalny, prosty dł. 130 mm, z okrągłą ryflowaną rękojeścią i okrągłą częścią roboczą,

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 63

Grupa 23:

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Uchwyt skalpela do mikrochirurgii typu Caspar, autoklawowalny, prosty dł. 130 mm, z okrągłą ryflowaną rękojeścią i okrągłą częścią roboczą.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 64

Czy w Grupie 26 Zamawiający dopuści:

w poz.1 - Bezwęzłowy system do stabilizacji więzozrostu piszczelowego-strzałkowego składający się z:

1. guzika wykonanego ze stali nierdzewnej lub tytanu o średnicy 6,35mm

2. ostro zakończoną z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. Płytką z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nie prowadząca implant, bez zachowania pierwotnych wymagań

Instrumentarium – użyczenie na czas trwania umowy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 65

Czy w Grupie 26 Zamawiający dopuści:

w poz. 2 - Bezwęzłowy system do leczenia niestabilności stawu barkowo-obończykowego, składający się z guzika tytanowego o średnicy 10mm oraz ostro zakończoną z jednej strony płytki tytanowej, połączonej z samozaciskową, bezwęzłową i regulowaną pętlą polietylenową. Płytką z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału. W zestawie nie prowadząca implant, bez zachowania pierwotnych wymagań.

Instrumentarium – użyczenie na czas trwania umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 66

Grupa 11 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o informację, czy w grupie 11 nie zaszła oczywista omyłka w określeniu ilości sztuk asortymentu?

Czy Zamawiający oczekuje 200 sztuk pojedynczych nożyków do nakłuć palca na okres 12 miesięcy, czy 200 opakowań a' 200szt. jałowych nożyków oddzielnie pakowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał modyfikacji w zakresie ilości sztuk asortymentu odrębnym pismem. Zamawiający oczekuje 200 opakowań a' 200 sztuk jałowych nożyków oddzielnie pakowanych.

Pytanie 67

Grupa 14 poz. 1

Czy rozcięcie ma być na całej długości koszuli?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 68

Grupa 14 poz. 3 i 4

Prosimy o podanie minimalnej długości spodenek z długimi nogawkami i krótkimi nogawkami.

Odpowiedź:

Spodenki z długimi nogawkami – długość min. 85 cm.

Spodenki z krótkimi nogawkami – długość min. 45 cm.

Pytanie 69

Grupa 14 poz. 5

Jaki obwód ma mieć oferowany zarękawek aby spełnił oczekiwania zamawiającego? Prosimy o podanie wymiaru w centymetrach z ewentualną tolerancją +/- 2 cm.

Odpowiedź:

Obwód od 38 do 45 cm.

Pytanie 70

Grupa 17 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne 3 kieszeniami (dwie na dole bluzy i jedna na piersi) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 71

Grupa 18 poz. 1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie jako równoważnego jednorazowego wysokochłonnego, oddychającego prześcieradła ochronnego na stół operacyjny pod pacjenta, 5-cio warstwowego, wykonanego z dwóch scalonych powłok, powierzchnia chłonna lekko pikowana, warstwa spodnia pełnobarierowa, antypoślizgowa wykonana z folii polietylenowej. Wymiar całkowity 230 x 101cm (tolerancja +/- 2 cm). Rdzeń chłonny 50 x 202 cm (tolerancja +/- 2 cm). Chłonność całkowita 4000ml.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 72

Grupa 21 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowce o długości minimum 35 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 73

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów:

§ 4 ust. 15, 19 (dot.: zał. nr 3):

15. W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy.

19. W przypadku rozwiązania umowy, w tym odstąpienia od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, o której mowa w §1 ust. 2, chyba że umowa przewiduje w danym przypadku karę w innej wysokości

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 74

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów:

§ 6 ust. 4 (dot.: zał. nr 3):

4. Naruszenie zapisu ust. 3 upoważnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części

wartości brutto przedmiotu umowy, a także do odstąpienia od umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 75

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów:

§ 1 ust. 5 (dot.: zał. nr 3a):

5. W przypadku przekroczenia terminu określonego w ust. 2 o ponad 3 dni robocze Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną 5% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 3.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 76

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów:

§ 4 ust. 15, 18 (dot.: zał. nr 3b i 3 c):

15. W przypadku zwłoki w należytych wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 0,5% wartości brutto nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy.

18. W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 77

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów:

§ 5 ust. 4, 10, 11 (dot.: zał. nr 3b i 3 c):

4. W przypadku zwłoki w dostawie przedmiotu użyczenia Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto nie dostarczonego w terminie przedmiotu użyczenia.

10. W przypadku nie usunięcia wady lub nie dostarczenia przedmiotu użyczenia wolnego od wad w terminie określonym w ustępie poprzedzającym Zamawiający ma prawo, według swojego wyboru

1.) po wezwaniu do wykonania obowiązków wynikających z umowy przez Wykonawcę zlecić usunięcie wady osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, jak również obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,1 % niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy, a gdy wada nie daje się usunąć uzyskać od osoby trzeciej sprzęt o analogicznych lub zbliżonych parametrach na okres do chwili dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu użyczenia wolnego od wad i kosztami uzyskania sprzętu obciążyć Wykonawcę,

2.) żądać wykonania obowiązków wynikających z umowy i obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,05 % niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy za każdy dzień, ponad termin określony w ust. 9, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu niniejszej umowy

3.) odstąpić od umowy, także w zakresie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i naliczyć karę umowną w wysokości określonej w § 4 ust. 18.

11. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w okresie obowiązywania umowy sprzęt zastępczy w przypadku jeżeli okres pomiędzy zgłoszeniem wady i jej usunięciem jest dłuższy niż 3 dni. W przypadku niewykonania tego obowiązku Zamawiający ma prawo zapewnić sobie sprzęt o analogicznych lub zbliżonych parametrach od osoby trzeciej na koszt Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, jak również obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 0,2% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 78

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów:

§ 7 ust. 4 (dot.: zał. nr 3b, 3c i 3d):

4. Naruszenie zapisu ust. 3 upoważnia Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy, a także do odstąpienia od umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 79

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów:

§ 3 ust. 6 (dot.: zał. nr 3d):

a) po wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w sposób określony w ust. 4a, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, odstąpić od umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, którego naruszenie dotyczy i dokonać zakupu u innego kontrahenta, a w przypadku wyższej ceny zakupu różnicą obciążyć Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania noty obciążeniowej, jak również ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% niezrealizowanej części wartości brutto przedmiotu umowy objętego odstąpieniem określonej w formularzu oferty,

bądź

b) żądać wykonania umowy i dochodzić od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, którego dotyczy zwłoka w należytych wykonaniu umowy, określonej w formularzu oferty, za każdy dzień zwłoki w dostawie licząc od dnia następującego po dniu określonym zgodnie z § 3 ust 3 do dnia dostawy Towaru zgodnego z umową, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu niniejszej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 80

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania (dot. § 1 zał. nr 3b i 3c) oraz udostępnienia (dot. § 1 zał. nr 3b i 3c), których wzory przesyłamy w załączeniu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 81

Dotyczy Grupa 18

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie - Jednorazowy, wysokochłonny, nie uczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm (pozytywny wynik EN 20811) i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednolitej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianność 3800-4200 ml potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu poprzez trwale i w higieniczny sposób naniesione oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%).

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 82

Dotyczy Grupa 18

Ponieważ chłonność w tym przypadku jest istotnym parametrem a na rynku funkcjonują produkty o różnorodnie określonej chłonności zwracamy się z prośbą do Zamawiającego aby dla potwierdzenia parametru wymagał badania z akredytowanego laboratorium znormalizowaną metodą?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 83

Dotyczy Grupa 18

Zwracamy się z prośbą do zamawiającego aby w celu umożliwienia dokonania oceny zaoferowanych asortymentów z wymaganiami określonymi w formularzu cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ, wprowadził zapis zobowiązujący do dostarczenia próbek na życzenie Zamawiającego. Prosimy o określenie czy zamawiający może wymagać próbki zaoferowanego produktu w celu potwierdzenia spełnienia wymaganych w SIWZ parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 84

Dotyczy Grupy nr. 20

Zwracamy się z prośbą o podzielenie pakietu na dwa odrębne zadania, tworząc z dotychczasowych pozycji 1 – 4 pakiet dla systemu do odsysania z pola operacyjnego, oraz z pozostałych pozycji pakiet dla drenów i cewników.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 85

Dotyczy Grupy nr. 20 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania drenu o długości 200 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 86

Dotyczy Grupy nr. 20 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu ortopedycznego, w którym końcówka prosta posiada długość 25 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 87

Dotyczy Grupy nr. 20 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawu ortopedycznego, w którym dren będzie oddzielnie pakowany.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 88

Dotyczy § 4 ust. 12 wzoru umowy

W/w pkt. wzoru umowy zawiera informację, iż Zamawiający może naliczyć dostawcy kary umowne w wysokości 10% wartości brutto niedostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy. Taki zapis sprawia, że strony umowy nie są równoprawne gdyż Zamawiający może naliczyć wysokie kary korzystając z uprawnień zapisów § 4 ust. 16. Natomiast w przypadku dokonania nieterminowej realizacji płatności za dostarczony towar przez Zamawiającego, Wykonawca może naliczyć jedynie odsetki w wysokości ustawowej.

Dlatego też wnosimy o wykreślenie z projektu umowy § 4 ust. 12 i pozostawienie zmodyfikowanych zapisów § 4 ust. 15.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 89

Dotyczy § 4 ust. 15 wzoru umowy

W/w pkt. wzoru umowy zawiera informację: „*W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 2% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu umowy za każdą rozpoczętą dzień zwłoki*”.

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu w projekcie umowy zmniejszając karę umowną do 0,2 % wartości nie dostarczonego w przewidzianym terminie lub dostarczonego niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 90

Dotyczy § 4 ust. 15a wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą o zmianę w/w zapisu w projekcie umowy zmniejszając karę umowną do 0,2 % wartości brutto zamówienia

którego dotyczy naruszenie.

Pozostawienie ww paragrafu w niezmienionej formie powoduje znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron, w związku z czym wnioskujemy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 91

Dotyczy § 4 ust.17 wzoru umowy

Nawiązując do projektu umowy stanowiącej element SIWZ wnosimy o dokonanie modyfikacji ww paragrafu umowy poprzez dopisanie treści o następującym brzmieniu:

[... Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy bez wezwania Wykonawcy do należytego jej wykonania, w przypadku przekraczającej 7 dni roboczych lub powtarzającej się zwłoki w dostawie przedmiotu umowy lub załatwieniu reklamacji albo w przypadku powtarzających się reklamacji, po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy].
Pozostawienie ww paragrafu w niezmienionej formie powoduje znaczącą dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron, w związku z czym wnioskujemy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 92

Dotyczy § 4 ust. 19 wzoru umowy

Zamawiający może obciążyć dostawcę karami umownymi w wysokości 15% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Naszym zdaniem, kary umowne winny być naliczane od wartości niezrealizowanej umowy podobnie jak odsetki za zwłokę w płatnościach naliczane są od wartości niezapłaconych faktur w terminie a nie od wartości wszystkich wystawionych faktur. Taki zapis sprawia że strony umowy nie są równoprawne.

Prosimy zatem o zmniejszenie kar do wysokości 10% i naliczanie tylko od wartości nie wykonanej w terminie umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 93

Grupa 19 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do protezy biodra, z następującymi różnicami w składzie:

1.- serweta 225 x 280 cm z wycięciem „U” 10 x 100 cm z laminatu dwuwarstwowego 57,5 g/m² z dodatkowym wzmocnieniem wokół pola operacyjnego (laminat 2w + wzmocnienie= 109,5 g/m²)

5.- osłona na kończynę ma wymiar 33 x 110 cm

9.- serweta gazowa po wstępnym praniu 40 x 40 cm 20nitkowa, 6warstwowa z tasiemką i chipem rtg

13.- długość kabla uchwytu elektrody wynosi 3,2 m

17.- folia chirurgiczna bez środka bakteriobójczego, powierzchnia lepna ma wymiar 50x45 cm.

Odporność na przenikanie cieczy >125 cm H₂O.

Zdolność absorpcji laminatu (wyrobu gotowego) wraz ze wzmocnieniem min. 370%.

Zdolność absorpcji cieczy wg ISO 9073-6: 405 ml/m²

Odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 250/ 270 kPa?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 94

Grupa 19 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do protezy kolana, z następującymi różnicami w składzie:

2.- osłona na kończynę ma wymiar 33x55 cm

3.- serweta ekran anestetyczny 150 x 240 cm

8.- serweta gazowa po wstępnym praniu 40 x 40 cm 20nitkowa, 6warstwowa z tasiemką i chipem rtg

13.- długość kabla uchwytu elektrody wynosi 3,2 m

14.- folia chirurgiczna bez środka bakteriobójczego, wymiar powierzchni lepnej 50x45 cm

Serweta główna oraz osłona na kończynę z laminatu dwuwarstwowego min. 57,5 g/m².

Odporność na przenikanie cieczy min.125 cm H₂O.

Zdolność absorpcji laminatu (wyrobu gotowego) wraz ze wzmocnieniem min. 340%.

Zdolność absorpcji cieczy wg ISO 9073-6: 200 ml/m²

Odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 249/ 277 kPa.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 95

Grupa 19 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z serwetą pionową izolacyjną, z następującymi różnicami w składzie:

3.- serweta gazowa 40 x 40 cm (po praniu) 20nitkowa, 6warstwowa z tasiemką i chipem rtg

7.- długość kabla uchwytu elektrody wynosi 3,2 m?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 96

Grupa 19 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do laparotomii, z następującymi różnicami w składzie:

1.- Serweta na stół ma 190 x 150 cm

5.- zapięcie typu rzep ma wymiar: 2,5 x 20/ 24 cm

7.- serweta gazowa po wstępnym praniu 40 x 40 cm 20nitkowa, 6warstwowa z tasiemką i chipem rtg

14.- długość kabla uchwytu elektrody wynosi 3,2 m

Odporność na przenikanie cieczy min. 150 cm H₂O.

Laminat trójwarstwowy min. 74,2 g/m².

Zdolność absorpcji laminatu (wyrobu gotowego) wraz ze wzmocnieniem min. 330%.

Zdolność absorpcji cieczy wg ISO 9073-6: 200 ml/m²

Odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 255/ 224 kPa?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 97

Grupa 19 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do udrażniania tętnicy szyjnej, z następującymi różnicami w składzie:

1.- serweta na stół ma 190 x 150 cm

2. (1)- serweta dolna ma wymiar 190 x 225 cm (z przylepcem na krótszym boku)

3. (2)- serweta górna 175 x 240 cm ma wycięcie „U” 10 x 65 cm

8. (7)- igła jednorazowa 1,1 mm- 2 szt

10. (11)- dren ma długość 200 cm i CH 25

11. (12)- końcówka do odsysania CH 25

13.(14)- pojemnik do odsysania- butla Redona 400 ml

19. (20)- długość kabla uchwytu elektrody wynosi 3,2 m

21. (22)- taśma typu rzep ma wymiar: 2,5 x 20/ 24 cm

24. (25)- folia operacyjna ma wymiar 20 x 30 cm?

Odporność na przenikanie cieczy min. 125 cm H₂O.

Zdolność absorpcji laminatu (wyrobu gotowego) wraz ze wzmocnieniem min. 340%.

Zdolność absorpcji cieczy wg ISO 9073-6: 200 ml/m²

Odporność na wypychanie na sucho/ mokro min. 249/ 277 kPa?

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 98

Grupa 1, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści w poz. 3 tego zestawu serwetę z przylepcem w rozmiarze 50x60cm? Pozostałe parametry serwety bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 99

Grupa 19, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści, aby wycięcie „U” w serwetce głównej miało rozmiar 7x100cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 100

Grupa 19, poz. 1, 2:

Czy Zamawiający dopuści, aby folia operacyjna z czynnikiem bakteriobójczym wym. części lepnej wynosił 56x60cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 101

Grupa 19, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści pionową serwetę izolacyjną przezroczystą z otworem wypełnionym folią chirurgiczną w rozmiarze 25x86cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 102

Grupa 19, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści osłonę **w rozmiarze (33÷112)x56cm, o średnicy osłony na płasko 68cm** - wymiary (połowa obwodu gumki w stanie swobodnym ÷ połowa obwodu gumki w rozciągnięciu) x głębokość?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 103

Grupa 19, poz. 4, 5:

Czy Zamawiający dopuści, aby serweta na stolik miała rozmiar 190x150cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 104

Grupa 19, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści, aby serweta dolna z przylepcem miała rozmiar 180x170cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 105

Grupa 19, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści, aby warstwa lepna folii operacyjnej w zestawie (poz. 24) miała rozmiar 15x28cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 106

Grupa 19, poz. 5:

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować, ile oczekuje sztuk igieł jednorazowych w rozmiarze 1,2 w poz. 7 zestawu?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje igły w rozmiarze 1,2 w ilości 1 sztuka.

Pytanie 107

Grupa 19, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści, aby kieszeń na narzędzia samoprzylepna w zestawie (poz. 23) miała rozmiar 30x40cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 108

Grupa 17, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści ubrania chirurgiczne z 3 kieszeniami? Pozostałe parametry zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 109

Dotyczy projektu umowy:

Czy za dni robocze w rozumieniu wzorów umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 110

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 15 wzoru umowy stawka kary umownej 2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki została zrównana ze stawką kary umownej z § 4 ust. 16 wzoru umowy, czyli aby wynosiła 0,2% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki?

Uzasadnione jest aby stawki kar umownych obciążających Zamawiających i wykonawcę były takie same. Nie ma uzasadnienia aby stawka kary umownej obciążającej wykonawcę była dziesięciokrotnie wyższa od stawki kary umownej obciążającej Zamawiającego. Narusza to zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 111

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 15a wzoru umowy stawka kary umownej 10% została zastąpiona stawką 2%? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na jakiegokolwiek inne obniżenie stawki kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 15a wzoru umowy?

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody”. W przypadku naruszenia §3 ust. 8 umowy poprzez wystawienie kilku faktur zamiast jednej faktury, Zamawiający nie poniesie żadnej szkody. Zatem wysokość kary umownej wynosząca 10% wartości brutto zamówienia jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 112

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 17 wzoru umowy wyrażenie „*bez wezwania do jej należytego wykonania*” zostało zastąpione wyrażeniem „*po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy*”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 113

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 4 ust. 19 wzoru umowy wyrażenie „*15% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy*” zostało zastąpione wyrażeniem „*15% niezrealizowanej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy*”?

Uzasadnione jest aby kara umowna za odstąpienie od umowy była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, zwłaszcza w przypadku odstąpienia od umowy po zrealizowaniu jej znaczącej części, kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby przewyższać wartość niezrealizowanej części umowy. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 114

Wzór umowy depozytu - załącznik nr 3a do SIWZ

Czy za dni robocze w rozumieniu wzorów umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 115

Wzór umowy depozytu - załącznik nr 3a do SIWZ

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 2 ust. 2 wzoru umowy stawka kary umownej 10% została zastąpiona stawką 2%? W razie odmownej odpowiedzi na powyższe pytanie, czy Zamawiający zgadza się na jakiekolwiek inne obniżenie stawki kary umownej, o której mowa w § 2 ust. 2 wzoru umowy?

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym np. w wyroku z dnia 22 marca 2011 r. KIO 475/11: „kara umowa to surogat odszkodowania i zasadniczo powinna być ustalana na poziomie odzwierciedlającym wysokość ewentualnej szkody”.

W przypadku wystawienia kilku faktur zamiast jednej faktury, Zamawiający nie poniesie żadnej szkody. Zatem wysokość kary umownej wynosząca 10% wartości pobranego depozytu jest rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i narusza zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 116

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Grupie 24 Pozycji 1 chusty angiograficznej z włókniny SMS w rozmiarze 250 x 330 cm z dwoma otworami w kształcie koła o śr. 15 cm. W otworach przezroczysta klejąca folia pozostawiająca otwór o wym. 6 cm. Otwory oddalone od siebie o 10 cm, umieszczone 80 cm od górnego brzegu chusty. Warstwa wysokochłonna, wzmocniona w polu zabiegowym o wymiarach minimum 75x250cm. Z prawej strony chusty przezroczysta folia o wym. 75x330 cm umożliwiającą jałowe zabezpieczenie pulpitu sterowniczego

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 117

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Grupie 24 Pozycji 1 powłoki ochronnej o wym. min 75x80cm w kształcie czepek z elastyczną gumką.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 118

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Grupie 24 Pozycji 1 serwetka z otworem o wym. 75 - 80 x 75 - 80 cm wykonana z włókniny typu SMS. Otwór przylepny w kształcie owalu o wym. 7x5 cm lub 6x3 cm umieszczony centralnie. Wokół otworu wzmocnienie tkaniną wysokochłonną o wymiarach minimum 20x13cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 119

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Grupie 24 Pozycji 1 ręczniki włókninowe typu Spunlace, wysokochłonne, białe o wym. 50x95 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 120

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Grupie 24 Pozycji 1 ręczniki chłonne, białe o wym. 30x35 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 121

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie w Grupie 24 Pozycji 1, 2 x serweta min. 2-warstwowa

nieprzemakalna wym. min. 140x150cm (1 sztuka służąca jako owinięcie zestawu i zabezpieczenie stolika zabiegowego).

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 122

Grupa nr 24 zestaw do angiografii

W związku z możliwością zaoferowania konkurencyjnego cenowo produktu prosimy o dopuszczenie obłożeń z dostarczonymi osobno poza zestawem osłonami RTG na tarczycę.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 123

GRUPA NR 17

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania ubrań chirurgicznych posiadających 3 kieszenie oraz wykończenie pod szyją w kształcie litery U – pozostałe parametry zgodne z zapisami siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 124

GRUPA NR 19

Pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pakietu do protezy biodra o składzie podanym przez Zamawiającego jednakże różniącego się nieznacznie w zaoferowanych parametrach tj.

2 – czy Zamawiający dopuści serwetę z wycięciem 6,5x80cm

4 - czy Zamawiający dopuści rozmiar 150x200cm

9 - czy Zamawiający dopuści gazę 20 nitkową

13 - czy Zamawiający dopuści uchwyt o długości 320cm

czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 60x45cm

pozostałe parametry i składowe spełniają wymagania siwz

Dodatkowo, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z włókny obłożenia pełnobarierowej, wodoszczelnej, absorpcyjnej, paroprzepuszczalnej, z włókny 2-warstwowej o gramaturze min. 55g/m², w miejscach krytycznych z dodatkowym wzmocnieniem, łączna gramatura miejsc krytycznych min. 105 g/m², niepylącej, zgodnej z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, o odporności na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O, chłonności min 450%, w miejscach krytycznych min. 900%, wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość przyklejenia obłożenia bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia, całość w jednym opakowaniu zaopatrzonym w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, w tym odklejana min. 1 etykieta umożliwiającą identyfikację zestawu z datą ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 125

GRUPA NR 19

Pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pakietu do protezy kolana o składzie podanym przez Zamawiającego jednakże różniącego się nieznacznie w zaoferowanych parametrach tj.

8 - czy Zamawiający dopuści gazę 20 nitkową

14 - czy Zamawiający dopuści folię operacyjną w rozmiarze 60x45cm

17 - czy Zamawiający dopuści otulinę w rozmiarze 10cm x 3m

18 - czy Zamawiający **wymaga** bandaża elastycznego o długości 5m

pozostałe parametry i składowe spełniają wymagania siwz

Dodatkowo, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z włókny obłożenia pełnobarierowej, wodoszczelnej, absorpcyjnej, paroprzepuszczalnej, z włókny 2-warstwowej o gramaturze min. 55g/m², w miejscach krytycznych z dodatkowym wzmocnieniem, łączna gramatura miejsc krytycznych min. 105 g/m², niepylącej, zgodnej z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, o odporności na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O, chłonności min 450%, w miejscach krytycznych min. 900%, wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość przyklejenia obłożenia bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia, całość w jednym opakowaniu zaopatrzonym w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, w tym odklejana min. 1 etykieta umożliwiającą identyfikację zestawu z datą ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 126

GRUPA NR 19

Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pakietu z serwetą pionową izolacyjną o składzie podanym przez Zamawiającego jednakże różniącego się nieznacznie w zaoferowanych parametrach tj.

3 - czy Zamawiający dopuści gazę 20 nitkową
pozostałe parametry i składowe spełniają wymagania siwz?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 127

GRUPA NR 19

Pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pakietu do laparotomii o składzie podanym przez Zamawiającego jednakże różniącego się nieznacznie w zaoferowanych parametrach tj.

5 - czy Zamawiający dopuści organizator w rozmiarze 2x23cm

7 - czy Zamawiający dopuści gazę 20 nitkową

pozostałe parametry i składowe spełniają wymagania siwz

Dodatkowo, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z włókniny obłożenia pełnobarierowej, wodoszczelnej, absorpcyjnej, paroprzepuszczalnej, z włókniny 2-warstwowej o gramaturze min. 55g/m², w miejscach krytycznych z dodatkowym wzmocnieniem, łączna gramatura miejsc krytycznych min. 105 g/m², niepylącej, zgodnej z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, o odporności na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O, chłonności min 450%, w miejscach krytycznych min. 900%, wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość przyklejenia obłożenia bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia, całość w jednym opakowaniu zaopatrzonym w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, w tym odklejana min. 1 etykieta umożliwiającą identyfikację zestawu z datą ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 128

GRUPA NR 19

Pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania pakietu do udrożniania tętnicy szyjnej o składzie podanym przez Zamawiającego jednakże różniącego się nieznacznie w zaoferowanych parametrach tj.

13 - czy Zamawiający dopuści pojemnik o poj. 250ml

18 - czy Zamawiający dopuści oznaczniki w rozmiarze 2,5mm x 75cm

24 - czy Zamawiający dopuści folię w rozmiarze 25x28cm

pozostałe parametry i składowe spełniają wymagania siwz

Dodatkowo, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wykonanego z włókniny obłożenia pełnobarierowej, wodoszczelnej, absorpcyjnej, paroprzepuszczalnej, z włókniny 2-warstwowej o gramaturze min. 55g/m², w miejscach krytycznych z dodatkowym wzmocnieniem, łączna gramatura miejsc krytycznych min. 105 g/m², niepylącej, zgodnej z normą EN 13795 1-3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obłożenia jako obszaru krytycznego, o odporności na przenikanie cieczy min. 200cm H₂O, chłonności min 450%, w miejscach krytycznych min. 900%, wszystkie klejące powierzchnie zaopatrzone w klej hypoalergiczny, dający możliwość przyklejenia obłożenia bez utraty właściwości lepnych i bez ryzyka uszkodzenia obłożenia, całość w jednym opakowaniu zaopatrzonym w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności, w tym odklejana min. 1 etykieta umożliwiającą identyfikację zestawu z datą ważności?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 129

Grupa nr 20 poz. 4

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści aby zestaw do odsysania z pola operacyjnego w zabiegach ortopedycznych posiadał dren z końcówkami uniwersalnymi, elastycznymi, dopasowującymi się do różnego typu i rozmiaru króćców bez konieczności ich docinania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 130

do pozycji 5 pakiet 19:

Proszę o dopuszczenie w zestawie do udrożniania tętnicy szyjnej serwetę z poz. 2 o następujących właściwościach:

2. Serweta górna z przylepcem min. 200 x 150cm z wycięciem „U” na krótszym boku, wym. wycięcia 6x75cm → odporność na przenikanie cieczy min. 800cm H₂O - 1szt

Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, włóknina min. dwuwarstwowa gramatura nie mniej niż 54 g/m² niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1,2 i 3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obszaru krytycznego.

Chłonność min. 570%

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 131

do pozycji 5 pakiet 19:

Proszę o dopuszczenie w zestawie do udroźniania tętnicy szyjnej serwety z poz. 2 o następujących właściwościach:

2. Serweta górna z przylepcem min. 230 x 150cm z wycięciem „U” na krótszym boku, wym. wycięcia 6x75cm → odporność na przenikanie cieczy min. 800cm H₂O - 1szt

Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, włóknina min. dwuwarstwowa gramatura nie mniej niż 54 g/m² niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1,2 i 3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obszaru krytycznego.

Chłonność min. 570%

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 132

do pozycji 5 pakiet 19:

Proszę o dopuszczenie w zestawie do udroźniania tętnicy szyjnej serwety z poz. 2 o następujących właściwościach:

2. Serweta górna z przylepcem min. 260 x 150cm z wycięciem „U” na krótszym boku, wym. wycięcia 6x75cm → odporność na przenikanie cieczy min. 800cm H₂O - 1szt

Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, włóknina min. dwuwarstwowa gramatura nie mniej niż 54 g/m² niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1,2 i 3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obszaru krytycznego.

Chłonność min. 570%

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 133

do pozycji 5 pakiet 19:

Proszę o dopuszczenie w zestawie do udroźniania tętnicy szyjnej serwety z poz. 2 o następujących właściwościach:

2. Serweta górna z przylepcem min. 290 x 200cm z wycięciem „U” na krótszym boku, wym. wycięcia 6x75cm → odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H₂O - 1szt

Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, włóknina min. dwuwarstwowa gramatura nie mniej niż 54 g/m² niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1,2 i 3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obszaru krytycznego.

Chłonność min. 570%

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 134

do pozycji 5 pakiet 19:

Proszę o dopuszczenie w zestawie do udroźniania tętnicy szyjnej serwety z poz. 2 o następujących właściwościach:

2. Serweta górna z przylepcem min. 260 x 150cm z wycięciem „U” na krótszym boku, wym. wycięcia 6x75cm → odporność na przenikanie cieczy min. 100cm H₂O - 1szt

Włóknina obłożenia pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, włóknina min. dwuwarstwowa gramatura nie mniej niż 54 g/m² niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1,2 i 3 dla wymagań wysokich na całej powierzchni obszaru krytycznego.

Chłonność min. 570%

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 135

Grupa 14, poz. 3

Czy zamawiający dopuści spodenki do kolan w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 136

Grupa 14, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli ww. pozycję z pakietu? Takie rozwiązanie zwiększy konkurencyjność postępowania i pozwoli na złożenie korzystniejszej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 137

Grupa 14, poz. 4

Czy zamawiający dopuści spodenki w rozmiarze uniwersalnym i XL – do wyboru Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 138

Grupa 14, poz. 5

Czy zamawiający dopuści zarękawek w kolorze zielonym lub niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 139

Grupa 14, poz. 5

Czy zamawiający dopuści zarękawek ze ściągaczem bawełnianym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 140

Grupa 14, poz. 5

Czy zamawiający dopuści zarękawek o długości 54cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 141

Grupa 14, poz. 6

Czy zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 20g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 142

Grupa 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne z 3 kieszeniami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 143

Grupa 17, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne z miękkiej, nieprzejrystej włókniny SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 144

Grupa 18, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład o właściwościach:

Podkład chłonny na stół operacyjny warstwowy: włóknina, pikowany wkład chłonny (wata, superabsorbent SAP, pulpa) , laminat nieprzemakalny w kolorze niebieskim. Rozmiar: 100 x 225cm, wkład chłonny; 50 x 205 cm, marginesy wzdłuż krótszego brzegu: 10cm, wzdłuż dłuższego brzegu 25cm, niesterylne, chłonność min.3850ml.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 145

Grupa 20, poz. 4

Czy zamawiający dopuści zestaw do odsysania pola operacyjnego ortopedyczny z końcówką Paco Flow stosowany w zabiegach ortopedycznych oraz innych, gdzie wymagana jest filtracja zanieczyszczeń i odłamków kostnych z jedną końcówką o poniższych parametrach:

końcówka

- ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort i kontrolę użytkowania
- krzyżowa perforacja filtra zatrzymująca fragmenty kości, cement, skrzepy krwi
- możliwość wymiany samego filtra oraz zapewnienie ciągłości ssania
- kaniula zakrzywiona
- 4 otwory boczne
- zaokrąglona, atraumatyczna końcówka kaniuli z dwoma otworami bocznymi
- CH 25 - Ø 5,70 mm/8,10 mm (wew./zew.)
- długość kaniuli 23 cm
- długość filtra 12,3 cm
- Ø filtra 1,6 cm

dren

- wykonany z PCV
- wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia
- nie załamujący się
- gładki wewnętrznie
- CH 30 - Ø 6,40 mm/10,10 mm (wew./zew.)
- standardowe łączniki żeńskie

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 146

Grupa 21, poz. 1

Czy zamawiający dopuści podkład o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 147

Grupa 21, poz. 3

Czy zamawiający dopuści komplet pościeli o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 148

Grupa 21, poz. 3

Czy zamawiający dopuści komplet pościeli o gramaturze 45g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 149

Grupa 21, poz. 4

Czy zamawiający dopuści pokrowce na obuwie o długości 38cm, pozostałe parametry jak w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 150

Grupa 19, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści, aby w pakiecie do protezy kolana serweta w poz. nr 3 miała rozmiar 150x240cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 151

Grupa 19, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści, aby w pakiecie do protezy kolana serweta w poz. nr 4 miała rozmiar 100x90cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 152

Czy Zamawiający w Grupie 25 Druty Kirschnera standardowe i gwintowane poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania drutów o średnicach: od 1,0 mm do 2,4 mm – skok max. co 0,2 mm oraz drutu o średnicach 2,5 mm i 3,0 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Pytanie 153

Czy Zamawiający w Grupie 25 Druty Kirschnera standardowe i gwintowane poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania drutów z gwintem wynoszącym 20 mm od strony zaostzonego końca drutu ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również proponowane rozwiązanie.

Zamawiający