



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Bydgoszcz, dnia 06.09.2017 r.

NZZ/40/P/17

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników laboratoryjnych.

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytanie nr 1 –

Zadanie nr 6:

Czy Zamawiający wymaga analizatora glukozy o precyzji $\leq 1,5\%$ do 12 mmol/L?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oczekuje analizatora, którego oznaczenia glukozy będą poniżej dopuszczalnego błędu całkowitego.

Pytanie nr 2 –

Zadanie nr 6:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora glukozy z 2 osobnymi pozycjami dla glukozy, 2 osobnymi pozycjami dla standardu i 1 osobną pozycją dla próbki cito?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 3 –

Zadanie nr 6:

Czy Zamawiający w Zestawieniu parametrów granicznych analizatora do oznaczania glukozy wymaga zaoferowania analizatora glukozy z odkrytym talerzem próbek, z możliwością dokładania próbek w trakcie badania?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z punktem 1 wymagań granicznych aparat powinien mieć wydajność min. 150 oznaczeń na godzinę i powinien być przeznaczony do pracy ciągłej.

Pytanie nr 4 –

Zadanie nr 6:

Czy Zamawiający w Zestawieniu parametrów granicznych analizatora do oznaczania glukozy wymaga zaoferowania analizatora glukozy z możliwością dokładania próbek cito w trakcie wykonywania bieżących badań?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z punktem 7 wymagań granicznych aparat powinien mieć pozycje dla standardu, kontroli, próbki pilnej.

Pytanie nr 5 –

Zadanie nr 6:

Czy Zamawiający wymaga analizatora z podajnikiem próbek powyżej 40 pozycji?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Zgodnie z punktem 1 wymagań granicznych aparat powinien mieć wydajność min. 150 oznaczeń na godzinę i powinien być przeznaczony do pracy ciągłej. Zamawiający nie dokłada takiego wymogu, ale dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 6 –

Dotyczy: załącznika nr 1 (*przedmiot zamówienia*)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę klonu, dla odczynnika CD 105 PE (uwzględnionego w pozycji nr 6, załącznika nr 1 do SIWZ) z 1G2 na TEA3/17.1.1, oznaczonego tym samym fluorochromem i z tymi samymi właściwościami? W/w przeciwiało CD 105 PE klon 1G2 nie będzie już więcej produkowane.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę.



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 7 –

Dotyczy zadania nr 1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy przedmiotu najmu z 10 dni na min. 21 dni?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 8 –

Dotyczy pkt. 3 par. 3 projektu umowy (załącznik nr 3A)

Czy ze względu na zróżnicowane wymagania dotyczące transportu oferowanego przedmiotu zamówienia (niektóre odczynniki transportowane są w temperaturze 2-8 st C, inne w suchym lodzie w temperaturze -20st C) Zamawiający wyrazi zgodę na dzielenie złożonego zamówienia na części? A co za tym idzie zgodę na możliwość wystawiania kilku faktur a nie wyłącznie jednej obejmującej całość danego zamówienia.

Wykonawca mając na uwadze interes Zamawiającego oraz dobro pacjenta ten sposób realizacji zamówienia znacznie go przyspiesza.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 –

Dotyczy Uwag umieszczonych pod opisem zamówienia

Czy Zamawiający dopuści dołączenie do wymaganych dokumentów (katalogi producenta etc) oraz instrukcje w postaci CD.

Uzasadnienie: metodyki oznaczeń zawierają średnio ok. 10 stron A4, instrukcje obsługi oferowanych analizatorów to ok. 2750 stron.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 10 –

Czy Zamawiający dopuści możliwość wykonywania w laboratorium zewnętrznym (podobnie jak TSH-Rab) oznaczenia AMH, GH, Barbiturany w surowicy (ilościowo), które są w tej samej ilości 2000 oznaczeń lub mniej na 4 lata?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę na wyjątkiem barbituranów w surowicy, ale przy spełnieniu tych samych wymogów, co dla anty- TSH R.

Pytanie nr 11 –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika (aplikacji) do oznaczeń Białko C-reaktywne oraz hs CRP jeśli zakres liniowości zaoferowanego odczynnika da możliwość oznaczania CRP w zakresie 0,2-320 mg/l?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 12 –

Czy w związku z wymogiem uwzględnienia dodatkowej liczby testów przeznaczonych na kalibrację Zamawiający wymaga, żeby ta dodatkowa ilość testów była skalkulowana zgodnie z sugestiami producenta zaoferowanych odczynników opisanymi w ulotkach odczynnikowych tych testów?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający oczekuje kalkulacji testów przeznaczonych na kalibrację zgodnej ze stanem faktycznym. Jeśli brak danych w ulotkach odczynnikowych należy przedłożyć inny posiadany dokument, np. oświadczenie wykonawcy lub producenta odczynników.

Pytanie nr 13 –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej, która długości serii krótszej niż 1 rok jeśli zaoferowane serie różne w ciągu 1 roku będą posiadały te same wartości (dotyczy jedynie kontroli dedykowanych)?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14 –

Czy poprzez zapis „Ilość opakowań dostosowana do ilości wykonywanych oznaczeń oraz trwałości odczynnika” w pkt. 4 tabeli „Wymagania graniczne dla odczynników” Zamawiający ma na myśli trwałość odczynnika po otwarciu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (punkt 4 wymagań granicznych dla odczynników).

Pytanie nr 15 –

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenia materiału do kontroli międzylaboratoryjnej dla parametrów TSH-Rab, AMH, jeśli parametry te byłyby wykonywane w laboratorium zewnętrznym?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający, zgodnie z SIWZ i odpowiedzią na pytanie nr 10 wyraża zgodę na wykonywanie w laboratorium zewnętrznym TSH-Rab, AMH, GH i w tych przypadkach nie wymaga dostarczenia materiału do kontroli międzylaboratoryjnej



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 16 –

Czy oznaczenia w ilości mniejszej od 6000 będą wykonywane jedynie na platformie zintegrowanej lub jedynie na aparatach pomocniczych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (punkt 2 wymagań granicznych dla systemu zintegrowanego oraz 2 analizatorów pomocniczych oraz punkt 4 wymagań granicznych dla odczynników)

Pytanie nr 17 –

Czy Zamawiający dopuści odczynnik do oznaczania Troponiny w czasie 15 minut? Zgodnie z rekomendacjami PTK wynik powinien zostać wydany w ciągu 60 minut od pobrania materiału.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę, ale jednocześnie informuje, że w punkcie 7 wymagań granicznych dla odczynników wskazał przyczynę swoich wymagań odnośnie czasu oczekiwania na wynik troponiny. Ze względu na ważność dla Zamawiającego, czas oczekiwania na wynik troponiny znalazł się również w parametrach ocenianych.

Pytanie nr 18 -

Czy Zamawiający wymaga aby test do oznaczania Troponiny był testem wysokoczułym umożliwiającym pracę w harmonogramie 03/ h i 0,1/h o czułości nie gorszej niż 10 pg/ml?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, gdzie w punkcie 6 wymagań granicznych dla odczynników określił wymagania dla odczynnika do oznaczania troponiny.

Pytanie nr 19 –

Czy Zamawiający dopuści jedną stację wody zarówno dla analizatorów podstawowych i analizatorów back-up, o wydajności zapewniającej pracę na wszystkich analizatorach?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 20 –

Zadanie nr 2

Dostawa odczynników do oznaczeń białek specyficznych z najmem aparatu na okres 4 lat

Wymagania graniczne dla odczynników- pkt. 5:

Prosimy o zmianę zapisu pkt. 5 o konieczności kalkulowania ilości oferowanych odczynników z uwzględnieniem trwałości odczynnika na pokładzie. Proponujemy, aby wymóg uwzględnienia trwałości odczynników na pokładzie został zastąpiony koniecznością zaoferowania ilości opakowań pozwalającej na zachowanie dostępności badania przez cały okres trwania umowy i przechowywaniu odczynnika roboczego w lodówce. Pozwoli to na ekonomiczne skalkulowanie oferty zgodne z powszechnie stosowaną praktyką laboratoryjną. W przeciwnym razie koniecznym będzie zaoferowanie większej ilości odczynnika, która „sztucznie” podniesie koszty oferty, a nie zostaną one wykorzystane biorąc pod uwagę ilość badań w okresie 48 miesięcy.

Wkładanie i wyjmowanie odczynników na pokład urządzenia nie stanowi jakiegokolwiek problemu, każdy odczynnik może być wkładany i wyjmowany z pokładu urządzenia dowolną ilość razy. Przydatność odczynnika i jego dalsze użycie weryfikuje poprawny wynik przeprowadzonego badania kontroli jakości.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza opisane rozwiązanie pod warunkiem, że Oferent przyjmie następujący schemat dla oznaczeń prealbuminy, IGG w surowicy i PMR oraz albuminy w PMR - 8 godzin dziennie w dni robocze wymienione odczynniki pozostają na pokładzie analizatora, a następnie w ciągu kolejnych godzin, jak i w dni wolne od pracy odczynniki przynajmniej 2 razy są wyjmowane z lodówki i wkładane na pokład analizatora. Czas przeznaczony na czynności związane z obsługą aparatu nie może przekraczać każdorazowo więcej niż 5 min, a Oferent w ofercie uwzględni wszystkie materiały zużywalne oraz odczynniki wynikające z dodatkowego wyjmowania i wkładania na pokład wymienionych odczynników.

Pytanie nr 21 –

Dotyczy zadania nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy i instalacji analizatora oraz podłączenia do LIS do maksymalnie 16 dni roboczych od daty podpisania umowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 22 –

Dotyczy zadania nr 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji serwisu do 4 godzin oraz czasu przyjazdu serwisu do 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 23 –

Czy Zamawiający przez zapis w siwz „dni robocze” rozumie dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający przez zapis w SIWZ „dni robocze” rozumie dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 24 –

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty instrukcji obsługi odczynników i sprzętu w wersji elektronicznej (PDF. lub Word) zapisanej na płycie CD/DVD/pendrive?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 25 –

Dotyczy wzoru umowy (zał. Nr 3A) dot. Pakietu nr 2 – par. § 4, ust. 14: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę oraz doprecyzowanie zapisów umowy dotyczących kar umownych wg propozycji:

„14. W przypadku zwłoki w należyтым wykonaniu umowy lub jej części przez Wykonawcę Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 1% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% łącznej wartości umowy brutto”?

Uzasadnienie:

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalenie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 26 –

Dotyczy wzoru umowy (zał. Nr 3A) dot. Pakietu nr 2 – par. § 4, ust. 16: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisów umowy wg propozycji:

„16. Poza innymi przypadkami przewidzianymi umową lub przepisami prawa Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych, w przypadku przekraczającej 7 dni roboczych lub powtarzającej się zwłoki w dostawie przedmiotu dostawy lub załatwieniu reklamacji albo w przypadku powtarzających się reklamacji, a także w przypadku przekraczającej 5 dni roboczych zwłoki w dostarczeniu przedmiotu najmu. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie – w przypadku okoliczności dotyczących dostawy lub w terminie 1 miesiąca – w przypadku okoliczności dotyczącej najmu”?

Uzasadnienie:

Odstąpienie od umowy jest najdrastyczniejszą (nadmierzającą) formą rozwiązania problemów występujących w trakcie wykonywania umowy, z tego też względu nie powinno mieć miejsca, jeśli Wykonawca narusza umowę w sposób nieistotny. Ponadto w takich postanowieniach należy wyraźnie napisać, w jakich konkretnych sytuacjach / stanach Zamawiający będzie mógł takie prawo wykonać, a także powinno być postanowienie zobowiązujące Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania takich naruszeń, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w wyznaczonym dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni robocze, po bezskutecznym upływie tego terminu. Tym bardziej, że interes Zamawiającego w tym zakresie w pełni zabezpieczają przepisy Kodeksu cywilnego oraz pozostałe postanowienia umowy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 27 –

Dotyczy wzoru umowy (zał. Nr 3A) dot. Pakietu nr 2 – par. § 4, ust. 19: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu tego punktu umowy wg propozycji:

„19. W sytuacji gdy kara umowna przewidziana w przepisach poprzedzających nie pokrywa w całości szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego, do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest do kwoty łącznej wartości umowy netto, o której mowa w § 1 ust. 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez ZAMAWIAJĄCEGO swoim kontrahentom oraz inne szkody o podobnym charakterze”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 28 –

Dotyczy wzoru umowy (zał. Nr 3A) dot. Pakietu nr 2 – par. § 5, ust. 8 oraz § 6 ust. 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisów umowy wg propozycji:

„§ 5 ust. 8. Wykonawca udziela Zamawiającemu zobowiązania do świadczenia usług serwisowych przedmiotu najmu na cały okres wykonania umowy i zobowiązuje się do usunięcia wad przedmiotu najmu, które ujawnią się w czasie trwania najmu”?

„§ 6 ust. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu zobowiązania do świadczenia usług serwisowych przedmiotu najmu na warunkach opisanych w niniejszej umowie i w załączniku nr 1 – Przedmiot zamówienia”.

Uzasadnienie:

Prosimy o zmianę brzmienia zapisu umowy. Zwracamy uprzejmie uwagę, że przedmiotem umowy jest NAJEM analizatorów, a nie ich sprzedaż na rzecz Zamawiającego. Kodeks cywilny zaś nie przewiduje instytucji gwarancji w odniesieniu do najmu. Jeżeli zamiarem Zamawiającego było zawarcie umowy kupna – sprzedaży analizatorów to prosimy o zmianę pozostałych zapisów umowy. W świetle zasad kodeksu cywilnego, Wykonawca nie może zobowiązać się do udzielenia gwarancji na przedmiot najmu gdyż byłoby to sprzeczne z naturą stosunku prawnego najmu. Wykonawca może zaś zobowiązać się do świadczenia, w ramach czynszu najmu, usług serwisowych dot. analizatorów.



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 29 –

Dotyczy wzoru umowy (zał. Nr 3A) dot. Pakietu nr 2 – par. § 5, ust. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie terminu dostawy „przedmiotu najmu wolnego od wad” w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 30 –

Dotyczy wzoru umowy (zał. Nr 3A) dot. Pakietu nr 2 – par. § 5, ust. 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie części zapisu tego punktu wg propozycji: „(...) W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w §5 ust. 9 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karą umowną wysokości 1/100 miesięcznego czynszu najmu wynikającego z niniejszej umowy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki, nie więcej niż 10% łącznej wartości umowy netto”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 31 –

Dotyczy wzoru umowy (zał. Nr 3A) dot. Pakietu nr 2 – par. § 5, ust. 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu tego punktu umowy wg propozycji:

„10. W przypadku nie usunięcia wady lub nie dostarczenia przedmiotu najmu wolnego od wad w przewidzianym terminie Zamawiający ma prawo, według swojego wyboru:

1) po wezwaniu do wykonania obowiązków wynikających z umowy przez Wykonawcę w określonym przez siebie dodatkowym terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych, zlecić usunięcie wady osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta przedmiotu najmu, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego, jak również ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości miesięcznego czynszu najmu wynikającego z niniejszej umowy; gdy wada nie daje się usunąć Zamawiający ma prawo zapewnić sobie od osoby trzeciej sprzęt o analogicznych lub zbliżonych parametrach na koszt Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania, na okres do momentu dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad; Zamawiający w takim przypadku ma także prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości jak wyżej,

2) żądać wykonania obowiązków wynikających z umowy i obciążyć Wykonawcę karą umowną wysokości 1/8 miesięcznego czynszu najmu wynikającego z niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony w ust. 9, nie więcej niż 10% łącznej wartości umowy netto.

3) odstąpić od umowy także w zakresie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i naliczyć karę umowną w wysokości określonej w §4 ust. 17, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji obowiązków umownych i po bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w tym celu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych”?

Uzasadnienie jak w pytaniu nr 6.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 32 –

Dotyczy wzoru umowy (zał. Nr 3A) dot. Pakietu nr 2 – par. § 6, ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu tego punktu umowy wg propozycji:

3. Zamawiający może dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi przedmiotu dostawy. Do odpowiedzialności z tytułu rękojmi, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, stosuje się przepisy ustawy – Kodeks Cywilny.?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33 –

Dotyczy wzoru umowy (zał. Nr 3A) dot. Pakietu nr 2 – par. § 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisów umowy poprzez dodanie w par. 6 ustępu 4 wg propozycji:

„4. Zamawiający traci uprawnienia wynikające z usług serwisowych świadczonych przez Wykonawcę zgodnie z umową, w przypadku dokonania napraw, przeróbek lub modyfikacji przedmiotu dzierżawy przez osoby nieupoważnione. Zamawiający może utracić ww. uprawnienia również wówczas, jeśli Wykonawca (jego upoważniony przedstawiciel, serwisant) stwierdzi, że Zamawiający korzysta z akcesoriów innych niż zalecanych przez Wykonawcę lub korzysta z odczynników innych niż dostarczane przez Wykonawcę, co wpływa negatywnie na jakość pracy przedmiotu dzierżawy lub stan przedmiotu dzierżawy; w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu swoją decyzję niezwłocznie.”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 34 –

Czy Zamawiający w Zadaniu 9 w pozycji 1 dopuści strzykawkę do gazometrii o objętości 3ml do pomiarów przy badaniu krwi tętniczej ze zbalansowaną suchą heparyną litową, heparyna balansowana wapniem?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ

Pytanie nr 35 –

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 w pozycji 1 dopuści strzykawkę do gazometrii o objętości 1ml do pomiarów przy badaniu krwi tętniczej ze zbalansowaną suchą heparyną litową, heparyna balansowana wapniem?



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ

Pytanie nr 36 –

Czy Zamawiający w Zadaniach 9 oraz 10 wymaga, aby strzykawki do pobierania krwi tętniczej posiadały filtr hydrofobowy, uszczelniający się przy kontakcie z krwią nakładany na zakończenie strzykawki, umożliwiający bezpieczne usunięcie pęcherzyków powietrza z pobranej próbki? Filtr hydrofobowy w gazometrii stosowany jest ze względów epidemiologicznych (brak aerozolowania krwi przy odpowietrzaniu strzykawki) oraz ze względów na dokładność badania gazometrycznego (skuteczna bariera wymiany gazowej pomiędzy próbką krwi a powietrzem, zanim strzykawka zostanie podpięta do analizatora).

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje w tym względzie zapisy SIWZ, które umożliwiają zaoferowanie opisanego rozwiązania.

Pytanie nr 37 –

Dotyczy §4 ust. 15 projektu umowy – załącznik nr 3B do SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 1% wartości niedostarczonego/ reklamowanego przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 38 –

Dotyczy §4 ust. 15a) projektu umowy – załącznik nr 3B do SIWZ:

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmniejszenie wysokości kar umownych do 2% wartości brutto zamówienia, którego dotyczy naruszenie.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 39 –

Dotyczy Zadania nr 9, poz. 1:

Czy Zamawiający w Zadaniu 9 poz. 1 wymaga, aby obj. krwi podana w SIWZ, czyli 1,5-2ml była objętością krwi pobranej?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowana strzykawka umożliwiała pobranie krwi w objętości 1,5 – 2 ml

Pytanie nr 40 –

Dotyczy Zadania nr 9, poz. 1:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 9 poz. 1 wymagając strzykawki z odpowietrznikiem wymaga membrany odpowietrzającej zintegrowanej z tłokiem strzykawki, co w znacznym stopniu przyczynia się do uzyskania najbardziej dokładnych i wiarygodnych wyników badań gazometrycznych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 41 –

Dotyczy Zadania nr 10, poz. 1:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10 poz. 1 wymaga zaoferowania strzykawki do badań z zakresu równowagi kwasowo-zasadowej, z krwi tętniczej dla noworodków, z membraną odpowietrzającą, o rekomendowanej objętości napełnienia 0,5-0,8 ml?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 42 –

Dotyczy Zadania nr 10, poz. 1:

Czy Zamawiający w Zadaniu nr 10 poz. 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki do badań równowagi kwasowo-zasadowej o rekomendowanej objętości napełnienia 0,5-0,8 ml?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 43 –

Dotyczy: zadanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie na wezwanie dokumentów opisanych w pkt. 2.6.2 i 2.6.3 na płycie CD? Dokumenty w wersji papierowej zostaną dostarczone Zamawiającemu wraz z pierwszą dostawą odczynników, instrukcje z dostawą analizatorów.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 44 –

Dotyczy: zadanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który działa w oparciu o metodę nefelometryczną i turbidymetryczną, a wybór metody do oznaczania zależy od rodzaju, wielkości i specyfiki badanego analitu? Analizator ze względu na zastosowanie możliwości wyboru metody, zastosowanie dwóch źródeł światła i dwóch rodzajów detektorów zapewnia wysoką i unikalną czułość i swoistość oznaczeń.



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 45 –

Dotyczy: zadanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora fabrycznie nowego rok produkcji 2016r?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 46 –

Dotyczy: zadanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora o wydajności do 180 ozn./godzinę?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 47 –

Dotyczy: Projekt umowy, załącznik nr 3A

§5, ust.4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zainstalowanie i uruchomienie przedmiotu najmu w terminie 30 dni roboczych od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48 –

Dotyczy: Projekt umowy, załącznik nr 3A

§4, ust.12. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 2% wartości brutto niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 49 –

Dotyczy: Projekt umowy, załącznik nr 3A

§4, ust.15a. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 5% wartości brutto zamówienia, którego dotyczy naruszenie?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50 –

Dotyczy: Projekt umowy, załącznik nr 3A

§4, ust.17. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary umownej do 10% całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 51 –

Dotyczy: Projekt umowy, załącznik nr 3A

§5, ust.9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy na: „zgłoszenia Zamawiającego dotyczące wad (awarii) przedmiotu najmu będą załatwiane przez Wykonawcę, poprzez usunięcie wady w terminie do 24 godzin od momentu przyjazdu serwisu lub poprzez dostarczenie przedmiotu najmu wolnego od wad w ciągu 6 dni od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 52 –

Dotyczy: Zadania nr 1

Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu dostawy przedmiotu najmu do 15 dni roboczych

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 53 –

Dotyczy: Zadania nr 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania testu AMH, którego wynik wyrażony jest w pmol/l i umożliwia wyliczenie indywidualnego dawkowania folitropiny delta Ferringa?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga ale dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 54 –

Dotyczy: Zadania nr 1

Prosimy o wyrażenie zgody by w tabeli "Wymagania graniczne dla odczynników" Lp.5- zamiast "tak/nie" wpisać "nie dotyczy"

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w przypadkach ewidentnych dopuszcza takie rozwiązanie



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 55 –

Dotyczy Zadania nr 1

Czy ze względu na specyfikę Szpitala (min. oddział pediatriczny) Zamawiający oczekuje jak najmniejszej objętości próbki pobieranej przez aparat do oznaczenia prokalcytoniny, nie więcej niż 50 mikrolitrów?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ (w parametrach ocenianych jest punkt dotyczący możliwości oznaczania próbek pediatricznych)

Pytanie nr 56 –

Dotyczy Zadania nr 1

Prosimy o podanie nazwy dostawcy i numerów pełnych cykli wymaganego Programu Zewnętrznej Oceny Jakości Badań Laboratoryjnych dla badań wymienionych w tabeli "Wymagania graniczne dla odczynników" Lp8.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wskazuje konkretnego dostawcy.

Pytanie nr 57 –

Dotyczy Zadania nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, na zaoferowanie jednego odczynnika (anty-TSHR) dla którego odczynnik wstępny przed użyciem musi zostać odpowiednio przygotowany?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 58 –

Dotyczy Zadania nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby wydajność immunochemicznego analizatora pomocniczego wynosząca min. 80 ozn./godz. była zachowana dla wszystkich oferowanych w postępowaniu parametrów immunochemicznych, niezależnie od typu reakcji jedno- lub dwustopniowe

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, gdzie w punkcie 3 wymagań granicznych dla systemu zintegrowanego oraz 2 analizatorów pomocniczych określił wydajność. Słowo minimum dla Zamawiającego jest jednoznaczne i niezależne od typu reakcji.

Pytanie nr 59 –

Dotyczy Zadania nr 1, pkt. 3 parametrów granicznych dla systemu zintegrowanego i pomocniczego, Załącznik nr 1 do SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga oznaczania elektrolitów przy pomocy bezobsługowych elektrod wymienianych pojedynczo w zależności od zużycia?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wprowadza dodatkowego wymogu.

Pytanie nr 60 –

Dotyczy Zadania nr 1, pkt. 5 parametrów granicznych dla systemu zintegrowanego i pomocniczego, Załącznik nr 1 do SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga aby analizator w razie potrzeby umożliwiał dostawianie lub wymianę odczynników w każdym momencie pracy analizatora?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 61 –

Dotyczy Zadania nr 1, pkt. 11 parametrów granicznych dla systemu zintegrowanego i pomocniczego, Załącznik nr 1 do SIWZ:

Czy Zamawiający wymaga aby analizator umożliwiał automatyczne udrażnianie igły pobierającej po zaaspirowaniu skrzepu?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie wprowadza dodatkowego wymogu.

Pytanie nr 62 –

Dotyczy zapisów w SIWZ:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu przedstawienia jednolitych dokumentów (JEDZ) i innych dotyczących podwykonawców, którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy jednocześnie nie są podmiotami na zasoby których powołuje się wykonawca?

Uzasadnienie:

Zgodnie z treścią art. 25a ust. 5 Prawa zamówień publicznych: „Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: 1) składa jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. ”

Powyższe w odniesieniu do pozostałych dokumentów wprost potwierdza Par. 9 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126) tj.: „Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1-9, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.”



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

W związku z powyższym w przypadku, gdy wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia innemu podmiotowi, a jednocześnie nie polega na jego zasobach w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ustawodawca nie obliguje zamawiającego do żądania ww. dokumentów. Jest to wyłącznie fakultatywne uprawnienie zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 63 –

Dot.: Załącznik nr 3A

Par. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu obowiązywania umowy do 44 miesięcy?

Uzasadnienie:

Dłuższy termin trwania umowy niż 44 miesiące narazi Zamawiającego na konieczność amortyzowania przedmiotu umowy, a tym samym zwiększy po jego stronie koszty kontraktu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 64 –

Dot.: Załącznik nr 3A

Par. 4 ust. 16 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 65 –

Dot.: Załącznik nr 3A

Par. 4 ust. 17 Prosimy o modyfikację ww. postanowienia wzoru umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości wynagrodzenia brutto dot. niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstąpienie do umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 66 –

Dot.: Załącznik nr 3A

Par. 4 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 67 –

Dot.: Załącznik nr 3A

Par. 5 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „godzin” na „godzin w dni robocze”?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 68 –

Dot.: Załącznik nr 3A

Par. 8 Czy na podstawie art. 31 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.)- Zamawiający- jako administrator danych osobowych, które mogą znajdować się na aparatach będących przedmiotem zamówienia i do których w związku z prawidłową realizacją obowiązków wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, tj. przyłączenie do sieci, dokonywanie przeglądów, świadczenie usług serwisowych może mieć dostęp Wykonawca, wyrazi zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych? Dostęp do danych osobowych wynikający z realizacji obowiązków zawartych w umowie stanowi przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r., poz. 1182 ze zm.). Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta zostałaby z Wykonawcą jako procesorem wg załączonego wzoru.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 69 –

Dotyczy SIWZ pkt. 2.6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie wymaganych instrukcji oferowanych analizatorów na płycie CD z uwagi na bardzo dużą ilość stron?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Pytanie nr 70 –

dotyczy Rozdziału VI pkt 2b SIWZ oraz § 5 ust. 4 w zw. z § 5 ust. 13 Projektu Umowy

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o uściślenie terminu dostawy przedmiotu najmu.

Aktualnie w SIWZ Rozdział VI pkt 2b oraz w Projekcie Umowy § 5 ust. 4 mowa o terminie dostawy w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, natomiast w § 5 ust. 13 mowa o tym, że termin umowy będzie biegł od wskazanego dnia przez 48 miesięcy, tj.:

„W zakresie przedmiotu najmu, strony ustalają czas trwania umowy na okres 48 miesięcy od dnia do dnia”.

Czy intencją Zamawiającego jest, aby umowa została zrealizowana po zakończeniu realizacji obecnie obowiązującej u Zamawiającego umowy?

Jeśli tak, prosimy o jednoznaczne wskazanie, że dostawa ma zostać zrealizowana w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż dnia 18 grudnia 2017 r.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 71 –

dotyczy treści Załącznika nr 1 do SIWZ (Wymagania graniczne dla odczynników), pkt 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie odczynników wraz z materiałem kontrolnym, dla których stałość numeru seryjnego będzie wynosiła średnio 12 miesięcy, dzięki czemu możliwe będzie zachowanie jak najdłuższego okresu kontroli tej samej serii?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 72 –

dotyczy § 3 ust. 3 w zw. z § 4 ust. 15a Projektu Umowy

Czy w wyjątkowych sytuacjach, kiedy przyczyna opóźnień realizacji zamówienia leżałaby po stronie producenta, a nie Wykonawcy,

Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w więcej niż 1 dostawie, a w konsekwencji dopuszcza możliwość wystawienia dla każdej z dostaw osobnej faktury z numerem złożonego zamówienia?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 73 –

dotyczy § 4 ust. 15a Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację ze wskazanych w § 4 ust. 15a Projektu Umowy kar, w sytuacji, gdy do naruszenia obowiązków, o których mowa w § 3 pkt 3, w sytuacji, gdy przyczyna naruszenia leży po stronie producenta lub firmy kurierskiej zapewniającej dostawę, a nie Wykonawcy, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem producenta albo firmy kurierskiej.

Czy w każdym innym wypadku, Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie tej kary do wysokości 4% wartości zamówienia brutto niezrealizowanej części zamówienia?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 74 –

dotyczy § 4 ust. 15a Projektu Umowy

Czy w razie braku odpowiedzi twierdzącej na pytanie powyżej („dotyczy § 4 ust. 15a Projektu Umowy; Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację ze wskazanych w § 4 ust. 15a Projektu Umowy kar, w sytuacji, gdy do naruszenia obowiązków, o których mowa w § 3 pkt 3, w sytuacji, gdy przyczyna naruszenia leży po stronie producenta lub firmy kurierskiej zapewniającej dostawę, a nie Wykonawcy, co zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem producenta albo firmy kurierskiej. Czy w każdym innym wypadku, Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie tej kary do wysokości 4% wartości zamówienia brutto niezrealizowanej części zamówienia?..”) Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej wskazanej w § 4 ust. 15a do 4% wartości zamówienia brutto niezrealizowanej części zamówienia, niezależnie od okoliczności?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 75 –

dotyczy § 4 ust. 12 i ust. 14 Projektu Umowy

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że kara umowna (5%), o której mowa w § 4 ust. 12 Projektu Umowy dotyczy wyłącznie sytuacji, w której Zamawiający dokona zakupu interwencyjnego, natomiast kara umowna, o której mowa w § 4 ust. 14 Projektu Umowy dotyczy wyłącznie sytuacji zwłoki?

Czy Wykonawca dobrze rozumie, że kary te nie będą podlegały łączeniu (kumulacji), tj. Zamawiający naliczy albo karę, o której mowa w § 4 ust. 12 Projektu Umowy albo karę, o której mowa w § 4 ust. 14 Projektu Umowy?

Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie kary umownej, o której mowa w § 4 ust. 12 Projektu Umowy do 2% wartości brutto niedostarczonego lub reklamowanego przedmiotu dostawy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający w przypadku zwłoki przekraczającej termin określony w § 4 ust. 12 może zrealizować wykonanie zastępcze (zakup interwencyjny) i naliczyć karę umowną przewidzianą w ww. zapisie umowy albo naliczyć karę umowną przewidzianą na wypadek zwłoki określoną w § 4 ust. 14. Sankcje z § 4 ust. 12 i 14 są alternatywne, a wybór jednej z nich należy do Zamawiającego.

Zastosowanie sankcji z jednego z ww. zapisów umowy wyklucza zastosowanie sankcji z drugiego z nich.

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary umownej.

Pytanie nr 76 –

dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ (wymagania graniczne dla analizatora), pkt 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora z automatyczną detekcją antygenu, jednak nie jest ona stosowana w przypadkach niektórych testów, dla których zakresy liniowości pozwalają na wyeliminowanie wystąpienia tego zjawiska?



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 77 –

dotyczy § 4 ust 9 i 10 Projektu Umowy

Na jakim etapie postępowania i przez kogo będzie ustalony termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej? W Projekcie Umowy pozostawiono tu puste miejsca (§ 4 ust. 9 lit. b).

Prosimy o wprowadzenie do procedury reklamacji opisanej w §4 ust 9 i 10, jednolitego terminu rozpatrzenia reklamacji przez Wykonawcę (5 dni roboczych od daty jej zgłoszenia), co pozwoli Wykonawcy na dokonanie szczegółowej analizy danych przekazanych przez użytkownika odczynnika/urządzenia, w tym również zbadanie sprawy przez producenta, jeśli będzie to konieczne.

Odpowiedź na zapytanie:

Zgodnie z SIWZ – Rozdział VI pkt 3 określono, że termin załatwienia reklamacji nastąpi najpóźniej do 7 dni roboczych. Dodatkowo w SIWZ – Rozdział VII, kryterium oceny dla zadań 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 obowiązuje kryterium wymiany towaru w ramach reklamacji jakościowej. Biorąc pod uwagę powyższe Wykonawca ma zaproponować w formularzu oferty termin załatwienia reklamacji, jednakże nie powinien być on dłuższy niż 7 dni roboczych.

Pytanie nr 78 –

dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, Tabela 1 zadanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wykonywał oznaczenia testu β -2-mikroglobuliny w:

- a) surowicy,
- b) moczu
- c) w obydwu materiałach?

Jeśli w obydwu prosimy o podanie przewidywanej maksymalnej liczby testów do oznaczenia w surowicy i w moczu w okresie trwania umowy.

W przypadku oferty jaką chcemy przedstawić producent zapewnia dwa osobne testy o różnych numerach katalogowych do oznaczeń w surowicy i w moczu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający będzie wykonywał oznaczenia testu β -2-mikroglobuliny tylko w surowicy.

Pytanie nr 80 –

dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ, Tabela 1 zadanie nr 2

Prosimy o podanie liczby wymaganych testów wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda do oznaczenia osobno w surowicy i osobno w moczu.

W przypadku oferty jaką chcemy przedstawić producent zapewnia dwa osobne testy o różnych numerach katalogowych do oznaczeń wolnych lekkich łańcuchów kappa i lambda w surowicy i w moczu.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający szacuje, że ilość w moczu będzie na poziomie około 1500 wolnych lekkich łańcuchów kappa i 1500 wolnych lekkich łańcuchów lambda w okresie 4 lat.

Pytanie nr 81 –

dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ (warunki graniczne)

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji serwisu do maksymalnie 120 min (zamiast wskazanych w SIWZ 60 min) od momentu zgłoszenia usterki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82 –

dotyczy Rozdziału VII pkt 3) lit c) SIWZ, Tabela 3.2.

Czy kryterium oceniane „termin dostarczenia przedmiotu dostawy” dla zadania 2 dotyczy odczynników czy urządzenia, czy obydwu pozycji?

Odpowiedź na zapytanie:

Dotyczy przedmiotu dostawy czyli odczynników.

Pytanie nr 83 –

dotyczy § 4 ust. 14 i ust. 15a Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar umownych wskazanych w §4 ust. 14 Projektu Umowy poprzez ich obniżenie z 2%

wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do 1% wartości brutto nie dostarczonego w terminie lub reklamowanego przedmiotu dostawy za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 84 –

dotyczy § 4 ust. 16-19 Projektu Umowy

Zgodnie ze wskazanymi przepisami:

„16. Poza innymi przypadkami przewidzianymi umową lub przepisami prawa Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy, w przypadku przekraczającej 7 dni roboczych lub powtarzającej się zwłoki w dostawie przedmiotu dostawy lub załatwieniu reklamacji albo w przypadku powtarzających się reklamacji, a także w przypadku przekraczającej 5 dni roboczych zwłoki w dostarczeniu przedmiotu najmu. Zamawiający może od umowy odstąpić w terminie 8 miesięcy od powzięcia wiadomości o przyczynie uzasadniającej odstąpienie – w przypadku okoliczności dotyczących dostawy lub w terminie 1 miesiąca – w przypadku okoliczności dotyczącej najmu.



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

17. W przypadku rozwiązania, w tym odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć go karą umowną w wysokości 15 % całkowitej wartości brutto przedmiotu niniejszej umowy.

18. Zamawiający może od umowy odstąpić w przypadku ogłoszenia likwidacji Wykonawcy. Zapisów ust. 17 w takim przypadku nie stosuje się.

19. W sytuacji gdy kara umowna przewidziana w przepisach poprzedzających nie pokrywa w całości szkody, stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania uzupełniającego, do wysokości poniesionej szkody, na zasadach ogólnych".

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do Projektu Umowy postanowienia, zgodnie z którym, w każdym wypadku, przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 10 dni roboczych?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 85 –

Rozdział VIII pkt 2 SIWZ w zw. z Projektem Umowy

Zgodnie z SIWZ termin wynosi minimum 60 dni. Czy Zamawiający zaakceptuje termin płatności 45 dni?

Projekt Umowy przewiduje możliwość przedłużenia terminu płatności o 30 dni, co w sumie daje razem 75 dni płatności.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 86 –

dotyczy § 5 ust. 9 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy nowego urządzenia w przypadku braku możliwości usunięcia awarii (w umowie awarii/wady) w terminie do 24 godzin od momentu przyjazdu serwisu, tj. wydłużenie z 4 dni roboczych na 7 dni roboczych od momentu otrzymania zgłoszenia o awarii.

W tym czasie Wykonawca może odebrać materiał badany od Zamawiającego i wykonać badania w Laboratorium zewnętrznym w ciągu 2 dni roboczych na własny koszt.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 87 –

dotyczy § 5 ust. 9 Projektu Umowy

Zgodnie z § 5 ust. 9 Projektu Umowy:

„W przypadku wady (awarii) przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia naprawy w terminie do godzin od chwili zgłoszenia (dotyczy zadania 1,2,4,5,6). Zgłoszenia Zamawiającego dotyczące wad (awarii) przedmiotu najmu będą załatwiane przez Wykonawcę, poprzez usunięcie wady w terminie do 24 godzin od momentu przyjazdu serwisu lub poprzez dostarczenie przedmiotu najmu wolnego od wad w ciągu 4 dni od momentu otrzymania zgłoszenia o wadzie. Zgłoszenie następuje w sposób określony w §4 ust. 2. Wykonawca będzie w miarę możliwości usuwał wady na miejscu. W przypadku braku takiej możliwości transport z pomieszczenia, w którym umieszczony będzie u Zamawiającego przedmiot najmu do miejsca usuwania wad i z powrotem zobowiązany jest zapewnić na swój koszt i ryzyko Wykonawca. /W przypadku wadliwego działania sprzętu jego wymiana na sprawny nastąpi w ciągu 24h od chwili zgłoszenia (dotyczy zadania 11).

W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w §5 ust. 9 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną wysokości 1/100 miesięcznego czynszu najmu wynikającego z niniejszej umowy za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki”.

- 1) Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie do Projektu Umowy jednoznacznych definicji pojęć „wada” i „awaria”, zarówno w odniesieniu do przedmiotu umowy, jak i przedmiotu najmu.
- 2) Co Zamawiający rozumie przez „wadę” i „awarię”?
- 3) Czym w ocenie Zamawiającego jest „awaria” przedmiotu umowy, tj. awaria odczynników?
- 4) Dodatkowo, Wykonawca zwraca się z wnioskiem o ujednolicenie postanowień § 5 ust. 9 Projektu Umowy w stosunku, do jej pozostałej treści i wskazanie, że dni, o których mowa w tych postanowieniach, to dni robocze.

Odpowiedź na zapytanie:

- 1) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
- 2) Paragraf 5 dotyczy przedmiotu najmu, a nie przedmiotu dostawy (odczynników), tak więc pytanie o odczynniki jest bezprzedmiotowe. Wada oznacza jakąkolwiek niesprawność czy uszkodzenie przedmiotu najmu wynikłe z przyczyn tkwiących w tym przedmiocie. Pojęcie awarii umieszczono w nawiasie za określeniem wada, więc są to w umowie pojęcia tożsame. Wskutek tego wyjaśnienia odnośnie definicji awarii zostały udzielone powyżej.
- 3) Pojęcie awarii użyte jest w odniesieniu do przedmiotu najmu nie zaś do przedmiotu dostawy.
- 4) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 88 –

dotyczy § 5 ust. 10 Projektu Umowy

Zgodnie z § 5 ust. 10 Projektu Umowy:

„W przypadku nie usunięcia wady lub nie dostarczenia przedmiotu najmu wolnego od wad w przewidzianym terminie Zamawiający ma prawo, według swojego wyboru:

- 1) po wezwaniu do wykonania obowiązków wynikających z umowy przez Wykonawcę w określonym przez siebie terminie zlecić usunięcie wady osobie trzeciej posiadającej autoryzację producenta przedmiotu najmu, a kosztami naprawy obciążyć Wykonawcę, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiającego, jak również ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości miesięcznego czynszu najmu wynikającego z niniejszej umowy; gdy wada nie daje się usunąć Zamawiający ma prawo zapewnić sobie od osoby trzeciej sprzęt o analogicznych lub zbliżonych parametrach na koszt Wykonawcy, który ma obowiązek uregulować należność w terminie 14



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

dni od daty otrzymania wezwania, na okres do momentu dostarczenia przedmiotu umowy wolnego od wad; Zamawiający w takim przypadku ma także prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości jak wyżej,

2) żądać wykonania obowiązków wynikających z umowy i obciążyć Wykonawcę karą umowną wysokości 1/8 miesięcznego czynszu najmu wynikającego z niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, ponad termin określony w ust. 9,

3) odstąpić od umowy także w zakresie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 i naliczyć karę umowną w wysokości określonej w § 4 ust. 17".

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o ujednolicenie postanowień § 5 ust. 10 Projektu Umowy w stosunku, do jej pozostałej treści i wskazanie, że dni, o których mowa w tych postanowieniach, to dni robocze.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 89 –

dotyczy SIWZ pkt 2.6.2 i pkt 2.6.3

Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie katalogów/folderów producenta potwierdzających zaoferowane parametry w języku angielskim?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90 –

dotyczy wymagania graniczne dla odczynników zadanie 2

Czy w przypadku kiedy producent nie określa w dokumentacji odczynników konkretnego terminu trwałości kalibracji dla poszczególnych testów, czy Zamawiający dopuszcza, że ilość testów potrzebnych do tego celu zostanie skalkulowana w oparciu o doświadczenie producenta. W związku z tym prosimy o odstąpienie od wymogu przedstawienia dokumentacji potwierdzającej zaoferowany parametr (SIWZ pkt 2.6.2.), czyli trwałości kalibracji dla poszczególnych testów.

Odpowiedź na zapytanie:

Należy przedłożyć inny posiadany dokument, np. oświadczenie wykonawcy lub oświadczenie producenta.

Pytanie nr 91 –

dotyczy SIWZ Rozdział VII pkt 3.2 w zakresie zadania 2

W warunkach ocenianych punktowanych w SIWZ dla zadania 2 ocenie technicznej jest poddawany parametr wydajności aparatu. Prosimy o uściślenie czy chodzi o wydajność średnią, minimalną (jak w warunkach granicznych), czy maksymalną? Wydajność aparatu czyli inaczej liczba testów wykonywanych w ciągu godziny zależy od kombinacji panelu testów wykonywanych.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiającego interesuje wydajność minimalna (tak jak w warunkach granicznych)

Pytanie nr 92 –

dotyczy SIWZ wymagania graniczne dla odczynników pkt 6 zadanie 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie udziału w kontroli międzylaboratoryjnej dla wszystkich wymienionych parametrów za wyjątkiem C1 – inhibitor?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 93 –

dotyczy: SIWZ wymagania graniczne dla odczynników zadanie 2

Czy dla potwierdzenia terminu ważności zestawów odczynnikowych poza analizatorem od daty dostawy, zgodnie z zapisem SIWZ pkt 2.6.2 Wykonawca może dla potwierdzenia spełnienia parametru posłużyć się własnym oświadczeniem lub producenta?

Odpowiedź na zapytanie:

Należy przedłożyć inny posiadany dokument, np. oświadczenie wykonawcy lub oświadczenie producenta.

Pytanie nr 94 –

dotyczy § 5 ust. 9 Projektu Umowy

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę (wydłużenie) terminu wskazanego w § 5 ust. 9 Projektu Umowy poprzez jego wydłużenie do 48 godzin od momentu przyjazdu serwisu lub poprzez dostarczenie przedmiotu najmu wolnego od wad?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 95 –

Dotyczy Zadania nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu z pozycji 7 tabeli wymagań granicznych "Na talerzu reakcyjnym wymagane pozycje dla: standardu, kontroli, próbki pilnej" na : " W podajniku próbek wymagane pozycje dla: standardu, kontroli, próbki pilnej? " Nie wszystkie dostępne na rynku analizatory, spełniające Państwa pozostałe wymagania posiadają podajnik próbek w formie talerza - mogą to być np. wymienne statywy reakcyjne.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 96 –

Dotyczy Zadania nr 6:

Czy Zamawiający dopuszcza zakres pomiarowy glukozy 0,8 - 50 mmol/litr skoro wiadomo, że już poziom glukozy we krwi poniżej 1,7 mmol/litr jest stanem ciężkiej hipoglikemii stanowiącym bezpośrednie zagrożenie życia a stężenie poniżej 0,8 mmol/litr praktycznie nie jest mierzalne u żywych ludzi i stąd nie ma znaczenia diagnostycznego ?



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
PN-N 18001:2004
ISO 27001:2005

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 52/36-55-799 fax. 52/370-05-31

KONTO: Bank Zachodni WBK Bydgoszcz 10 1500 1360 1213 6001 9348 0000

NIP: 9532582266 REGON: 340517145

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający ma zamiar wykorzystywać aparat również do oznaczeń glukozy w PMR, moczu i innych płynach ustrojowych dlatego ważny jest szeroki zakres pomiarowy. Zamawiający dopuszcza proponowany przez Wykonawcę zakres pomiaru glukozy.

Pytanie nr 97 –

Dotyczy pakietu 14, pozycji 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w wielokrotności opakowania handlowego pozwalającego na wykonanie minimum 70 oznaczeń z jednego opakowania, czyli w sumie wyceny 420 oznaczeń?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 98 –

dotyczy – pakietu 14:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 14 dni roboczych ze względu na konieczność sprowadzania odczynników z zagranicy?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 99 –

dotyczy wzoru umowy:

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni w kalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizację maksymalnie dostaw miesięcznie, co daje liczbę dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

Odpowiedź na zapytanie:

Dostawy będą się odbywały zgodnie z potrzebami Zamawiającego na podstawie złożonego zamówienia.

Pytanie nr 100 –

dotyczy wzoru umowy § 3:

- 1) Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby wraz z każdą dostawą Wykonawca dołączył fakturę VAT ?

ewentualnie:

- 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w paragrafu umowy o następujący zapis?

"Zamawiający dopuszcza dostarczenie e-faktur drogą elektroniczną na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail"

Przekazanie faktur drogą mailową usprawni proces przekazywania faktur.

Odpowiedź na zapytanie:

- 1) Zamawiający wyraża zgodę, z zastrzeżeniem postanowień §3 ust. 3 projektu umowy (załącznik nr 3a) oraz postanowień §3 ust. 6 projektu umowy (załącznik nr 3b).
- 2) Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 101 –

dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 3 i 4:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wyłączenia zakazu cesji wierzytelności oraz ustanawia ich przedmiotem poręczenia przez Wykonawcę bez nakładania kary umownej ?

W tym miejscu należy wskazać, że ograniczenie możliwości dokonania cesji wierzytelności z tytułu wynagrodzenia na rzecz instytucji finansowych może w znacznym zakresie utrudnić finansowanie realizacji zamówienia, co spowoduje konieczność zwiększenia wartości oferty Wykonawcy.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY