



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**  
**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
**Tel. 52/36-55-296, 52/36-55-352, 52/36-55-495, 52/36-55-521**

ISO 27001: 2005

ISO 9001: 2008

ISO 14001: 2004

PN-N18001:2004



SZPITAL  
AKREDYTOWANY

**Fax. 52/36-55-496, 52/36-55-752**

NZZ/18/D/18

Bydgoszcz, dnia 25.05.2018 r.

**WSZYSCY WYKONAWCY**

Dotyczy : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę myjni do basenów i kaczek

### **MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.2017 poz. 1579 z późn. zm. ) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) i wprowadza następujące zmiany.

#### **I. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

##### 1. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – rozdział XI – Miejsce i termin składania ofert w zdaniu po treści tekstu

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 w Kancelarii Szpitala lok nr 46A .

**skreśla się zapis:**

Oferty należy złożyć do dnia 07.06.2018 r. do godziny 10:00.

**i wprowadza się zapis:**

Oferty należy złożyć do dnia 08.06.2018 r. do godziny 10:00.

##### 2. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Rozdział XVI - Otwarcie ofert w zdaniu po treści tekstu

Publiczne, jawne otwarcie ofert nastąpi w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, lok. Nr 018 /– niski parter, w siedzibie Zamawiającego przy ul. Ujejskiego 75 - Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im dr Jana Biziela w Bydgoszczy.

**skreśla się zapis:**

w dniu 07.06.2018 r. o godzinie 11:00.

**i wprowadza się zapis:**

w dniu 08.06.2018 r. o godzinie 11:00.

#### **II. W załączniku nr 1 do SIWZ pn. Przedmiot zamówienia**

- w załączniku nr 1 do SIWZ pn. **Przedmiot zamówienia - zadanie nr 1, w tabeli w pkt 8 (Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika), w kolumnie – opis parametrów**

##### **1. w ppkt 3 wykreśla się zapis:**

Model dedykowane do postawienia na posadzce. Wymiary zewnętrzne:

Szerokość : 500 mm +/- 5%.

Głębokość : 450 mm +/- 5%.

Wysokość : 1700 mm +/- 5%.

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

Model dedykowane do postawienia na posadzce. Wymiary zewnętrzne:

Szerokość nie większa niż: 600 mm

Głębokość nie większa niż: 475 mm

Wysokość nie większa niż: 1800 mm

**2. w ppkt 6 wykreśla się zapis:**

Panel sterujący z przyciskami membranowymi umiejscowiony na frontowej ścianie urządzenia.

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

Panel sterujący z przyciskami membranowymi lub panel z przyciskami optyczno-dotykowymi umiejscowiony na frontowej ścianie urządzenia

**3. w ppkt 11 wykreśla się zapis:**

System 13 dysz strumieniowych i rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych, zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym teleskopowa dysza rotacyjna

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

System co najmniej 11 dysz strumieniowych i rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych, zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej (w tym teleskopowa dysza rotacyjna lub centralna dysza rotacyjna).

- **w załączniku nr 1 do SIWZ pn. Przedmiot zamówienia - zadanie nr 2, w tabeli w pkt 8 (Walory techniczno-eksploatacyjne wymagane przez użytkownika), w kolumnie – opis parametrów**

**1. w ppkt 5 wykreśla się zapis:**

Panel sterujący z przyciskami membranowymi umiejscowiony na frontowej ścianie urządzenia.

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

Panel sterujący z przyciskami membranowymi lub panel z przyciskami optyczno-dotykowymi umiejscowiony na frontowej ścianie urządzenia.

**2. w ppkt 11 wykreśla się zapis:**

System 13 dysz strumieniowych i rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych, zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej w tym teleskopowa dysza rotacyjna.

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

System co najmniej 11 dysz strumieniowych i rotacyjnych wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych, zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej (w tym teleskopowa dysza rotacyjna lub centralna dysza rotacyjna).

**3. w ppkt 12 wykreśla się zapis:**

Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi niewystający poza linię obudowy urządzenia

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi

**4. w ppkt 19 wykreśla się zapis:**

Wymiary urządzenia:

Rama montażowa: 650mm x 450mm x 2210mm (szer. x głęb. x wys.) +/- 5%.

Front modułu myjni z komorą myjącą 530 mm x 1760mm (szer. x wys.) +/- 5%.

**w zamian wprowadza się nowy zapis, który otrzymuje brzmienie:**

Wymiary urządzenia:

Rama montażowa:

Szerokość nie większa niż: 720 mm

Głębokość nie większa niż: 585 mm

Wysokość nie większa niż: 2350 mm

Front modułu myjni z komorą myjącą:

Szerokość nie większa niż: 720 mm

Wysokość nie większa niż: 1850 mm

Zmodyfikowany załącznik nr 1 pn „Przedmiot zamówienia” stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji SIWZ i jest obowiązującym w powyższym postępowaniu

**Zamawiający**