



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. DR JANA BIZIELA**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 052/371-16-00 fax 052/370-05-31

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel.052/36-55-296 fax 052/36-55-752

NZZ/72/D/07

Bydgoszcz, dnia 17.12.2007 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych oraz wosku kostnego (nr sprawy: NZZ/72/D/07)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.) w związku z zapytaniami zadanymi przez oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie 1:

W związku z brakiem zapisu w SIWZ, czy Zamawiający może sprecyzować, jakiego minimalnego terminu płatności oczekuje od Wykonawców ?

Odpowiedź:

W Rozdziale II SIWZ „Warunki dotyczące Wykonawców” w pkt. 2 „Warunki udziału w postępowaniu” Zamawiający określił, że Wykonawca musi zaakceptować termin płatności minimum 30 dni.

Zapytanie 2:

Czy w szczegółowym formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ, w kolumnie „Nazwa handlowa”, Zamawiający wymaga wpisania także numeru katalogowego oferowanego asortymentu ?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga w szczegółowym formularzu cenowym –załącznik nr 2a do SIWZ wpisania w kolumnie „Nazwa handlowa” numeru katalogowego oferowanego asortymentu.

Zapytanie 3:

Czy Zamawiając dopuści złożenie wraz z ofertą pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy bez opłaty skarbowej ?

Odpowiedź:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest sprawą z zakresu administracji publicznej . Zamawiający prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie wykonuje zadań z zakresu administracji publicznej. Dlatego, w świetle przepisów ustawy o opłacie skarbowej, załączone do oferty wykonawcy pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy nie podlega opłacie skarbowej.

Zapytanie 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przełanie wadium drogą elektroniczną – przez internet i załączenie do oferty wydruku komputerowego dyspozycji przelewu potwierdzonej przez osobę upoważnioną do podpisywania ofert.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ kserokopia dowodu wpłaty wadium w jakiegokolwiek formie musi być załączona do oferty i potwierdzona za zgodność z oryginałem. Sposób przełania wadium na konto Zamawiającego musi być zgodny z przepisami prawa.

Zapytanie 5:

Czy Zamawiający zmienia wysokość kar umownych poprzez wprowadzenie następującego zapisu w § 5 ust. 2 wzoru umowy:

W przypadku, opóźnienia w wykonaniu umowy lub jej części przez Dostawcę, Odbiorca może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 0,1 % wartości nie dostarczonego w terminie przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień, nie więcej niż 10% wartości opóźnionej dostawy. Obejmuje to również przypadek określony w § 4 ust. 12. W przypadku wykonania zastępczego, więcej którym mowa w § 4 ust. 12, Odbiorca ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną, której wysokość ustala się za okres od dnia, w którym dostawa zgodnie więcej umową powinna nastąpić, do dnia dostarczenia towaru objętego wykonaniem zastępczym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zapytanie 6:

Grupa III

Czy Zamawiający dopuści w grupie III nić wykonaną z poliglikonatu, pozostałe parametry wchłaniania bez zmian? Obecny opis nici, jako polidioksonowa, umożliwia złożenie oferty tylko jednemu Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w grupie III nić wykonaną z poliglikonatu, pozostałe parametry bez zmian.

Zapytanie 7:

Grupa III

Czy Zamawiający dopuści w grupie III w poz. 1 i 2 igłę 3/8 koła?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 8:

Czy Zamawiający dopuści w grupie III w poz. 12 igłę typu GS – *general surgery* wykonanej ze stopu stali 455, równie odporną i wytrzymałą na odkształcanie jak wymagana przez Zamawiającego igła mocna

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 9:

Grupa VA

Czy Zamawiający dopuści w grupie VA i VB nić wykonaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolatem.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w grupie VA i VB nić wykonaną z kwasu poliglikolowego, powlekaną polikaprolatem.

Zapytanie 10:

Grupa VA

Czy Zamawiający dopuści w grupie VA poz. 21 igłę 27mm, ½ koła okrągłą przyostrzoną, lub igłę okrągłą przyostrzoną spłaszczoną ½ koła? Nazwa igła trocarowa sugeruje tylko jednego Wykonawcę, dlatego prosimy o dopuszczenie igły okrągłej przyostrojonej, która spełnia taką samą funkcję jak igła trocarowa.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 11:

Grupa VB

Czy Zamawiający dopuści w grupie VB w poz. 1, 6, 7 igłę typu GS – *general surgery* wykonanej ze stopu stali 455, równie odporną i wytrzymałą na odkształcanie jak wymagana przez Zamawiającego igła wzmocniona.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 12:

Grupa VB

Czy Zamawiający dopuści w grupie VB w poz. 3 igłę 65mm, 100cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 13:

Grupa VI

Czy Zamawiający dopuści w grupie VI w poz. 2 igłę 16mm, 75cm lub 13mm igła podwójna?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 14:

Grupa VI

Czy Zamawiający dopuści w grupie VI poz. 3, 9 nić o długości 75cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 15:

Grupa VI

Czy Zamawiający dopuści w grupie VI poz. 4 igłę o długości 25mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 16:

Grupa VI

Czy Zamawiający dopuści w grupie VI poz. 7 igłę o długości 25mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 17:

Grupa VI

Czy Zamawiający dopuści w grupie VI poz. 8 igłę wzmocnioną?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zapytanie 18:

Grupa VI

Czy Zamawiający wydzieli z grupy VI poz. 12 i 14. Są to rozmiary nici, które posiada w swojej ofercie tylko jeden Wykonawca. Nie wydzielenie spowoduje uniemożliwienie złożenia oferty innym Wykonawcom i narusza zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli.

Zapytanie 19:

Grupa VI

Czy Zamawiający VI poz. 13, 14, 15, 16 rozumie zapis nici jako wartość minimalną?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga długości nici 140-160 cm.

Zapytanie 20:

Grupa VI

Czy Zamawiający dopuści w grupie VI poz. 14 grubość nici 2 lub 4?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zapytanie 21:

Grupa VII

Czy Zamawiający w grupie VII opisując przedmiotu zamówienia „...nić poliamidowa...” rozumie nici wykonane z polimerów alifatycznych nylon 6 i nylon 6,6?

Odpowiedź:

Zamawiający w grupie VII dopuszcza nylon 6 i nylon 6,6.

Zapytanie 22

Grupa VII

Czy Zamawiający dopuści w grupie VII poz. 15, 17, 18 nić o długości 90cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w grupie VII poz. 15, 17, 18 nić o długości 90cm?

Zapytanie 23

Grupa VII

Czy Zamawiający dopuści w grupie VII poz. 17 igłę 60mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w grupie VII poz. 17 igłę 60mm

Zapytanie 24

Grupa VII

Czy Zamawiający dopuści w grupie VII poz. 19 nić 6x45cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza w grupie VII poz. 19 nić 6x45cm.

Zapytanie 25

Grupa VIII

Zamawiający w grupie VIII poz. 1, 2, 4 użył określenia VB? Prawdopodobnie jest to skrót nazwy handlowej firmy Johnson&Johnson VisiBlack. Czy Zamawiający dopuści igłę Optivis, spełniającą taką samą funkcję jak igła VisiBlack?

Odpowiedź:

Zamawiający w grupie VIII poz. 1, 2, 4 dopuszcza proponowaną igłę.

Zapytanie 26

Grupa VIII

Zamawiający w grupie VIII poz. 5 i 7 użył określenia CC? Jest to również określenie handlowe jednego z Wykonawców. Czy Zamawiający dopuści igłę okrągłą przyostrzoną spełniającą taką samą funkcję jak igła CC?

Odpowiedź:

Zamawiający w grupie VIII poz. 5 i 7 dopuszcza igłę okrągłą przyostrzoną.

Zapytanie 27

Grupa XI

Czy Zamawiający dopuści w grupie XI poz. Nić 5x45?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w grupie XI poz. nić 5x45.

Zapytanie 28

Grupa XII

Zamawiający określił w grupie XII skład wosku kostnego, który ewidentnie wskazuje na jednego

Wykonawcę. Czy Zamawiający dopuści poniższy skład wosku:

66% wosk pszczeli, 22% parafina, 12% palmitynian izopropylowy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany skład wosku.

Zapytanie 29:

Grupa XII

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia do grupy XII próbek. W wykazie wymaganych próbek nie ujęto grupy XII.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia próbek do grupy XII.

Zapytanie 30:

Na jakiej podstawie Zamawiający zamierza dokonać weryfikacji zgodności oferowanego produktu z wymaganym w SIWZ opisem przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda dostarczenia katalogów, natomiast w załączniku 2a nie ma kolumny do umieszczenia kodu? Czy w związku z tym

Zamawiający wymaga dodania kolumny w tabelkach z zał. 2a z kodem oferowanego produktu.

Odpowiedź:

Zamawiający zamierza dokonać weryfikacji zgodności oferowanego wyrobu na podstawie kodu produktu dlatego wymaga w rubryce „nazwa handlowa” umieszczenia kodu oferowanych nici chirurgicznych.

Zapytanie 31:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w grupach V-A oraz V-B dopuści nić o czasie wchłaniania 50-80 dni, powlekane polikaprolaktonem, pozostałe właściwości identyczne ?

Uzasadnienie: Jest to szew w pełni zastępujący opisywany przez Państwa materiał szewny, przeznaczony do stosowania dokładnie w tych samych sytuacjach operacyjnych. Krótszy czas wchłaniania jest nawet korzystniejszy ze względów medycznych. Powleczenie natomiast jest charakterystyczne dla danego producenta. Opisywany materiał szewny znajduje się w ofercie tylko jednego producenta / dystrybutora, w praktyce uniemożliwia uczciwą konkurencję w tych grupach.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nici chirurgiczne powlekane polikaprolaktonem, nie dopuszcza nici o czasie wchłaniania 50-80 dni.

Zapytanie 32:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w grupie V-A poz. 4, pomimo ujętej tolerancji dopuści również długość nici 75 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza długość nici 75 cm.

Zapytanie 33:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w grupie V-A oraz V-B dopuści pomimo ujętej tolerancji długości 90 cm, wszędzie tam gdzie wielkość igły przekracza 35mm/?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza długości nici 90 cm wszędzie tam gdzie długość igły przekracza 35 mm.

Zapytanie 34:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w grupie VII poz. 14, pomimo ujętej tolerancji dopuści również długość nici 75 cm?

Uzasadnienie: Długość nici 90 cm. jest długością niestandardową w tego typu zestawach szewnych. Według naszej najlepszej wiedzy długość 75 cm., jaką oferują w takim zestawie wszyscy producenci jest długością zupełnie wystarczającą. Sadząc po ilości zapotrzebowania jest to zestaw rutynowy a nie specjalistyczny. Potrzymanie tego zapisu (biorąc pod uwagę, że nikt nie produkuje nici o długości 80 cm.) bardzo utrudni uczciwą konkurencję w tej grupie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza nici o długości 75 cm.

Zapytanie 35:

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji w grupie VII poz. 17 dopuści również pomimo przyjętej tolerancji igłę 60 mm z nicią o długości 90 cm?

Uzasadnienie: Zestaw szewny opisywany w tej pozycji znajduje się w ofercie tylko jednego producenta/ dystrybutora, co uniemożliwia uczciwą konkurencję w całym pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza igły 60 mm z nicią o długości 90 cm.

Zapytanie 36:

Dotyczy: Grupa VII, poz. 1,16,17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. pozycjach szwów chirurgicznych z igłą konwencjonalnie tnącą zamiast odwrotnie tnącej, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szwów chirurgicznych z igłą konwencjonalnie tnącą.

Zapytanie 37

Dotyczy: Grupa VII, poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. pozycji szwów chirurgicznych z nitką o długości 150 cm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szwów chirurgicznych z nitką o długości 150 cm.

Zapytanie 38

Dotyczy: Grupa VII, poz. 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w ww. pozycji szwów chirurgicznych z nitką 2x100 cm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie szwów chirurgicznych 2x100 cm.

Zapytanie 39:

Pytanie dot. Grupy V-A, V-B

Czy Zamawiający w trosce o ochronę uczciwej konkurencji dopuści nie poliglikolową powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, przy zachowaniu pozostałych parametrów materiału szewnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie poliglikolową powlekaną polikaprolaktonem i stearynianem wapnia.

Zamawiający