

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I. Określenie przedmiotu przetargu: Grupa 1 – Stentgraft aortalno – brzuszny z systemem mocowania podnerkowym oraz stentgraft aortalno – piersiowy.

Część A

Stentgraft aortalny brzuszny z systemem mocowania podnerkowym

Ilość – 2 sztuki

II. Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

1	Nazwa sprzętu	
----------	---------------	--

2	Producent	
----------	-----------	--

3. Wymóg formalny: Wpis od rejestru wyrobów medycznych lub Deklaracja zgodności z CE (załączyć kopię).
(Zgodnie z wymogami prawa polskiego)

1	Nr rejestru wyrobów medycznych		data ważności wpisu	
----------	--------------------------------	--	---------------------	--

4. Cena zakupu:

1	Cena zakupu w PLN- (Wartość brutto) (Waga oceny 100%)	
----------	---	--

5. Walory sprzętu wymagane przez użytkownika.

Lp	Opis parametrów	Parametry graniczne	Parametry oferowane – podać, opisać
1.	Stentgraft rozwidlony wielomodułowy	TAK	
2.	Pokrycie PTFE, stent wykonany z nitinolu	TAK	
3	System łączenia szkieletu stentgraftu i protezy naczyniowej za pomocą taśmy laminowanej (brak szwów)	TAK	
4.	System mocowania podnerkowego za pomocą haczyków	TAK	
5.	Rozmiary – średnica: <ul style="list-style-type: none"> • 24-30 mm w części aortalnej • 10-20 mm w części biodrowej 	TAK	
6.	Przedłużenia aortalne i biodrowe oraz możliwość zamiany na stentgraft piersiowy umożliwiające dopasowanie systemu do anatomii pacjenta w cenie produktu	TAK	
7	System wprowadzający średnica 22-24F (część aortalna), 18-20F (część kontralateralna)	TAK	
8	Cewnik balonowy do modelowania stentgraftu w zestawie	TAK	
9	Wykonawca zagwarantuje dostarczenie dowolnej ilości odnóg do zabiegów w celu pełnego wyłączenia tętniaka	TAK	

Część B**Stentgraft aortalny piersiowy****Ilość – 1 sztuka****I. Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:**

1	Nazwa sprzętu	
----------	---------------	--

2	Producent	
----------	-----------	--

3. Wymóg formalny: Wpis od rejestru wyrobów medycznych lub Deklaracja zgodności z CE (załączyć kopię).
(Zgodnie z wymogami prawa polskiego)

1	Nr rejestru wyrobów medycznych		data ważności wpisu	
----------	--------------------------------	--	---------------------	--

4. Cena zakupu:

1	Cena zakupu w PLN- (Wartość brutto) (Waga oceny 100%)	
----------	---	--

5. Walory sprzętu wymagane przez użytkownika.

Lp	Opis parametrów	Parametry graniczne	Parametry oferowane – podać, opisać
1.	Stentgraft wraz z systemem wprowadzającym	TAK	
2.	Pokrycie PTFE, stent wykonany z nitinolu	TAK	
3	System łączenia szkieletu stentgraftu i protezy naczyniowej za pomocą taśmy laminowanej (brak szwów)	TAK	
4.	Rozmiary: <ul style="list-style-type: none"> średnica 26-45mm długość 10-20cm 	TAK	
5.	System wprowadzający - maksymalna średnica 24F	TAK	
6.	System wprowadzający i stentgraft - giętkie, co umożliwia zastosowanie w aorcie o krętym przebiegu	TAK	
7	Cewnik balonowy do modelowania stentgraftu w zestawie	TAK	
8	Wykonawca zagwarantuje dostarczenie dowolnej ilości przedłużeń do zabiegów w celu pełnego wyłączenia tętniaka	TAK	

UWAGA

- Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry graniczne
- Wskazane jest dołączenie do oferty materiałów dotyczących oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekty lub broszury lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia lub inne dokumenty). Wymienione dokumenty mogą być załączone w języku angielskim.
- Niespełnienie któregośkolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.
- Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych.
- Wykonawca jest zobowiązany wypełnić załącznik nr 1 i załączyć go do oferty. Załącznik nr 1 należy wypełnić w kolumnie pn. „Parametry oferowane – podać, opisać”. Załącznik musi być podpisany przez osobę uprawnioną.
- Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania zmian ilościowych zamawianego sprzętu w obrębie grupy asortymentowej, tzn. zwiększenia lub zmniejszenia w ramach kwoty wynagrodzenia przysługującej Wykonawcy w zawartej umowie.

Podpis

Podpis Wykonawcy.