



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. DR JANA BIZIELA**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 052/371-16-00 fax 052/370-05-31
Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel. 052/36-55- 296 fax 052/36-55-752

NZZ/07/D/08

Bydgoszcz, dnia 27.03.2008 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zamkniętego systemu do pobierania krwi żyłnej, systemu do pobierania krwi włóśniczkowej wraz z dzierżawą aparatu do pomiaru OB. i 2 wirówek laboratoryjnych oraz innego drobnego sprzętu laboratoryjnego (Nr sprawy: NZZ/07D/08)

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z póź. zm) Zamawiający modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Zamawiający wprowadza następujące zmiany:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w Załączniku nr 1 Przedmiot zamówienia -w zakresie Grupa I A poz. 1 – z wymagań granicznych skreśla się w całości zapis „Dodatkowo oferent dołączy bezpłatnie mieszadło wahadłowe o kącie wychylenia do 25° (do mieszania zaoferowanych probówek)”.

W załączeniu zmodyfikowany dokument.

Zamawiający

A. System zamknięty pobierania krwi żyłnej

Lp	Rodzaj probówki	Ilość sztuk	Wymagania graniczne	Parametry oferowane - podać średnicę, wysokość, objętość.
1	Probówki do morfologii objętość: 2-3ml	100.000	Antykoagulant:K3EDTA średnica:10-13mm wysokość:50-100mm uwaga:analizatory Advia 120 posiadają moduł przebijania korka	
2	Probówki do analizy surowicy z aktywatorem wykrzepiania i separatorem objętość: 4-6ml	80.000	średnica:12-16mm wysokość:75-100mm	
3	Probówki do analizy surowicy z aktywatorem wykrzepiania i separatorem, pediatryczne objętość: 2-3 ml	20.000	średnica:12-16mm wysokość:65 -100mm	
4	Probówki do analizy glukozy z antykoagulantem i inhibitorem glikolizy objętość: 2-3 ml	30.000	średnica:12-16mm wysokość:65-100mm	
5	Probówki do analizy surowicy, do analiz pilnych - z natychmiastowym wykrzepianiem np.z trombiną (co oznacza, że pełne wykrzepienie nastąpi w okresie do 10 min.od pobrania i krew można poddać obróbce laboratoryjnej) objętość: 3-5 ml	30.000	średnica:12-16mm wysokość:75-100mm	
6	Probówki plastikowe z aktywatorem wykrzepiania bez separatora - do badań serologicznych objętość:6-8 ml	10.000		
7	Probówki plastikowe z aktywatorem wykrzepiania bez separatora - do badań serologicznych objętość:4-5 ml	10.000		
8	Probówki do analiz koagulologicznych z 3,2% buforowanym cytrynianem sodowym objętość:2-4ml	50.000	średnica:10-15mm wysokość:65-78mm	
9	Probówki do analiz koagulologicznych z 3,2% buforowanym cytrynianem sodowym, pediatryczne objętość:0,9-1,4 ml	5.000	średnica:10-15mm wysokość:65-78mm	
10	Probówki do analizy osocza z heparyną litową bez separatora objętość:3-6 ml	2.500	średnica:12-16mm wysokość:65-100mm	