



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. DR JANA BIZIELA**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 052/371-16-00 fax 052/370-05-31

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel.052/36-55-296 fax 052/36-55-752

NZZ/08/P/08

Bydgoszcz, dnia 15.04.2008 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do
angioplastyki (nr sprawy: NZZ/08/P/08)**

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z zapytaniem zadanym przez oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie 1

Dotyczy zadania 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów wieńcowych o RBP – 16 bar ? pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 2

Dotyczy zadania 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów wieńcowych o NP 10 bar i RBP – 16 bar oraz na dostarczenie próbek o wymiarach 3.0/30 i 4.0/8 ? pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź na zapytanie 2:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 3

Dotyczy zadania 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów ze stopów kobaltowo-chromowych o NP 10 bar i RBP – 16 bar, oraz na dostarczenie próbek o wymiarach 2.5/22 ? pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź na zapytanie 3

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 4

Dotyczy zadania 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników balonowych o średnicach od 1.5 do 4.00 mm, długości użytkowej 140 cm o NP 7 bar i RBP – 14 bar, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający