



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. DR JANA BIZIELA**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 052/371-16-00 fax 052/370-05-31

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

tel.052/36-55-296 fax 052/36-55-752

NZZ/08/P/08

Bydgoszcz, dnia 22.04.2008 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do
angioplastyki (nr sprawy: NZZ/08/P/08)**

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z zapytaniem zadanym przez oferenta w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 2 stentów kompatybilnych z cewnikiem 5F w zakresie średnic 2,0-4,0 mm i 6 F w zakresie średnic 4,5-5,0 mm oraz dostarczenie próbek o wymiarach 2,75/8 mm i 4,5/18mm-pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź na zapytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie do zadania 3 próbek o wymiarach 2,5/23 mm – pozostałe parametry bez zmian ?

Odpowiedź na zapytanie 2:

Zamawiający wyraża zgodę

Zapytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu 6 cewników balonowych w zakresie 1,5 – 4,0 mm spełniających wszystkie wymogi SIWZ, w zakresie 4,5-5,0mm o średniej podatności, RBP 18 atm, crossing profile 0,026’’ i tip profile 0,019’’

Odpowiedź na zapytanie 3

Zamawiający wyraża zgodę.