



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. DR JANA BIZIELA**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75 tel. 052/371-16-00 fax 052/370-05-31
Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
tel. (052) 36-55-495 fax (052) 36-55-752

NZZ/29/D/08

Bydgoszcz dnia 17.07.2008 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu do angiografii i interwencji wewnątrznaczyniowych oraz stentgraftów aortalnych, nr sprawy NZZ/29/D/08.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyodrębnienie z Grupy 2 – przewodniki, cewniki, stenty pozycji nr 9 (Stenty do naczyń obwodowych na balonach) i dopuszczenie długości cewnika 80 i 130 cm oraz długości stentów 15; 25; 38; 56 mm ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy grupy 10 – Stentgraft aortalny brzuszny uniwersalny (wieloczęściowy) z systemem mocowania nadnerkowym

Zapytanie 2

Czy Zamawiający dopuszcza stentgrafty o rozmiarach szyi 24 – 36 mm.

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 3

Czy Zamawiający dopuszcza system wprowadzający o średnicy do 20F (nogawki)

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający