



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W
BYDGOSZCZY**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521

Fax. 052/36-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/13/D/09

Bydgoszcz, dnia 06.05.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę montaż uruchomienie urządzeń medycznych (nr sprawy" NZZ/13/D/09)

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawców w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Dotyczy: Zadanie nr 2 – Stół operacyjny ogólnie – chirurgiczny

Zapytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stołu posiadającego alternatywny napęd z wyborem funkcji poprzez przyciski na panelu sterującym i uruchamianiem wybranych funkcji (napęd) dźwignią nożną? Sterowanie na kolumnie jest rozwiązaniem lepszym od opisanego przez Zamawiającego, gdyż na podstawie stołu nie ma elementów sterowania, będących jedynie przeszkodą podczas mycia i dezynfekcji stołu, za to dla obsługującego rozwiązanie to jest wygodniejsze w użytkowaniu gdyż funkcje stołu będzie wybierał naciskając przycisk z estetycznego panelu na kolumnie stołu. Jest to rozwiązanie powszechnie stosowane przez czołowych producentów stołów operacyjnych w Europie.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zapytanie 2

Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr zakresu regulacji oparcia pleców wynoszący +85° do -45°?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 3

Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr zakresu regulacji podglówka wynoszący +45° do -45°?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 4

Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr zakresu regulacji przechyłu bocznego wynoszący -30° do 30°?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 5

Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr przechyłu Trendelenburga wynoszący 40°?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 6

Czy Zamawiający dopuści lepszy parametr przechyłu anty-Trendelenburga wynoszący 40°?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stołu bez pilota bezprzewodowego w związku z wymogiem napędu alternatywnego?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny którego zakres regulacji wysokości wynosi od 740mm do 1050mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny którego przechył anty-Trendelenburga wynosi 30° ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zapytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół operacyjny którego przesuw wzdłużny blatu wynosi 250mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający