



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W
BYDGOSZCZY**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521

Fax. 052/36-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/19/P/09

Bydgoszcz, dnia 09.06.2009 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego do koronarografii i angioplastyki (nr sprawy NZZ/19/P/09)

Wszyscy Wykonawcy

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Działając na podstawie art. 38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

Zapytanie 1

Dotyczy Zadania 1 - Cewniki balonowe półpodatne do PTCA

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników o długości od 6-30 mm, średnicach od 1,25 – 4,00mm, NP- 7 atm i RBP – 14 atm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 2

Dotyczy zadania 3 – Cewniki balonowe tnące

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników typu semi-compliant o szafcie dystalnym – 2,7 F, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 3

Dotyczy Zadania 12 – Stenty ze stopów kobaltowo-chromowych montowane na balonie do zmian krętych

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów o ciśnieniu nominalnym – 10 bar (9,87 atm), pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 4

Dotyczy Zadania 1 – Cewniki balonowe półpodatne do PTCA

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników o długości użytkowej – 140 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający