



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W  
BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521

Fax. 052/36-55-752

ISO 9001: 2000

---

NZZ/30/P/09

Bydgoszcz dnia 11.09.2009 r.

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy odczynników laboratoryjnych do oznaczeń biochemicznych wraz z dzierżawą aparatury oraz dostawą systemów do pobierania krwi z dzierżawą wirówek i aparatury do OB. oraz dostawa innych drobnych artykułów laboratoryjnych na okres 24 miesięcy.**

**Wszyscy Wykonawcy**

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Działając na podstawie art. 38 ust 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z póź. zm.) w związku z zapytaniem zadany przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie Zamawiający udziela odpowiedzi.

**Zapytanie**

Dotyczy Grupy 1

Wymagania graniczne dla odczynników

Wymagania dla testów „CRP metoda oznaczania wysokoczuła, o liniowości co najmniej 0,1 do 80 mg/L”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu odczynnikowego do oznaczania wysokoczułego CRP pracującego w zakresie 0,1 – 20 mg/L z automatycznym rozcieńczaniem próbki badanej w przypadku przekroczenia zakresu liniowości testu ze współczynnikiem 1:15, automatycznym przeliczeniem, czyli oferuje zakres oznaczeń w zakresie 0,1-300 mg/L ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę, pod warunkiem uwzględnienia przez Wykonawcę konieczności wykonywania dodatkowych rozcieńczeń w ilości oferowanych testów. Ilość wyników w przedziale 20-80 mg/L stanowi u Zamawiającego średnio 30%. W związku z tym ilość wymaganych testów wzrosłaby z 35400 do 45550 i taką ilość winien zaoferować Wykonawca, który dysponuje odczynnikami do oznaczania CRP w zakresie liniowości 0,1 – 20 mg/L. Wzrost liczby oznaczeń CRP należy również uwzględnić we wszystkich materiałach zużywalnych potrzebnych do wykonania tych dodatkowych testów.

Zamawiający

