

## PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

## I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU:

**AUTOREAFAKTOKERATOMETR**

Zamawiana ilość - 1 kpl.

Kod CPV 38636000-2

## II. Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu:

1	Nazwa urządzenia	
2	Typ urządzenia	
3	Producent	
4	Rok produkcji	

## 4.Wymóg formalny:

Dopuszczenie do stosowania i użytkowania w Polsce zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20 kwietnia 2004 roku (załączyć kopię dokumentów dopuszczających).

	Nazwa dokumentu dopuszczającego (wyszczególnić dokumenty dopuszczające)		data ważności dopuszczenia	
	Dokumenty załączono w ofercie na stronach: (wypisać numery lub zakres stron)			

## 5.Cena zakupu:

1	Cena zakupu w PLN Wartość brutto	
---	-------------------------------------	--

## 6. Serwis i gwarancja:

Lp.	Wartość wymagana	Wartość oferowana ( należy wpisać)
1.	Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie POLSKI wpisać: <b>TAK / NIE</b>	
2	Długość udzielanej gwarancji - <b>minimum 24</b> - podać ilość miesięcy	
3	Gwarancja produkcji części zamiennych [ilość lat] min 8 – podać ilość lat	

4.	Sprzęt zastępczy w czasie gwarancji w przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni – <b>TAK</b> wpisać: <b>TAK / NIE</b>	
5.	Przegląd gwarancyjny – minimum dwa w okresie gwarancji w tym przynajmniej jeden w ciągu roku – podać ilość	

**7. Opis parametrów oczekiwanych przez Zamawiającego( Tabela)**

L.p.	Parametry techniczne	Parametr wymagany	Parametr oferowany ( podać, opisać)
1	Zakres pomiaru refrakcji: -sfera -18 do +23 D	TAK	
2	-cylinder -12 do +12 D	TAK	
3	-czas pomiaru 0,01 s	TAK	
4	Zakres pomiaru keratometrii: - promień krzywizny: 5 do 11 mm	TAK	
5	- astygmatyzm: 0 do 12 D	TAK	
6	- keratometrii centralna: śr. 3,2 mm	TAK	
7	- keratometrii peryferyjna: śr. 6,8 mm	TAK	
8	Możliwość regulacji jasności optotypu	TAK	
9	Funkcja retroiluminacji	TAK	
10	Funkcja pomiaru ciągłego	TAK	
11	Wskaźnik wiarygodności pomiaru	TAK	
12	Tryb pomiaru u dzieci i osób z oczopląsem	TAK	

13	Automatyczny pomiar i wydruk	TAK	
14	Wbudowana drukarka termiczna	TAK	
15	Informacje na ekranie i wydruk w języku polskim	TAK	
16	Monitor monochromatyczny min 5,5'	TAK	
17	Stolik podnoszony elektrycznie na dwa urządzenia: - regulacja wysokości blatu: 650 – 950 mm( +,- 5 mm)	TAK	
18	Szkolenia: Przeszkolenie minimum 4 osób użytkownika w zakresie obsługi urządzenia. Podać liczbę osób	TAK	

### UWAGA !!!

Dla uznania oferty za ważną Wykonawca winien zaoferować sprzęt spełniający wszystkie wymagane parametry.

Wykonawca jest zobowiązany do załączenia materiałów( dokumentów) dotyczących przedmiotu zamówienia ( prospekty lub broszury lub wyciągi z instrukcji lub foldery lub zdjęcia lub inne posiadane dokumenty). Dokumenty mogą być załączone w języku angielskim. Zamawiający nie wymaga potwierdzenia dokumentem parametru nr 18 – szkolenia.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Oświadczamy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Wypełniony i podpisany załącznik **nr 1** należy załączyć do oferty.

Podpis Wykonawcy .....