



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W
BYDGOSZCZY**

85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521

Fax. 052/36-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/02/D/10

Bydgoszcz, dnia 17.03.2010 r.

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów dezynfekcyjnych, środków leczniczych-antyseptycznych oraz kosmetyków

Wszyscy Wykonawcy

SPROSTOWANIE DO ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi udzielonej w dniu 12.03.2010 r. na następujące zapytanie „Czy w pakiecie nr 4 – Zamawiający dopuści preparat zawierający znikome ilości alkoholu, który jest czynnikiem antykorozyjnym i jego ilość jest na tyle nieszkodliwa, że jest używany do dezynfekcji inkubatorów, co zostanie potwierdzone odpowiednim oświadczeniem producenta preparatu i pozytywną opinią Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka i Matki?”

Zamawiający skreśla zapis odpowiedzi „Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ zamawiający w tej grupie wymaga aby preparat nie zawierał alkoholu bez względu na jego ilość.”. W zamian wprowadza nowy zapis: „Zamawiający dopuści preparat zawierający alkohol w swoim składzie pod warunkiem, że preparat spełni pozostałe wymagania SIWZ”.

Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi udzielonej w dniu 16.03.2010 r. na następujące zapytanie: „Dotyczy grupy 4 - Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, powierzchni i wyposażenia pomieszczeń w placówkach służby zdrowia, w postaci koncentratu, o szerszym od wymaganego spektrum działania: bakterie, grzyby, prątki gruźlicy (M. Terre, M. avium), wirusy (HCV, HIV, HBV, Vaccinia, Rota,), MRSA w wymaganym czasie działania kompatybilnego z większością tworzyw, nie wymagającego zmywania wodą, nie pozostawiającego osadów, dopuszczonego do kontaktu z żywnością oraz na oddziałach noworodkowych, na bazie alkoholi aromatycznych i czwartorzędowych związków amoniowych, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ.

Zamawiający skreśla zapis odpowiedzi „Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z zapisami SIWZ zamawiający w tej grupie wymaga aby preparat nie zawierał alkoholu”.

W zamian wprowadza nowy zapis: „Zamawiający dopuści preparat na bazie czwartorzędowych związków amoniowych z dodatkiem alkoholu pod warunkiem, że preparat spełni pozostałe wymagania SIWZ”.

Zamawiający