



SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY
85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel. 052/36-55-352, 052/36-55-296, 052/36-55-495, 052/36-55-521
Fax. 052/36-55-752

ISO 9001: 2000

NZZ/11/D/10

Bydgoszcz, dnia 04.06.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opakowań do sterylizacji sprzętu medycznego, preparatów do mycia i dezynfekcji narzędzi w myjniach, dezynfektorach oraz wskaźników do kontroli procesu sterylizacji i dezynfekcji, nr sprawy NZZ/11/D/10.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Zapytanie 1

Czy Zamawiający w grupie 1 i 2 dopuści rękawy papierowo – foliowe o gramaturze 60 g/m² ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 2

Czy Zamawiający w grupie 1 i 2 wymaga, aby na rękawach papierowo – foliowych wskaźnik kierunku opakowań umieszczony był na linii zgrzewu fabrycznego od strony papieru w celu łatwej identyfikacji uszkodzonego papieru ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 3

Czy w grupie 1 oraz 2 Zamawiający wymaga, aby znak CE umieszczony był tylko na opakowaniu zbiorczym lub na tubie wewnątrz rolki zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych dotyczących oznakowania znakiem CE wyrobów medycznych ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zapytanie 4

Czy Zamawiający w grupie 3 dopuści papier krepowany o gramaturze 60 g/m² +/- 5% ?

Odpowiedź na zapytanie:

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

Zamawiający