



**SZPITAL UNIERSYTECKI NR 2 IM. DR JANA BIZIELA W BYDGOSZCZY**  
**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Samodzielna Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
Tel. 52/36-55-352, 052/36-55-296, 52/36-55-495, 52/36-55-521  
Fax. 52/36-55-752

ISO 9001: 2008

NZZ/39/P/10

Bydgoszcz, dnia 09.09.2010 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę implantów do operacji kręgosłupa, cementu do plastyki trzonów kręgów wraz z urządzeniami do jego podawania, nr sprawy NZZ/39/P/10.

**ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE**

Działając na podstawie art. 38, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz 759) w związku z pytaniem zadany w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w w/w sprawie, Zamawiający udziela odpowiedzi:

**Zapytanie**

Czy w Grupie 2 – Dynamiczna stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego – Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednoelementowego elastycznego implantu do rozpierania wyrostków kolczystych wykonanego ze stopu tytanu, niewymagającego dodatkowych narzędzi do przygotowania miejsca pod implant ponad standardowo wykorzystywane w chirurgii kręgosłupa lędźwiowego i spełniającego wszystkie pozostałe wymagania specyfikacji istotnych warunków zamówienia ?

**Odpowiedź na zapytanie:**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Zamawiający**