



**SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 2 IM. DR. JANA BIZIELA W  
BYDGOSZCZY**

**85-168 BYDGOSZCZ, UL. UJEJSKIEGO 75**

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Tel. 52/36-55-352, 52/36-55-495, Fax. 52/36-55-752

NZZ/46/P/10

Bydgoszcz, dnia 22.11.2010 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę urządzeń medycznych oraz innego sprzętu dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego - nr sprawy NZZ/46/P/10.**

**Wykonawcy**

**ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z pytaniami zadanymi przez Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela odpowiedzi/wyjaśnień.

**Dotyczy: Pkt. 3.1 SIWZ**

Zadanie nr 8 – Wózek zabiegowy

Zadanie nr 18 – Stolik do instrumentowania

**Pytanie 1**

W nawiązaniu do odpowiedzi Zamawiającego z dnia 18.11.2010 r. prosimy o informację czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie do oferty Certyfikatu ISO producenta oraz Atestu Higienicznego dopuszczającego sprzęt do stosowania w Placówkach Służby Zdrowia w zamian za dokumenty wymagane w pkt. 3.1. SIWZ ?

**Odpowiedź**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i będzie wymagał dokumentów wymienionych w pkt. 3.1 dla tych zadań (8, 18) lub przynajmniej jednego z tych dokumentów.

**Zadanie 7 . Łóżka szpitalne – Łóżko szpitalne , rehabilitacyjne – 11 kpl.**

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej wynoszącej 985 mm, który to parametr nieznacznie odbiega od opisanego ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający dopuści łóżko z więcej niż jedną dźwignią hamulca centralnego ? Rozwiązanie, które chcemy zaoferować jest bardziej funkcjonalne od opisanego, ponieważ pozwala na blokadę łóżka przez personel niemal w każdym miejscu znajdowania się np. pielęgniarki.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w poręcze boczne dwuczęściowe (oddzielna sekcja poręczy dla tułowia pacjenta i oddzielna sekcja poręczy dla nóg pacjenta), tworzywowe z wbudowanym sterowaniem, zabezpieczające pacjenta na całej długości zarówno w pozycji leżącej jak i siedzącej, składane niezależnie od siebie wzdłuż leża i nie poszerzające łóżka dając idealny dostęp do pacjenta ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Pytanie 5**

Czy ze względu na bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający wymaga, aby funkcja Trendelenburga i anty Trendelenburga nie znajdowała się na pilocie przeznaczonym dla pacjenta tylko na panelu centralnym przeznaczonym dla personelu medycznego ? Funkcja Trendelenburga jest funkcją w niektórych sytuacjach niebezpieczna dla pacjenta i powinna być regulowana wyłącznie pod kontrolą personelu medycznego.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza również takie rozwiązanie.

**Zamawiający**